



# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále OZ)

Č.j. 2109/23/CN

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### Prodávající

**2T engineering, s.r.o.**

Sídlo: V. P. Čkalova 502/14, 160 00 Praha 6

IČO/DIČ: 28259068/CZ28259068

Statutární zástupce: Ing. Marek Torkoniak

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Prodávající**“)

a

### Kupující

**Rokycanská nemocnice, a.s.**

Sídlo: Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČO/DIČ: 26360900/CZ699005333

Statutární zástupce: MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva

Ing. Michal Filař - člen představenstva

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Kupující**“)

## 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA“, **Části 3 - FullHD artroskopická sestava**. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

- 2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- 2.3. Účelem Smlouvy je dodání přístroje, který bude sloužit léčbě pacientů ve zdravotnickém zařízení.

### 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu:  
část 3 - FullHD artroskopická sestava - 1 ks, který je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „přístroj“)
- 3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude:
- doprava a dodání přístroje včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
  - vykládka v místě určeném Kupujícím,
  - provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění přístroje,
  - dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce,
  - základní a následné zaškolení k používání a údržbě přístroje podle čl. 8.2. Smlouvy,
  - likvidace případně vzniklého odpadu,
  - poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy,
  - bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje,
  - provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování přístroje,
  - garance provádění PBTK a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby za podmínek uvedených v čl. 4. 4. a v čl. 4. 5. Smlouvy.
- 3.3. Prodávající odevzdáním přístroje umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
- 3.4. Přístroj musí být nový, kompletní a plně funkční. Dodaný přístroj musí být v souladu s požadavky Kupujícího a nabídkou Prodávajícího ve veřejné zakázce podle čl. 2.1. Smlouvy. Přístroj bude vhodný a plně použitelný pro sjednaný účel jeho použití v rámci této Smlouvy a v rozsahu, v jakém není tento účel konkrétně popsán, také vhodný a použitelný pro účel, k němuž se obvykle používá.
- 3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem přístroje, že na přístroji neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s přístrojem podle této Smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že dodávaný přístroj nemá žádné vady.
- 3.6. Kupující se zavazuje přístroj převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy.

### 4 KUPNÍ CENA

- 4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku přístroje uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy **kupní cenu** ve výši **3 999 000,00 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých bez DPH). Výše Kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí **4 838 790,00 Kč**.

- 4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.
- 4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, instalaci, zaškolení, průběžné školení, BTK, záruční servis, dopravné, skladné, provedení předepsaných zkoušek, zajištění certifikátů, atestů, převod práv, pojištění, daně, poplatky a další náklady spojené s plněním Smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny.
- 4.4. Prodávající garantuje, že po skončení záruční doby dle čl. 7.3. Smlouvy bude poskytovat kompletní pozáruční servis dodaného přístroje po dobu 5 let. Prodávající je povinen pozáruční servis provádět tehdy, vyzve-li jej k tomu Kupující.

Pozáruční servis zahrnuje:

- provádění PBTK, jiné opakované servisní činnosti, elektrické revize, další zkoušky,
  - vystavení protokolu, dodávku náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna),
  - dodávku spotřebního materiálu,
  - náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.
- 4.5. Cena za provedení 1 PBTK v pozáruční době, která zahrnuje náklady na činnosti pozáručního servisu uvedené v čl. 4.4. Smlouvy, činí **35 200,00 Kč** bez DPH.

## 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající doručí do 10 dnů od předání a převzetí přístroje na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, splatnosti a den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, označení dodaného přístroje, odkaz na Smlouvu, označení projektu (*Název projektu: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s., Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016395*), kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího.

## 6 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 6.1. Prodávající dodá přístroj do **12 týdnů** od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava přístroje do sídla Kupujícího, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.
- 6.2. Přístroj bude dodán do sídla Kupujícího: **Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany.**

Prodávající oznámí přesný termín dodání přístroje Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem.

- 6.3. Po předání přístroje, instalaci a úvodním zaškolení podepíše Kupující předběžný protokol, ve kterém potvrdí umístění přístroje ve svém sídle. Je-li zařízení předáváno po částech, o každém dílčím předání se pořídí dílčí zápis. Následně Kupující provede technické testování po dobu 7 dnů, kdy si vyzkouší fungování přístroje v provozu a ověří, zda přístroj splňuje požadavky podle této Smlouvy. O výsledku technického testování Kupující předem uvědomí Prodávajícího. Odpovídá-li přístroj Smlouvě, podepíší smluvní strany předávací protokol. Okamžikem podpisu předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví přístroje a nebezpečí škody na něm. V případě nesplnění požadavků a parametrů Kupující přístroj nepřevzme a provede reklamaci v souladu se čl. 7 Smlouvy. Prodávající odpovídá za případné škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou do okamžiku převzetí přístroje. Prodávající nese náklady spojené s odevzdáním přístroje v sídle Kupujícího.
- 6.4. Kupující zajistí Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude přístroj umístěn. Prostory budou uzamykatelné a přístup k přístroji bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran.

## **7 ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě (přístroj) v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.1. Smlouvy. Prodávající odpovídá za vady přístroje v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 7.2. Kupující není povinen převzít dodaný přístroj, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného přístroje dle čl. 3.1. Smlouvy ve výši **24 měsíců**.
- 7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodaný přístroj bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí přístroje od Prodávajícího na základě řádně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.3. Smlouvy.
- 7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem. Součástí záruky za jakost je též provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem přístroje.
- 7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do přístroje Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 7.8. Kupující je povinen ohlásit vady Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Okamžik nahlášení vady Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Bude-li to připouštět charakter vady, je Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji Prodávající odstraní ve své provozovně.

- 7.10. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady přístroje. Prodávající je povinen odstranit závadu a uvést zboží do provozu nejpozději do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta je dodržena též v případě, pokud Prodávající zapůjčí Kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Pokud nebude závada do 48 hodin odstraněna, bude dodáno náhradní odpovídající zařízení až do odstranění závady, jinak je v prodlení.
- 7.11. V této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hod do 16:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.12. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 7.13. Reklamací může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval neoprávněně, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Prodávajícího.
- 7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 7.1., 7.2., 7.8. (bez druhé věty), 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy.
- 7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě (přístroje), jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má přístroj v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na přístroji vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má přístroj při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 7.17. Kupující je povinen přístroj zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí přístroje za účasti zástupce nebo dopravce Prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání přístroje, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
- 7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí přístroje anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem. V režimu práv z vadného plnění Prodávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Prodávající vadu neodstraní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit.

## **8 OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající

je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ a projektu ze strany operačního programu. Prodávající je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu. Prodávající je povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu Smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8.2. Po předání přístroje provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Prodávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.
- 8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele. Prodávající s předstihem písemně oznámí Kupujícímu plánovanou změnu technika uvedeného ve čl. 11.4. Smlouvy. Před zahájením činnosti nového technika poskytne Prodávající Kupujícímu originál nebo ověřenou kopii certifikátu na provádění obsluhy přístrojů od nového technika, příp. další doklady. Nový technik bude oprávněn vykonávat činnost pouze s písemným souhlasem oprávněného zástupce Kupujícího.
- 8.4. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v dodaném přístroji a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.5. Kupující jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Prodávajícímu jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 8.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v kupní ceně.

## 9 SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li přístroj ve lhůtě dle čl. 6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH dle čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení.

- 9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud je včas zapůjčen náhradní přístroj podle čl. 7.10. Smlouvy.
- 9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Neprovede-li Prodávající školení v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé nesplnění povinností.
- 9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů.
- 9.6. Změní-li Prodávající odbornou osobu dle čl. 11.4. Smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.7. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů podle čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.8. Pokud bude zjištěno, že dodaný přístroj obsahuje škodlivé látky, jak je specifikováno ve čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.9. Nezajistí-li Prodávající pozáruční servis podle čl. 3. 2. a 4. 4. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý neprovedený servisní úkon (PBTK a další opakované servisní činnosti) v rámci pozáručního servisu.
- 9.10. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.11. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Prodávajícím nepřekročí 80 % kupní ceny bez DPH.
- 9.12. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
- 9.13. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
- 9.14. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

## **10 UKONČENÍ SMLOUVY**

10.1. Tato Smlouva může být ukončena:

- a) splněním této Smlouvy,
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.

- 10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:
- a) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude řádně dodán v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury,
  - b) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj neobstojí v technickém testování podle čl. 6.3. Smlouvy,
  - c) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím,
  - d) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - e) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. 2.1. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - f) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího,
  - g) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.
- 10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
- 10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.
- 10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě závažných okolností o dobu trvání překážky, nejdéle však o 30 kalendářních dnů, navýšit kupní cenu v případě změny sazby DPH v daňových předpisech a prodloužit předpokládaný termín dodání, z důvodů průtahů v zadávacím řízení.
- 10.7. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

## **11 KOMUNIKACE**

- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
- 11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se přípouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.



11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.

11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

**Smluvní a zásadní záležitosti**

Jméno:

E-mail:

Tel.:

**Technické a provozní záležitosti, osoba odpovědná za provádění záručního servisu**

Jméno:

E-mail:

Tel.:

11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

**Smluvní a zásadní záležitosti**

Jméno:

E-mail:

Tel.:

**Provozní a administrativní záležitosti**

Jméno:

E-mail:

Tel.:

## 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

12.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího.

12.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

12.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.

12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil Kupujícího (zadavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.

12.6. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.



12.7. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.

12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

12.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, Rokycanech



za Prodávajícího

za Kupujícího

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ČÁST 3 - FullHD artroskopická sestava

#### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany	IČO:	26360900		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení

#### DODAVATEL

Název dodavatele:	2T engineering, s.r.o.		
Sídlo:	V. P. Čkalova 502/14, 160 00 Praha 6	IČO:	28259068
Statutární zástupce:	Ing. Marek Torkoniak	Kontaktní osoba:	Ing. Marek Torkoniak

#### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 **Zadávací dokumentace** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	FullHD artroskopická sestava	1	24	<b>Název:</b> sestava jednotlivých zařízení: OEV-321UH, OTV-S200, CH-S200-XZ-EA, FMS-VUE, VAPR-VUE a další <b>Sériové číslo:</b> sériová čísla budou uvedena na dodacím listu	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>				<b>Výrobce:</b> Olympus, DePuy Mitek, DePuy Synthes, Medos International, Foreseeson Custom Displays, RZ Media	
<b><u>Hlavní monitor - 1 ks</u></b>					
LED Full HD monitor s úhlopříčkou 32", medicínský atest,				ANO full HD, 32"', medicínský atest	
rozlišení 1920 x 1080, poměr stran 16:9				ANO 1920 x 1080, 16:9	
jas: 450 cd/m2,				ANO 450 cd/m2	
kontrast: 1300:1				ANO 1300:1	
pozorovací úhel 178° ze všech směrů				ANO 178° všemi směry	
vstupy: kompatibilní s nabízenou kamerovou jednotkou				ANO kompatibilní	
výstupy: umožňující připojení dalších zařízení				ANO	
antireflexní úprava				ANO	
možnost kalibrace barevného zobrazení				ANO	
<b><u>Kamerová jednotka s integrovaným 4LED světelným zdrojem - 1 ks</u></b>					
• Medicínský atest				ANO	
• Integrované záznamové zařízení - archivace fotodokumentace pomocí USB rozhraní				ANO možnost pořízení fotek a jejich export na USB	
• Video dokumentace pomocí externího zařízení				ANO	
• Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem				ANO	
• Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu Full HD 1920x1080p – progresivní scanning				ANO FULL HD 192x1080, progresivní scan	
• Integrovaná funkce pro lepší odhalení zánětlivých chorob sliznice, novotvarových lézí a pod, např. NBI - úzkopásmové selektivní barevné zobrazování nebo jiný podobný princip .				ANO NBI	
• Integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu				ANO	
• Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu				ANO	
• Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních				ANO až 1,5 ve 3 stupních	
• Výstupy - 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C				ANO všechny tyto zahrnuje	
• Možnost rotace obrazu o 180°a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu				ANO	

• Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb s paměťovým zálohováním	ANO 20
• Předvolba nastavení až 50 údajů patientských dat s paměťovým zálohováním	ANO 50
• Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, příp. připojitelnou klávesnici	ANO všechny tyto možnosti
• Možnost záznamu a zmrazení obrazu ve spolupráci se záznamovým zařízením	ANO
• Nastavitelný kontrast	ANO
• Integrovaný 4LED zdroj studeného světla	ANO integrovaný 4LED
• 4 LED lampy	ANO 4 LED lampy
• Výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu	ANO
• Životnost LED lampy min. 10 000 hod.	ANO 10000h
• Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole	ANO
• Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení	ANO
• Paměťový back-up systému pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému	ANO
<b>Full HD kamerová hlava- 1 ks</b>	
• 3x čip CMOS nebo 3x čip CCD, medicínský atest	ANO 3x čip CMOS
• Uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očníkového adaptéru	ANO
• Jedním z pracovních režimů je funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu	ANO
• Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (tzv. NBI) nebo jiný režim pro zvýraznění patologických změn.	ANO
• Kompatibilní s výše uvedenou kamerovou jednotkou	ANO
• Autoklávovatelná v parním autoklávu (134°C)	ANO
• 2x optický zoom	ANO
• Motorické ovládání zoomu a ostření (tzv. power-zoom a power-focus) pomocí ovládacích tlačítek na kamerové hlavě	ANO
• 3 programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě	ANO 3

• Váha do 300 g	ANO 295 g
<b><u>Artroskopická optika - 2 ks</u></b>	
• pr. 4 mm, úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklárovatelné	ANO, 4 mm, úhel pohledu 30°, z.p. 115°, prac. délka 160 mm . autoklárovatelné
• součástí nabídky má být sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku	ANO
• součástí nabídky 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:	ANO
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu kompatibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku	ANO
Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození	ANO, pr. 4,25 mm, délka 3 m
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností	ANO
<b><u>Artroskopická optika mini- 2 ks</u></b>	
• pr. 2,7 mm	ANO 2,7 mm
• úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, pracovní délka 160 mm, autoklárovatelné	Ano úhel pohledu 30°, zorné pole 115°, prac.délka 160 mm, autoklárovatelné
• součástí nabídky je sterilizační kontejner pro každou nabízenou artroskopickou optiku	ANO
• součástí nabídky jsou 2 ks příslušného vysokoprůtokového artroskopického trokaru se 2 ventily, kompatibilní s výše uvedenými optikami, vč. tupého trokarového bodce:	ANO
• Součástí nabídky jsou 2 ks světlovodného kabelu kompatibilního s ostatními nabízenými položkami pro každou optiku	ANO
• Průměr 4,25 mm, délka 3 m, se zesílenou ochranou proti přehřátí a poškození	ANO pr. 4,25 mm, délka 3m
• Sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C při stálém zachování jejich vlastností	ANO
<b><u>Full HD záznamové zařízení - 1 ks</u></b>	
Medical grade zařízení	ANO
• 2D/3D FullHD záznamové zařízení s ovládním foto/video z kamerového hlavy	ANO
• Ovládním přes dotykové rozhraní 21" monitoru	ANO 21"
• Možnost ovládním přes PC, iPhone nebo iPad (volitelně)	ANO
• Min. požadavky PC - Windows 10, Intel Core i5, 8 GB RAM, 1TB SSD	ANO

• V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy	ANO
• Možnost aktivace/deaktivace šifrování vestavěného disku popřípadě připojeného USB	ANO
• Obrazové výstupy: DVI, VGA, DP,	ANO
• Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video	ANO
• Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez patientských dat)	ANO
• Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist	ANO
• Automatické načítání pacientů z NIS pomocí worklist/DICOM	ANO
• Automatické odesílání snímků do PACS/DICOM	ANO
• Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist	ANO
• Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4	ANO Full HD 1080p MPEG4
• Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080 16:9 JPEG	ANO FULL HD 1920x1080, 16:9 JPEG
• Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) možné realizovat externí UPS (Medical Grade)	ANO
• Možnost simultánního záznamu až 2 zdrojů video signálu	ANO
• Možnost porovnávání záznamů / snímků	ANO
• Plně certifikováno dle GDPR	ANO
• Ovládání z tlačítek endoskopu či připojeným dvoupedálem s optickou signalizací	ANO
• Možnost externí vizuální signalizace aktivního záznamu	ANO
• Umístění v přístrojovém vozíku artroskopické sestavy	ANO
<b><u>Vaporizační přístroj - 1 ks</u></b>	
Bipolární přístroj o výkonu 400 W pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně.	ANO 400 W
Umožňuje volit čtyři bipolární provozní režimy: Vaporizace, Koagulace, Kombinovaný režim vaporizace a koagulace a Koagulace s indikací teploty	ANO
Pracovní elektrody jsou požadovány v průměrech a různých typech od 2,3mm po 4mm a , určené pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku nebo Ringerova roztoku s laktátem.	ANO
Pracovní elektrody mají být vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu	ANO

Monitorace teploty s nastavením maximálního teplotního prahu tkáně, senzor teploty na distálním konci elektrod. V režimu Koagulace s indikací teploty přístroj má sledovat skutečnou teplotu hrotu a při aktivování automaticky nastaví výkon potřebný pro udržování požadované teploty hrotu	ANO
Přístroj vybavený bezpečnostní funkcí, která sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem – ochrana poškození optiky.	ANO
Přístroj vybaven zvukovou signalizací, která signalizuje aktivování elektrody	ANO
• Možnost manuálního nastavení parametrů	ANO
• Možnost ovládání z rukojeti i nožního ovladače	ANO
• Možnost použití elektrod s odsáváním	ANO
• Součástí dodávky má být nožní pedal, 2x elektroda bez odsávání pro artroskopii a 2x elektroda s odsáváním pro artroskopii	ANO
• Součástí dodávky je sterilizační košík 2 ks pro uložení elektrod a příslušenství	ANO
<b><u>Artroskopický motorový shaver - 1 ks</u></b>	
Shaverový ruční nástroj (handpiece) lehký - titanový, vysokorychlostní	ANO
• Shaverový handpiece universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0 mm pro malé klouby po průměr 8 mm pro výkony na velkých kloubech.	ANO
• Ruční ovládání : ANO s možností deaktivace nebo pomocí nožního spínače	ANO
• Odsávání regulovatelné na ručním nástroji	ANO
• rychlost otáček - vpřed/vzad: 500 – 8000 ot./min	ANO 500 - 10000 ot./min
• rychlost otáček - oscilace: 1000 - 2 500 ot./min	ANO 500 - 3500 ot./min
• Nejvyšší utahovací moment: 160 mNm	ANO 160 mNm
• Hmotnost: cca 600-700 g	ANO 680 g
• Délka/výška/průměr (mm): 175/32/20	ANO 175/32/20



• Integrovaný do artroskopické pumpy	ANO
• Součástí dodávky mají být 2 ks univerzálního ručního nástroje pro shaverovací frézy	ANO
<b><u>Duální artroskopická oplachová pampa s integrovaným shaverem - 1 ks</u></b>	
• Vizualizace v kloubu zajištěna na sobě nezávislým řízením přítoku a odtoku tekutiny z kloubu	ANO
• Integrovaná odsávací pampa automaticky řídí jak odsávání z kanyly, tak shaveru, bez nutnosti manuálního přepínání odsávání. Při aktivaci shaveru je automaticky aktivováno odsávání ze shaveru vyvedené do přímo určeného místa, zatímco je ostatní odsávání uzavřeno.	ANO
• Možnost nastavení maximálního odsávání ( průtočné kapacity ) odsávací pumpou při aktivaci shaveru v různých úrovních	ANO
• Možnost aktivace spec.režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu	ANO
• Možnost aktivace spec.režimu průplachu kloubu (laváž) pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu	ANO
• Ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítka na shaverové rukojeti	ANO
• Součástí dodávky má být 10 ks denních hadicových setů a 20 ks patientských hadicových setů	ANO
• Součástí dodávky má být sterilizační kontejner pro každý shaverový motorový handpiece	ANO
<b><u>Přístrojový vozík - 1 ks</u></b>	
• přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení	ANO
• vybavený izolačním transformátorem, přepětovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a výškově nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem a manipulačními madly	ANO
• speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak	ANO
• 4 kolečka (2 z nich bržděná, s aretací)	ANO
• Police výškově nastavitelné pro umístění i dalších přístrojů	ANO
• integrovaná příprava elektroinstalace – nejméně 5 el. zásuvek pro další přístroje	ANO vozík obsahuje celkem 12 zásuvek
• součástí potřebné uzemňovací kabely	ANO

• centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení	ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: Technické listy, doklady o shodě
	V Praze dne 12.1.2023 Zpracoval: Ing. Marek Torkoniak

