

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)**

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ČÁST 5 - Rektoskop

### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení

### DODAVATEL

Název dodavatele:	RADIX CZ s.r.o.				
	Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora			IČO:	26774321
Statutární zástupce:	Ing. Robert Ludvík	Kontaktní osoba:	Renata Zanová		

### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se **čl. 5.3 ZD** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. **Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné)**. V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce**. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky**, že se jedná o **parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele**. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)**, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Rigidní rektoskop a anoskop	1		Název: Karl Storz Sériové číslo: Výrobce: Karl STORZ	
Závazná specifikace zadavatele:					
světlovodný zdroj - 1 ks				ANO	
světelný kabel-průměr 3,5mm,délka 230cm-1ks				ANO	
rektoskop se zavaděčem – vnější průměr 20 mm, pracovní délka 20 cm, kovová rukojeť - 1 ks				ANO	
hlava s okulárem kompatibilní k rektoskopu, s adaptérem k přenosu optického světla - 1 ks				ANO	
gumová snímatelná hadička s balonkem k insuflaci - 1 ks				ANO	
anoskop se zavaděčem – vnější průměr 20 mm, pracovní délka 8 cm - 1 ks				ANO	
adapter – přenos optického světla - 1 ks				ANO	
rektoskop se zavaděčem - vnější průměr 12 mm, pracovní délka 20 cm, kovová rukojeť - 1 ks				ANO	
bioptické kleště – délka 30 cm - 1 ks				ANO	
tamponové kleště – délka 30 cm - 1 ks				ANO	
nástroj na ligatury – délka 11 cm, průměr 11 mm, mechanický sací systém - 1 ks				ANO	
extra silné ligatury ( balení á/100 ks ) - 1 ks				NO	
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.				Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍD	
				V Kutné Hoře dne 11.1.2023 Zpracoval: Ing. Robert Ludvík	Ing. Robert Ludvík Digitálně podepsal Ing. Robert Ludvík Datum: 2023.04.05 08:24:51 +02'00'