

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

Kupující:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: 18736–681/0100, Komerční banka, a.s.
statutární orgán: MUDr. Lukáš Velev, MHA

a

Prodávající:

název: L I N E T spol. s r.o.
sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární orgán: Bc. Zdeněk Grimm, MBA, ředitel obchodu pro ČR a SR

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nemocniční lůžka včetně matrace a příslušenství“, vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadávané v rámci dotačního projektu „Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Diagnostika a komplement, reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016330“.

1. Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění této smlouvy je:

- dodávka nových nepoužitých nemocničních lůžek včetně souvisejícího vybavení (dále jen „zařízení“), dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace (Technická specifikace dodávky),
- doprava na místo plnění a likvidace veškerých obalových materiálů,

- veškeré montážní a instalační práce v místě plnění, nutné pro kompletní uvedení zařízení do provozu (součástí taktéž zajištění všech počátečních zkoušek pro provoz atd.),
 - provedení instruktáže obsluhy zařízení v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, v rozsahu návodu k použití, a to v českém jazyce, v sídle zadavatele (včetně vyhotovení zápisu),
 - kompletní certifikované školení pro dvě vybrané osoby zadavatele, které budou oprávněny k autorizovanému servisu, údržbě, provádění záručních i pozáručních bezpečnostně technických kontrol celého předmětu plnění (nemocniční lůžka všech typů, matrace, příslušenství), včetně poskytování služeb jako instruktáž obsluhy, instalace a vzdálená podpora,
 - udělení/vystavení oprávnění školitele v souladu s § 41 odst. 2, zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, které bude umožňovat již zaškoleným osobám kupujícího školit v obsluze další personál v rámci Nemocnice Jihlava p. o.,
 - bezplatný záruční servis ve specifikaci uvedené v čl. 6 návrhu kupní smlouvy, v souladu s příslušným zákonem o zdravotnických prostředcích, a to po celou dobu záruční lhůty v délce trvání minimálně 24 měsíců,
 - dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce – 2x tištěný manuál, 1x elektronická verze manuálu a originálního technického manuálu výrobce,
 - dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.
- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu uvedeném v odstavci 1.1, a to do místa dodání dle článku 3, odst. 3. 2. této smlouvy.
- 1.3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího řádně a včas převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

2. Kupní cena

2.1. Kupní cena zboží

Kupní cena za předmět plnění v Kč bez DPH: **15 206 319,00 Kč**

Kupní cena za předmět plnění v Kč včetně DPH: **17 595 969,91 Kč**

- 2.2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, spjaté s dodáním zboží, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky a další náklady prodávajícího. Kupní cena zároveň zahrnuje veškeré náklady na instalaci a montáž pro kompletní uvedení zařízení do provozu, komplexní zaškolení obsluhy v místě plnění, odborný servis, údržbu a PBTk (včetně veškerých souvisejících nákladů jako vystavení protokolu, cenu náhradních dílů, které se povinně periodicky mění, provedení el. revize, práci a dopravu techniků včetně času stráveného na cestě) **během záruční doby.**
- 2.3. Kupní cena za předmět plnění je prodávajícím garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a nelze jí překročit ani v případě, kdy dojde ke změně sazby DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 2.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3. Doba a místo plnění

3.1. Doba plnění

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude zahájena dnem nabytí účinnosti kupní smlouvy (dnem zveřejnění v Registru smluv).

Zadavatel odešle vybranému dodavateli nejpozději 3 měsíce po nabytí účinnosti kupní smlouvy oficiální výzvu k zahájení plnění. Ode dne doručení této výzvy je dodavatel povinen dodat kompletní předmět veřejné zakázky, a to do **45 kalendářních dnů**.

3.2. Místo plnění

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

4. Platební podmínky

- 4.1. Zálohy nebudou poskytovány.
- 4.2. Prodávající je oprávněn vystavit po předání kompletního zařízení (předmětu plnění) v místě plnění fakturu na dodané zboží.
- 4.3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím, v souladu s dodacím listem potvrzeným oprávněným zaměstnancem kupujícího.
- 4.4. Doba splatnosti faktur bude stanovena minimálně na 30 dní od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Prodávající je povinen zaslat fakturu za předmět plnění na oficiální emailovou adresu pro příjem elektronických faktur: efaktura@nemji.cz. Faktura se považuje za přijatou až v momentu potvrzeného doručení na tuto adresu.
- 4.6. Veškeré účetní doklady, vztahující se k předmětu veřejné zakázky, budou obsahovat název veřejné zakázky, včetně uvedení názvu a registračního čísla dotačního projektu.
- 4.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 4.8. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
- 4.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující (Nemocnice Jihlava) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny, rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

- 4.10.** V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné údaje, nesrovnalosti nebo chybí-li ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou odpovídající fakturu, s novým termínem splatnosti dle podmínek smlouvy.

5. Dodací podmínky

- 5.1.** Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám na kontakt:



Prodávající je povinen v rámci předinstalační přípravy specifikovat veškeré technické podmínky a požadavky na instalaci přístroje, včetně kompletního uvedení zařízení do provozu, v místě plnění. Tyto podmínky předá prodávající kupujícímu nejpozději 7 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy.

- 5.2.** Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy.
- 5.3.** Závazek prodávajícího dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
- 5.4.** Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.
- 5.5.** Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.
- 5.6.** Prodávající je povinen zajistit přepravu dodávaného zboží způsobem vylučujícím jakékoliv jeho poškození nebo znehodnocení. Kupující je povinen zboží před převzetím zkontrolovat a zjevné vady okamžitě zapsat. Kupující může odmítnout zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží bude mít zjevné vady v jakosti nebo bude poškozené nebo pokud prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího.

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 6.1.** Prodávající odpovídá za vady, jež má zařízení v době jeho předání a dále odpovídá za vady zařízení zjištěné v záruční době. Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění. V případě reklamace skrytých vad zboží je prodávající povinen

toto zboží od kupujícího odebrat zpět a jeho cenu kupujícímu uhradit, popř. dodat zboží náhradní.

- 6.2. Prodávající poskytuje na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení kupujícím.
- 6.3. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které má zařízení splňovat, a které se na dané zařízení vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či prodávajícím.
- 6.4. Plnění poskytnutá prodávajícím, na základě uplatnění záruky za jakost ze strany kupujícího, zahrnují zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných závad, dodání veškerých náhradních dílů, veškeré cestovní náhrady servisních techniků, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad zařízení.
- 6.5. Kupující je v případě závady zařízení povinen závadu nahlásit (reklamovat) prodávajícímu telefonicky na [REDAKCE]. Závadu nahlášenou telefonicky kupující potvrdí nahlášením závady e-mailem. Reklamacie musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.
- 6.6. V případě uplatnění záruky za jakost může kupující:
 - požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zařízení,
 - požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zařízení, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; prodávající je pak povinen dodat kupujícímu bezplatně náhradní plnění do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany kupujícího,
 - požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu.
- 6.7. Prodávající je povinen nastoupit na opravu zařízení nejpozději do 24 hodin, počítaných od nahlášení závady kupujícím a závadu odstranit nejpozději do 72 hodin, počítaných od nástupu prodávajícího k odstranění závady, pokud se strany nedomluví jinak. Prodávající je dále povinen zajistit poskytování telefonické podpory v českém jazyce v pracovní dny v době **od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ hodin**.
- 6.8. Po odstranění závady je prodávající povinen předat kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada považuje za odstraněnou.
- 6.9. Záruka za jakost se prodlouží o dobu, po kterou nebude zařízení provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za jakost.
- 6.10. Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.
- 6.11. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 6.12.** Kupující svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že prodávající kupujícímu předal zároveň záruční podmínky.

7. Součinnost

- 7.1.** Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
- 7.2.** Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky v rámci dotačního projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
- 7.3.** Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.4.** Kupující umožní příjezd prodávajícímu do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

8. Smluvní pokuty

- 8.1.** Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení	0,03 %
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,03 %
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,05 %

- 8.2.** Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.
- 8.3.** Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Zánik závazků

- 9.1.** Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním,

- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná,
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem,
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícímu.
- 10.2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.4. Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 10.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.6. Veškerá textová dokumentace, která při plnění smlouvy předává, musí být předána či předložena v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- 10.7. Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
- 10.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10.9. Smluvní strany se shodly na tom, že kupující zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně osobních údajů.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Kupní ceny

V Jihlavě dne



2023.03.27
22:38:27
+02'00'

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

V Želevčicích dne



Date: 2023.02.07
14:24:06 +01'00'

.....
Bc. Zdeněk Grimm, MBA
ředitel obchodu pro ČR a SR
v plné moci

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Nemocniční lůžka včetně matrace a příslušenství

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:

15 319 587 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nespĺňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

Požadované přístroje	Počet ks v dodávce	Typové označení přístroje	Výrobce přístroje
Nemocniční lůžko standardní	118	Eleganza 1	L I N E T spol. s r.o.
Nemocniční lůžko pro intenzivní péči	20	Eleganza 5	L I N E T spol. s r.o.
Pasivní antidekubitní matrace typ I.	118	PrimaCare 20	L I N E T spol. s r.o.
Pasivní antidekubitní matrace typ II.	14	ViskoMatt 50	L I N E T spol. s r.o.
Integrovaná antidekubitní matrace	6	Opticare	L I N E T spol. s r.o.
Pacientský stolek	132	Eleganza Classic	L I N E T spol. s r.o.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Nemocniční lůžko standardní – 118 kusů

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Parametry lůžka		Eleganza 1
1	Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 v platném znění (nebo rovnocenné řešení)	ANO
2	Provedení lůžka – kov + plast	ANO
3	Povrchová úprava kovových částí - lakování polyesterovými práškovými barvami, v bílé barvě nebo metalický odstín RAL	ANO
4	Stabilní konstrukce, snadno přístupná a čistitelná	ANO
5	Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadné čištění a údržbu, 4-segmentová	ANO
6	Šířka ložné plochy ≥ 85 cm	ANO, 90 cm
7	Délka ložné plochy ≥ 200 cm	ANO, 200 cm
8	Celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100 x 225 cm (šířka x délka)	ANO, 99,5x218 cm
9	Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci	ANO, 15 cm
10	Bezpečné provozní zatížení lůžka ≥ 250 kg	ANO, 250 kg
11	Motorizované nastavení výšky ložné plochy v rozsahu min. 40 – 70 cm od podlahy	ANO, 39,5-76 cm
12	Motorizované polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy	ANO
13	Mechanické polohování lýtkového dílu ložné plochy	ANO
14	Motorizované polohování polohy TR/ATR minimálně v rozsahu $\pm 12^\circ$	ANO, 15°
15	Motorizované polohování polohy kardiackého křesla prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovládacím panelu	ANO
16	Mechanické rychlopusštění zádového dílu do resuscitační polohy	ANO
17	Autoregrese – posun zádového dílu v rozsahu minimálně 10 cm	ANO
18	Autoregrese – posun stehenního dílu v rozsahu minimálně 6 cm	ANO
19	Centrální brzda koleček ovládaná od nožní části lůžka	ANO
20	4 antistatická kolečka, minimálně jedno s aretací směru	ANO
21	Průměr koleček lůžka ≥ 15 cm	ANO, 15 cm
22	Systém ochrany/alarm nezabrzdněného lůžka	ANO
23	Vodorovná funkční nárazová kolečka v rozích lůžka, gumová nebo plastová	ANO

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
24	Pacientský ruční ovladač, s možností uzamknutí funkcí, osvětlený	ANO
25	Sesterský ovládací panel – na spirálovém kabelu s možností zavěšení na čelo lůžka, s ochrannou proti nechtěnému polohování, možnost blokace funkcí	ANO
26	Postranice lůžka pro 108 kusů poptávaných lůžek z celkem 118: <ul style="list-style-type: none"> • sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopná postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou), ergonomické polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem • plastové • dělené postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) • minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO, 108 ks plastové
27	Postranice lůžka pro 10 kusů poptávaných lůžek z celkem 118: <ul style="list-style-type: none"> • sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopná postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládní postranic pacientem • kovové • jednodílné postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) • minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) 	ANO, 10 ks kovové
28	Čelo lůžka v hlavové části: <ul style="list-style-type: none"> • odnímatelné • plastové • nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
29	Čelo lůžka v nožní části: <ul style="list-style-type: none"> • odnímatelné • plastové • aretace proti samovolnému vytažení během transportu • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO
30	Lišty po obou stranách lůžka pro umístění drobného příslušenství	ANO
31	Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku elektřiny	ANO
32	Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)	ANO
33	Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU kabel 230-240 V	ANO
Pasivní antidekubitní matrace typ I. – 118 kusů		PrimaCare 20
34	Pasivní matrace vhodná pro vyšší riziko vzniku antidekubitů (II. – III. stupeň)	ANO
35	Pasivní matrace, jádro ze studené polyuretanové pěny (nosná část z pěny o min. hustotě 40 kg/m ³ , z jedné strany min. 5 cm vrstva z pěny o min. hustotě 50 kg/m ³)	ANO, nosná část z pěny o hustotě 41 kg/m ³ , z jedné strany 5 cm vrstva z pěny o hustotě 50 kg/m ³
36	Profilované jádro s příčným prořezem členěným do min. 4 anatomických zón	ANO
37	Rozměr matrace dle rozměrů lůžka	ANO
38	Výška matrace minimálně 14 cm	ANO, 14 cm
39	Nosnost matrace minimálně 200 kg	ANO, 200 kg
40	Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní	ANO
Pacientský stolek – 118 kusů		Eleganza Classic
41	Noční stolek pro pacienta, oboustranný, konstrukce stoíku - kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD	ANO
42	Uzamykatelný úložný prostor, zásuvka	ANO
43	Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	ANO
44	Integrovaná výškově nastavitelná naklápěcí jídelní deska s bezpečnostní aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací výšky a náklonu), v rozsahu min. 70 – 100 cm, rozměry jídelní desky vhodné pro táč s jídlem min. 550x330 mm, nosnost min. 8 kg	ANO
45	Pojízdný stolek, kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě brzděná	ANO, průměr 75 mm

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
46	Držák na zavěšení, manipulační madla na korpusu stolku	ANO
47	Možnost výběru barevného dekoru dle vzorníku shodného s lůžky	ANO
Příslušenství		
48	Integrovaný kovový infuzní stojan – 118 kusů	ANO, 118 ks
49	Napřimovací hrazda s rukojetí – 118 kusů	ANO, 118 ks
50	Držák močových sáčků – 118 kusů	ANO, 118 ks

Nemocniční lůžko pro intenzivní péči – 20 kusů

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Parametry lůžka		Eleganza 5
1	Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 v platném znění (nebo rovnocenné řešení)	ANO
2	Provedení lůžka – kov + plast	ANO
3	Povrchová úprava kovových částí - lakování polyesterovými práškovými barvami, v bílé barvě nebo metalický odstín RAL	ANO
4	Sloupová konstrukce lůžka	ANO
5	Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadné čištění a údržbu, 4-segmentová	ANO
6	Ložná plocha RTG transparentní, umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, s držákem RTG kazety, dostupným z boční strany lůžka	ANO
7	Šířka ložné plochy ≥ 87 cm	ANO, 90 cm
8	Délka ložné plochy ≥ 200 cm	ANO, 208 cm
9	Celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100 x 220 cm (šířka x délka bez prodloužení)	ANO, 100x219 cm
10	Prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm pomocí elektromotoru	ANO, 22 cm
11	Bezpečné provozní zatížení lůžka ≥ 250 kg	ANO, 250 kg
12	Motorizované nastavení výšky ložné plochy v rozsahu min. 45 – 75 cm od podlahy	ANO, 43,5-81,5 cm
13	Motorizované nezávislé polohování zádového, stehenního a lýtkového dílu ložné plochy	ANO
14	Oboustranný laterální náklon minimálně v rozsahu $\pm 15^\circ$	ANO, $\pm 15^\circ$
15	Motorizované polohování polohy TR/ATR minimálně v rozsahu $\pm 12^\circ$, integrovaný indikátor stupně náklonu	ANO, $\pm 14^\circ$

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
16	Motorizované polohování polohy kardiackého křesla prostřednictvím jednoho tlačítka na sesterském ovládacím panelu	ANO
17	Mechanické rychlopuštění zádového dílu do resuscitační polohy, dostupné v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO
18	Autoregrese – posun zádového dílu v rozsahu minimálně 7,4 cm	ANO, 7,4 cm
19	Autoregrese – posun stehenního dílu v rozsahu minimálně 4 cm	ANO, 4 cm
20	Integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu ložné plochy	ANO
21	Integrovaný vážicí systém, umožňující vážení pacienta v absolutním i přírůstkovém režimu, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, váživost minimálně 250 kg, provedení jako stanovené měřidlo dle Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.	ANO, váživost 250 kg
22	Centrální brzda koleček ovládaná nožně ze všech čtyř rohů lůžka	ANO
23	4 kolečka, minimálně jedno antistatické s aretací směru	ANO
24	5. kolečko na středu podvozku pro snadnější řízení lůžka při transportu, disponující motorizovaným pohonem nebo jiným systémem zabezpečující motorizovanou podporu pojezdu lůžka vpřed i vzad	ANO
25	Průměr koleček lůžka ≥ 15 cm	ANO, 15 cm
26	Systém ochrany/alarm nezabrzdněného lůžka	ANO
27	Integrovaný bezpečnostní alarm při opuštění lůžka pacientem	ANO
28	Integrovaný bezpečnostní alarm při nebezpečném pohybu (poloze) pacienta na lůžku	ANO
29	Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku lůžka	ANO
30	Bezpečnostní podsvícení podvozku lůžka	ANO
31	Podpora mobilizace pacienta – madlo jako součást postranice pro snadnější vstávání v kombinaci s vystupovací funkcí – zdvihem ložné plochy, ovládané tlačítkem, integrovaným do hrany hlavové postranice (příp. do madla)	ANO
32	Vodorovná funkční nárazová kolečka v rozích lůžka, gumová nebo plastová	ANO
33	Pacientský ovladač – integrovaný do pravé i levé postranice, s možností uzamknutí funkcí	ANO
34	Sesterský ovládací panel – centrální LCD panel integrovaný do pravé i levé postranice pro ovládání lůžka, vážicího systému, programovatelných funkcí a integrovaného antidekubitního systému, s ochranou proti nechtěné aktivaci, možnost blokace jednotlivých funkcí, předprogramované důležité polohy (CPR, TR/ATR, kardiacké křeslo)	ANO

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
35	Samostatný sesterský ovládací panel – na spirálovém kabelu pro ovládání základních funkcí lůžka, možnost zavěšení na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO
36	Nožní ovladače – oboustranné, pro nastavení parametrů v minimálním rozsahu (výška ložné plochy, oboustranný laterální náklon), s ochrannou proti nechtěnému polohování	ANO
37	Čelo lůžka v hlavové části: <ul style="list-style-type: none"> • odnímatelné • plastové • nosník hlavového čela pevně spojený s podvozkem nebo konstrukcí lůžka • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO
38	Čelo lůžka v nožní části: <ul style="list-style-type: none"> • odnímatelné • plastové • aretace proti samovolnému vytažení během transportu • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO
39	Postranice lůžka: <ul style="list-style-type: none"> • sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopná postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka), bezpečné plynulé sklápění s tlumičem (plynovou pružinou), ergonomické polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem • automatická blokace laterálního náklonu při spuštění postranici • plastové • dělené postranice • výška postranic minimálně 43 cm a maximálně 50 cm nad povrchem ložné plochy z bezpečnostních důvodů • minimální výška 12 cm od země při spuštění postranice (minimální bezpečná výška pro obsluhu) • s integrovanými ovladači • barevný dekor dle výběru zadavatele ze vzorníku 	ANO
40	Plastový kryt podvozku	ANO
41	Integrovaný akumulátor pro zajištění funkčnosti lůžka při výpadku elektřiny, s diagnostikou kapacity a životnosti akumulátoru	ANO
42	Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)	ANO
43	Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU kabel 230-240 V	ANO

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
44	Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	ANO
45	Svorka pro vyrovnání el. potenciálu	ANO
46	Lišty po obou stranách lůžka pro umístění drobného příslušenství	ANO
47	Možnost připojení integrovaného antidekubitního systému (matrace)	ANO
Integrovaná aktivní antidekubitní matrace – 6 kusů		Opticare
48	Plně integrovaný antidekubitní systém v lůžku (tj. bez externího kompresoru, hadic, kabelů), ovládaný z centrálního sesterského panelu	ANO
49	Nastavení tlaku dle váhy/stavu pacienta s automatickým přizpůsobením tlaku při změnách polohy	ANO
50	Funkce aktivního provzdušnění pro odvedení vlhkosti a přebytečného tepla	ANO
51	Automatické rychlé vypuštění matrace při poloze CPR	ANO
52	Transportní režim s udržení tlaku v matraci při odpojení od řídicí jednotky po dobu minimálně 2 hodin	ANO
53	Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování	ANO
54	Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta	ANO
55	Možnost vypuštění cel pod patami pacienta	ANO
56	Možnost prodloužení integrované matrace společně s lůžkem minimálně o 15 cm	ANO
57	Nosnost integrovaného systému minimálně 250 kg	ANO, 250 kg
58	Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze dvou stran zipem krytým chlopní	ANO
59	Možnost rychlé výměny za jakýkoliv jiný aktivní nebo pasivní antidekubitní systém	ANO
Pasivní antidekubitní matrace typ II. – 14 kusů		ViskoMatt 50
60	Pasivní matrace vhodná pro vyšší riziko vzniku antidekubitů (III. – IV. stupeň)	ANO
61	Pasivní matrace, jádro ze studené polyuretanové pěny (spodní středová / pánevní část) z pěny o min. hustotě 80 kg/m ³ , z jedné strany min. 7 cm vrstva z viskoelastické paměťové pěny o min. hustotě 85 kg/m ³ , okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší hustotě	ANO, spodní vrstva o hustotě 80 kg/m ³ , 9 cm vrstva, horní vrstva o hustotě 85 kg/m ³
62	Rozměr matrace dle rozměrů lůžka	ANO
63	Výška matrace minimálně 16 cm	ANO, 16 cm

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

P. č.	Požadavek	Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
64	Nosnost matrace minimálně 190 kg	ANO, 190 kg
65	Snímatelný, bakteriostatický, paropropustný potah, dezinfikovatelný běžnými prostředky, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní	ANO
Pacientský stolek – 14 kusů		Eleganza Classic
66	Noční stolek pro pacienta, oboustranný, konstrukce stolku - kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD	ANO
67	Uzamykatelný úložný prostor, zásuvka	ANO
68	Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	ANO
69	Integrovaná výškově nastavitelná naklápěcí jídelní deska s bezpečnostní aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací výšky a náklonu), v rozsahu min. 70 – 100 cm, rozměry jídelní desky vhodné pro ták s jídlem min. 550x330 mm, nosnost min. 8 kg	ANO
70	Pojízdný stolek, kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě bržděná	ANO, průměr 75 mm
71	Držák na zavěšení, manipulační madla na korpusu stolku	ANO
72	Možnost výběru barevného dekoru dle vzorníku shodného s lůžky	ANO
Příslušenství		
73	Integrovaný infuzní stojan – 40 kusů	ANO, 40 ks
74	Napřimovací hrazda s rukojetí – 20 kusů	ANO, 20 ks
75	Držák močových sáčků – 20 kusů	ANO, 20 ks
76	Držák kyslíkové lahve horizontální – 20 kusů	ANO, 20 ks

Zakázka: 10001517
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59
586 33 Jihlava | CZ
IČ: 00090638 | DIČ: CZ00090638

Příjemce / cílová adresa:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 59
586 33 Jihlava | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 26.1.2023
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
Platnost nabídky do: 30.6.2023

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Jihlava

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1GTP4827-586	Eleganza 1	108 KS	48 540,60	15%	786 357,72	5 242 384,80 CZK
			00000000				6 028 742,52 CZK

Základní lůžko

Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná

RU:CZ Regionální provedení: Česko

Základní vlastnosti

MO:P Základní model: Eleganza 1

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení

CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542

BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko

BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části

FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů

UN:01 Typ podvozku: Standard

UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku

Postranice a čela

SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí

AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů

XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem

BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1

CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá

CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu

Ochranné prvky a držáky

BP:02 Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka

BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:29 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části)

OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů)

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz

PL:01 Síť kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)

PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem

Zakázka: 10001517
 Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LJ:31 Zdvíhové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač HC:15 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:03 Alarmy: Alarm nezabrzdného lůžka Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
11	1GTP5527-695	Eleganza 1	10 KS	47 045,70	15%	70 568,55	470 457,00 CZK
			00000000				541 025,55 CZK
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládací koleček, 2 brzdové páky, ovládací od nožní části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:55 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvíhové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač HC:15 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:03 Alarmy: Alarm nezabrzdného lůžka Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola					

Zakázka: 10001517
 Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1					
20	11011430B0000	Hrazda lakovaná	118 KS 00000000	1 098,00	15%	19 434,60	129 564,00 CZK 148 998,60 CZK
		Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - barva RAL 9002 Umístění do pouzder D34					
30	4ROTGERSG700-2	Šedá plastová rukojeť	118 KS 00000000	216,00	15%	3 823,20	25 488,00 CZK 29 311,20 CZK
		rukojeť plastová provedení: - plastový triángl - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	4PV340290000	Infuzní hliníkový stojan teleskopický	118 KS 00000000	1 116,00	15%	19 753,20	131 688,00 CZK 151 441,20 CZK
		stojan infuzní model: 340290 provedení: - teleskopický - hliníkový - 4 kovové chromované háčky					
50	11023700B0000	Držák sáčku na moč	118 KS 00000000	162,00	15%	2 867,40	19 116,00 CZK 21 983,40 CZK
		Držák na sáček na moč upevnění - do háčku lišty příslušenství AH (nekompatibilní v případě AH00 - bez lišt příslušenství) s očkem (přizpůsobeno náklonu lůžka) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002 kompatibilní s lištou příslušenství AHxx (ne AH:00) s lůžky Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2, 3, 3XC, Image 3, Eleganza Smar					
60	4PPE21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x86x14	118 KS 00000000	6 423,30	15%	113 692,41	757 949,40 CZK 871 641,81 CZK
		matrace pasivní model: PrimaCare 20 (200/057471) provedení: - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům - Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech) - Druh pěny: PU - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: ANO - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Potah matrace: voděodolný, 180° - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání - Ochrana zipu: ANO - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP rozměry: - 200x86x14 cm					
70	4SEC201-W5	Eleganza Classic	118 KS 00000000	11 026,80	21%	273 244,11	1 301 162,40 CZK 1 574 406,51 CZK
		Stolek k lůžku Eleganza Classic: MO:2 Základní model: Jídelní deska integr. CRP:F Korpus stolu: Se zámkem					

Zakázka: 10001517
 Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
80	1GE512055-1551	Eleganza 5 s váhami	6 KS	378 454,50	15%	340 609,05	2 270 727,00 CZK
			00000000				2 611 336,05 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka
 Ložná plocha: 4 dílná
 Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:5 Základní model: Eleganza 5
 SC:1 Váhy: S váhami
 CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
 IM:08 Integrovaná matrace: Integrovaná matrace OPTICARE
 MA:04 Matrace potah: OptiCover H-MCM
 XR:03RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním
 CM:02 Barvy kov: RAL9006
 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá
 Kolečka, brzdy a podvozek
 CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko
 BR:35 Brždění koleček: 4 centrální bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy
 FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
 UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
 UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
 EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy
 Postranice a čela
 SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice
 MH:06 Vstávací madla: Mobi Lift® madlo s integrovaným ovládáním výšky lůžka
 BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
 XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
 BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
 BE:55 Čela: Plastová, design E5
 Ochranné prvky a držáky
 BP:05 Horizontální nárazníky: Ochranná kolečka 90 mm
 LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
 OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
 Elektrická zařízení a komunikace
 VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
 PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
 PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
 PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
 LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy
 NC:40 Sesterský ovladač: IBoard Standard s ACP panelem s P&P adaptérem
 AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
 PC:04 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích; podsvětlené klávesnice
 HC:08 Ruční ovladač: Adaptér plug and play pro připojení ručního ovladače
 NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
 CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní
 AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka
 NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením
 LJ:01 Intenzita podsvícení: Vysoká
 Další vlastnosti
 LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština
 SAS:10 Safestop: Funkce SAFESTOP - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka
 USB:20 USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka
 LY:01 Layout: Linet

Zakázka: 10001517
Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard A4:00 Dopln. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopln. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopln. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:00 Facelift: Bez redesignu SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
90	1GE512055-1552	Eleganza 5 s váhami	14 KS 00000000	274 883,40	15%	577 255,14	3 848 367,60 CZK 4 425 622,74 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci

Základní vlastnosti

MO:5 Základní model: Eleganza 5
SC:1 Váhy: S váhami
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
IM:11 Integrovaná matrace: Příprava na integrovanou matraci OPTICARE (bez kompresoru)
MA:00 Matracepotah: Bez potahu
XR:03 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním
CM:02 Barvy kov: RAL9006
CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá
Kolečka, brzdy a podvozek
CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko
BR:35 Brzdění koleček: 4 centrální brzdění, 4 brzdové pedály, i-Brake, brzděno od hlavy
FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy
Postranice a čela
SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice
MH:06 Vstávací madla: Mobi Lift® madlo s integrovaným ovládáním výšky lůžka
BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou
BE:55 Čela: Plastová, design E5
Ochranné prvky a držáky
BP:05 Horizontální nárazníky: Ochranná kolečka 90 mm
LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáčků na moč na stehenním díle
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6, 3 sloupy
NC:40 Sesterský ovladač: IBoard Standard s ACP panelem s P&P adaptérem
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
PC:04 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích; podsvětlené klávesnice
HC:08 Ruční ovladač: Adaptér plug and play pro připojení ručního ovladače
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní
AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka
NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením
LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká
Další vlastnosti
LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština
SAS:10 Safestop: Funkce SAFESTOP - bezpečnostní vypnutí zdvíhu lůžka
USB:20 USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka
LY:01 Layout: Linet
CL:01 Zákaznické logo: Linet
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola

Zakázka: 10001517
 Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		LB1:00 Štítky: Standard A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:00 Facelift: Bez redesignu SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
100	11011410B0000	Hrazda lakovaná	20 KS	1 098,00	15%	3 294,00	21 960,00 CZK
			00000000				25 254,00 CZK
		Hrazda napřimovací lakováno RAL9002 Umístění do pouzdra D34					
110	4ROTGERSG700-2	Šedá plastová rukojeť	20 KS	216,00	15%	648,00	4 320,00 CZK
			00000000				4 968,00 CZK
		rukojeť plastová provedení: - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
120	4PV340290000	Infuzní hliníkový stojan teleskopický	40 KS	1 116,00	15%	6 696,00	44 640,00 CZK
			00000000				51 336,00 CZK
		stojan infuzní model: 340290 provedení: - teleskopický - hliníkový - 4 kovové chromované háčky					
130	11023700B0000	Držák sáčku na moč	20 KS	162,00	15%	486,00	3 240,00 CZK
			00000000				3 726,00 CZK
		Držák na sáček na moč upevnění - do háčku lišty příslušenství AH (nekompatibilní v případě AH00 - bez lišt příslušenství) s očkem (přízpusobeno náklonu lůžka) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002 kompatibilní slištou příslušenství AHxx (ne AH:00) s lůžky Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2, 3, 3XC, Image 3, Eleganza Smar					
140	4MAS6015553	Horizontální držák kyslíkové lahve	20 KS	2 565,00	15%	7 695,00	51 300,00 CZK
			00000000				58 995,00 CZK
		Horizontální držák O2 lahve: - Velikost lahve Max: L520xD140; Min:L290xD90 - umístění na hlavové čelo					
150	4PW5H1300LS	Pasivní matrace ViscoMatt 50, 208 x 88 x 16	14 KS	12 767,40	15%	26 811,54	178 743,60 CZK
			00000000				205 555,14 CZK
		- Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelských. - Vrchní plochu tvoří viskoelastická polyuretanová pěna s antimikrobiální úpravou. - Spodní plochu tvoří polyetherová studená pěna - Konturový řez : pěnové spojení bez lepicích švů - S ochranou jádra - Bez možnosti převrácení a rotace - Bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy - Voděodolný, paropropustný potah - Technologie vazby potahu: svařovaný potah - Ochrana zipu: ANO					
160	4SEC201-W5	Eleganza Classic	14 KS	11 026,80	21%	32 418,79	154 375,20 CZK
			00000000				186 793,99 CZK

Zakázka: 10001517
 Objednávka zákazníka: Nemocniční lůžka včetně matrace a

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
Stolek k lůžku Eleganza Classic:							
MO:2 Základní model: Jídelní deska integr.							
CRP:F Korpus stolku: Se zámkem							
CU:2 Zákaznické provedení: Pojízdny NE myčky							
CA:7 Kolečka - typy: 75 mm dvojitá 2 bržděná							
HA:C Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno vbarvě korpusu							
CM:01 RAL korpusu: RAL9002 EA6542							
CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá							
EDG:E Hrany desek: Pro stolek s jídelní deskou: plastové boční lišty u obou desek u galerie u horní desky							
A1:6 Dopl. příslušenství 1: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství							
LB1:00 Štítky: Standard							
LY:01 Layout návodu: Linet							
LA:02 Jazyk návodu: Čeština							
CL:01 Zákaznické logo: Linet							
PGc:01 Balení: Standard							
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka							
170	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	95 856,00	15%	14 378,40	95 856,00 CZK
			00000000				110 234,40 CZK
180	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	98 800,00	15%	14 820,00	98 800,00 CZK
			00000000				113 620,00 CZK
190	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
200	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS	178 090,00	21%	74 797,80	356 180,00 CZK
			00000000				430 977,80 CZK

SOUHRN

Celkem netto		15 206 319
Výstupní DPH	15,000 %	2 009 190,21
Výstupní DPH	21,000 %	380 460,70
Celkem brutto		17 595 969,91

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Vystavil(a):

Datum vystavení: 1.2.2023

7/7