

013-ZT-2023

Sprchové lehátko elektrické 2ks**1. Technické požadavky:**

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: ošetrovatelská péče, hygiena imobilních pacientů.

3. Kompatibilita: není požadována

4. Specifikace (zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce):

CAREVO, BAC1111-01, ArjoHuntleigh AB

.....

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Ano / ne	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč doplní u číselných údajů uvedením hodnoty parametru)
1. Elektricky ovládané nastavení výšky ložné plochy	Ano	
2. Rozsah zdvihu ložné plochy min. 350 mm • nejnižší poloha ložné plochy od země max. 650 mm	Ano	Rozsah zdvihu 350 mm - nejn. poloha lp 605 mm
3. Elektricky nastavitelný sklon zádové opěrky	Ano	
4. Flexibilní lamelový rošt ložné plochy pro vyšší pohodlí pacienta v oblasti hýždí	Ano	
5. Možnost aretace kolečka pro přímý směr jízdy	Ano	
6. Celková nosnost min. 200 kg	Ano	200 kg
7. Rozměry ložné plochy: • délka min. 1900 mm • šířka min. 550 mm	Ano	- délka 1 900 mm - šířka 586 mm
8. Sloupová konstrukce umožňující nadjet ložnou plochou sprchového lehátka nad nemocniční lůžko	Ano	
9. Integrované ovládací panely v obou postranicích a v čele lehátka	Ano	
10. Sklopné a polohovatelné bezpečnostní postranice umožňující rozšíření ložné plochy o min. 10 cm	Ano	o 13 cm
11. Ergonomické postranice, které v horní bezpečnostní poloze nebrání ve volném přístupu ošetřovatele až k pacientovi v lehátku	Ano	
12. Integrovaná madla v postranicích umožňující podílení se pacienta na jeho otáčení a polohování v lehátku	Ano	
13. Integrované držáky sprchové hlavice v postranicích	Ano	
14. Odtokový otvor s dělenou vypouštěcí a odjímatelnou flexi hadicí	Ano	
15. Měkká komfortní matrace s odtokovými kanálky	Ano	
16. Mírný sklon ložné plochy pro odtok vody	Ano	
17. Snadno snímatelná matrace z lehátka bez použití náradí	Ano	

18. Bezpečnostní brzdy na všech 4 kolečkách	Ano	
19. Zvuková signalizace nízkého napětí baterie	Ano	
20. Nabíjení baterií mimo lehátko	Ano	
21. Příslušenství:		
21.1. 1ks podhlavník (hlavový polštář)	Ano	1x
21.2. 1ks zátka odtoku lehátka	Ano	1x
21.3. 1ks odnímatelná odtoková flexi hadice, délka min. 1000 mm	Ano	1x
21.4. 2ks výměnná baterie	Ano	2x
21.5. 1ks nabíječka baterií	Ano	1x