

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (LŮŽKA, RTG, ENDOSKOPIE, INTENZIVNÍ TECHNIKA, SVĚTLA, VZDUCHOTECHNIKA)					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 6 - Neinvazivní ventilace					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Saegeling Medizintechnik, s.r.o.				
Sídlo:	Mírová 1311/9a, 618 00 Brno			IČO:	26259311
Statutární zástupce:	Ing. Leona Běhanová, jednatel	Kontaktní osoba:	Karel Rakovský		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO / NE
1.	Neinvazivní ventilátor	2		Název: V60 ventilator Sériové číslo: bude uvedeno v předávacím protokolu	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: Respiroics California, LLC, člen skupiny Philips	
Neinvazivní ventilátor				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
ventilace dospělých pacientů				ano	
ventilátor musí být vhodný pro neinvazivní a při nutnosti i pro invazivní ventilaci				ano	
nabídka ventilačních režimů minimálně: PCV, CPAP, AVAPS, S/T				ano	
tlakově objemový adaptivní ventilační režim, např. AVAPS (adaptivní tlaková podpora zajišťující udržení nastaveného dechového objemu)				ano	
ventilace pomocí jednocestného patientského okruhu s integrovaným pasivním únikem				ano	
funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu C-FLEX				ano	
adaptivní kompenzace úniku v okruhu průtokem až 200 l/min				ano	
technologie umožňující i přes vysokou kompenzaci úniku velice citlivý trigger				ano	
Sledování:				ano	
a) vydechovaný objem					
b) dechová frekvence					
c) monitorace poměr Ti/TTOT					
d) PIP – peak inspiratory pressure					
nastavitelný dechový objem min. 200 – 2000 ml				ano	
nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 4 – 60 dechu/min				ano	
nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21 – 100 %				ano	
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky				ano	

akustické a optické alarmy chybových stavu – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, vadná čidla	ano
přehledná, barevná dotyková obrazovka	ano
jednoduché intuitivní ovládání, změna režimu pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka	ano
připojení na rozvod medicínálních plynů	ano
provoz i bez připojení na rozvod medicínálních plynů	ano
rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 6h)	ano
pojízdný vozík / podvozek pro přístroj	ano
příslušenství: a) tlaková hadice na přívod o délce min. 2,5m b) držák dýchacího okruhu c) dýchací masky pro neinvazivní ventilaci – velikost M a L po 10	ano
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: V60_V60 Plus User Manual, Prospekt_V60, Prohlášení o shodě, CE certificate
	V Brně dne 19.4.2023 Zpracoval: Ing. Leona Běhanová, jednatel

