



DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednatel: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **VEXIM s.r.o.**
sídlo: Újezd 408/21, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha
jednatel: Vernes Čošabič
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 87453
IČ: 26688654
DIČ: CZ26688654
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2022 kupní smlouvu o prodeji přístrojů:

2a Instrumentační stolek hydraulický SNHN-750

2b Úložné plochy a pojezdové stolky: SNPK-2-640, SNNM-2-700, 2SNNZ-1000

2c Stojan VRTG-700R

2d Úložné a pracovní prostory do prostředí JIP: PSSN-3, BASIC MINI ZV325N

2e Ohřívač infuzí – stojan s miskou SMO-1

(dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že **příloha č. 2** Smlouvy obsahuje z důvodů chyby psaní chybné údaje v parametrech č. 33, 44, 47, 49, 54, ruší se tímto dodatkem původní **příloha č. 2** Smlouvy a nahrazuje se **přílohou č. 2A**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“


2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy může být uzavřen v elektronické podobě.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu tohoto dodatku Smlouvy, že tento dodatek Smlouvy je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tento dodatek Smlouvy podepsat.

V Praze, dne

Ve Znojmě, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Vernes Čošabič
Jednatel, VEXIM s.r.o.



MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel Nemocnice Znojmo

Příloha č. 2A Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů

část 2a VZ: Instrumentační stolek - 2 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku	Instrumentační stolek hydraulický SNHN-750
--	--

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Instrumentační stolek - specifikace				
1	Materiál nerez - leštěný / matný	leštěný / matný	leštěný a matný	mandatomi požadavek
2	Plato s prolisem, výška prolisu min. 2 cm	min. 2 cm	2 cm	mandatomi požadavek
3	Rozměry plata	šířka	500 mm	mandatomi požadavek
4		délka	od 600 do 750 mm	mandatomi požadavek
5	Výška stolu nastavitelná	od 950 mm do 1350 mm	od 950 mm do 1350 mm	mandatomi požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

6	Kolečka 3 ks	průměr	od 50 do 100 mm	100 mm	mandatorní požadavek
7		otočná	ano	ano	mandatorní požadavek
8		antistatická	ano	ano	mandatorní požadavek
9		brzdy min. u dvou koleček	ano	ano	mandatorní požadavek
10	Mobilita plata	otočné o 360°s aretací	ano	ano	mandatorní požadavek
11		snímatelné	ano	ano	mandatorní požadavek
12		přenosné	ano	ano	mandatorní požadavek
13	Zdvih plata hydraulicky, ovládání nožní		ano	ano	mandatorní požadavek
14	Nosnost		min. 40 kg	50 kg	mandatorní požadavek

část 2b VZ: Úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje 4 ks - vozíky

Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku	SNPK-2-640, SNNM-2-700, SNNM-2-1000, 2SNNZ-1000
--	---

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost	
Vozík lékařský - 1 ks					
1	Rozměry	šířka	min. 45 až max. 55 cm	48 cm	mandatorní požadavek
2		hloubka	min. 70 až max. 80 cm	70 cm	mandatorní požadavek
3		celková výška	min. 95 až max. 115 cm	96 cm	mandatorní požadavek
4	Konstrukce	nerez / chrom	nerez ocel	mandatorní požadavek	
5	Košíky 2 ks	vyjímatelné	ano	ano	mandatorní požadavek
6		šířka	min 45 až max. 50 cm	48 cm	mandatorní požadavek
7		délka	min 60 až max. 70 cm	70 cm	mandatorní požadavek
8		hloubka	min. 10 až max. 25 cm	12 cm	mandatorní požadavek
9	Kolečka 4x	průměr	min 7 až max. 12,5 cm	7,5 cm	mandatorní požadavek
10		bez brzd	ano	ano	mandatorní požadavek
Vozík nerez - 1 ks					
11	Materiál nerez	ano	ano	mandatorní požadavek	
12	Pojízdný	ano	ano	mandatorní požadavek	
13	Kolečka otočná 4x, z toho 2x brzděná	ano	ano	mandatorní požadavek	



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

14	Police 2x s prolisem, vysoká nosnost		ano	ano	mandatorní požadavek
15	Madla vyvýšená na obou stranách		ano	ano	mandatorní požadavek
16	Rozměry	výška	min. 850 až max. 1.000 mm	960 mm	mandatorní požadavek
17		šířka	min. 480 až max. 880 mm	480 mm	mandatorní požadavek
18		hloubka	min. 450 až max. 700 mm	700 mm	mandatorní požadavek
Vozík nerez - 1 ks					
19	Materiál nerez		ano	ano	mandatorní požadavek
20	Pojízdný		ano	ano	mandatorní požadavek
21	Kolečka otočná 4x , z toho 2x bržděná		ano	ano	mandatorní požadavek
22	Police 2x s prolisem, vysoká nosnost		ano	ano	mandatorní požadavek
23	Madla vyvýšená na obou stranách		ano	ano	mandatorní požadavek
24	Rozměry	výška	min. 900 až max. 1.000 mm	960 mm	mandatorní požadavek
25		šířka	min. 600 až max. 900 mm	600 mm	mandatorní požadavek
26		hloubka	min. 500 až max. 1.000 mm	1000 mm	mandatorní požadavek
Zdravotnický vozík - 1 ks					
27	Materiál nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha		ano	ano	mandatorní požadavek
28	Zásuvky	2x vedle sebe	ano	ano	mandatorní požadavek
29		s centrálním zámkem	ano	ano	mandatorní požadavek
30		nosnost každé	min. 10 kg	15 kg	mandatorní požadavek
31		teleskopický plnovýsuv	ano	ano	mandatorní požadavek
32		čela zásuvek bílá	ano	ano	mandatorní požadavek
33	Horní deska nerez s prolisem		ano	ano	mandatorní požadavek
34	Rozměry	šířka	min. 600 až max. 750 mm	600 mm	mandatorní požadavek
35		hloubka	min. 550 až max. 1.000 mm	1000 mm	mandatorní požadavek
36		výška	min. 800 až max. 1.000 mm	850 mm	mandatorní požadavek
37	Pojízdný		ano	ano	mandatorní požadavek
38	Kolečka	průměr	min. 60 až max. 80 mm	75 mm	mandatorní požadavek
39		bržděná	2x	ano 2x	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stoly a úložné prostředky“

Část 2c VZ: Úložné plochy a pojízdné stoly pro instrumentárium a přístroje 1 ks – stojany

Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku	VRTG - 700R
--	-------------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost	
Stojan na zástěry RTG					
40	Pojízdný	ano	ano	mandatorní požadavek	
41	Kolečka 4x, min. 2x brzděná	ano	ano	mandatorní požadavek	
42	Konstrukce ocelová	ano	ano	mandatorní požadavek	
43	Rozměry	šířka	65 – 70 cm	70 cm	mandatorní požadavek
44		hloubka	60 - 65 cm	60 cm	mandatorní požadavek
45		výška	145-150 cm	150 cm	mandatorní požadavek
46	Příslušenství – kvalitní ramínky	10 ks	ano	mandatorní požadavek	

Část 2d VZ: Úložné a pracovní prostory do prostředí JIP - 3 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku	PSSN-3, BASIC MINI ZV325N
--	---------------------------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost	
Vozík lékařský - 2 ks					
47	Rozměry	šířka	max.560 mm	560 mm	mandatorní požadavek
48		hloubka	max.600 mm	500 mm	mandatorní požadavek
49		celková výška	max.1350 mm	1350 mm	mandatorní požadavek
50	Konstrukce nerez nebo chrom s dolní odkládací plochou	ano	ano	mandatorní požadavek	
51	Košíky 3 ks stejné velikosti	prostor mezi košíky	min. 200 mm	nejméně 200 mm	mandatorní požadavek
52		hloubka	max 120 mm	NZK-1, 120 mm	mandatorní požadavek
53	Kolečka 4x	průměr	max. 125 mm	75 mm	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

54		bez brzd	ano	ano	mandatorní požadavek
Zdravotnický vozík - 1 ks					
55	Konstrukce kovová s antivibrační výtuhou		ano	ano	mandatorní požadavek
56	Zásuvky 4x pod sebou	2x nižší, 2x vyšší	ano	ano	mandatorní požadavek
57		s centrálním zámkem	ano	ano	mandatorní požadavek
58		nosnost každé	min. 10 kg	20 kg	mandatorní požadavek
59		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		ano	mandatorní požadavek
60		čela zásuvek - bílá barva	ano	ano	mandatorní požadavek
61	horní deska nerez s prolisem s ochranou rohů		ano	ano	mandatorní požadavek
62	Rozměry	šířka	max. 550 mm	550 mm	mandatorní požadavek
63		hloubka	max. 500 mm	500 mm	mandatorní požadavek
64		výška	max. 1050 mm	1050 mm	mandatorní požadavek
65	tlačné madlo na jedné straně, kovové		ano	ano	mandatorní požadavek
66	Pojízdný		ano	ano	mandatorní požadavek
67	Kolečka	průměr	max 125 mm	12,5 cm	mandatorní požadavek
68		bržděná	2x	2x brzda	mandatorní požadavek
69	Příslušenství - otočný nerez stolek pro monitor	rozměr	min. 350 x 300 mm	310x370 mm	mandatorní požadavek
70		vyvýšené okraje	ano	ano	mandatorní požadavek
71		zajišťovací prvky	ano	ano	mandatorní požadavek

Část 2e VZ: Ohřivač infuzí - stojan s miskou (4 ks)

Jednoznačné typové označení nabízeného výrobku	SMO -1
--	--------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

č. Parametr	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Technické parametry				
72	Určení ohřev roztoků na požadovanou teplotu na operačních sálech	ano	ano	mandatorní požadavek
73	Materiál nerez	ano	ano	mandatorní požadavek
74	Kolečka antistatická	průměr	75 mm	mandatorní požadavek
75		bržděná	2x	2x bržděná



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stoly a úložné prostředky“

76	Výška manuálně stavitelná v rozmezí cca 850 – 1.200 mm	ano	ano, 860-1200 mm	mandatorní požadavek
77	Regulace teploty rozsah cca 30 – 80°C, krokování po 10°C	ano	ano	mandatorní požadavek
78	Signalizace zvuková popř. světelná proti přehřátí	ano	ano	mandatorní požadavek
79	Příslušenství 2x miska o objemu cca 4 l	ano	ano	mandatorní požadavek
80	Elektrické napájení 230 V/50Hz	ano	ano	mandatorní požadavek