

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – OHŘEV PACIENTŮ

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 1 - Ohřev pacientů elektrický

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, 333 01 Stod	IČO:	26361086		
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení

DODAVATEL

Název dodavatele:	DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.		
Sídlo:	Knínická 1577/8, 66434	IČO:	63493179
Statutární zástupce:	ing. Radim Bedan	Kontaktní osoba:	

### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 **Zadávací dokumentace** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1	Ohřev pacientů elektrický	3	24	<p>Název: HotDog</p> <p>Sériové číslo: WC77</p> <p>Výrobce: Augustine Temperature Management Inc., USA</p>	
Závazná specifikace zadavatele:					
• Systém by měla tvořit elektronická řídicí jednotka zajišťující napájení a ovládání a opakovaně použitelné zahřívací zařízení ve formě omyvatelných příkrývek včetně držáku na připevnění řídicí jednotky a držáku na omytí příkrývek.				ANO	
• Ohřívací zařízení - napájení nízkým napětím (zajištění bezpečnosti pacienta a personálu)				ANO	
• Teplota ohřevu - automatické udržování na hodnotách nastavených uživatelem				ANO	
• Musí obsahovat bezpečnostní vypínače proti přehřátí				ANO	
• Kontrolní jednotka - možnost měření tělesné teploty pacienta (korigování intenzity ohřevu příkrývkou)				ANO	
• Snadná a bezpečná příprava i údržba				ANO	
<b>Řídicí jednotka</b>		<b>3 ks</b>			
• Celková hmotnost bez držáku max. 3,5 kg				ANO	
• Pracovní teploty příkrývky 37° až 43° ± 1,0°C				ANO	
• Počet vstupů pro příkrývky 1 až 4 (možnost použít zároveň více příkrývek najednou)				ANO	
• Jednoduché ovládání nastavení teploty uživatelem a automatické hlídání teploty příkrývky				ANO	
• Při zahřátí příkrývky dosáhne bod max. nastavení + 3°C (46°C), při uzavření obvodu spuštění akustického i vizuálního výstražného signálu				ANO	
• Únik proudu - splnění požadavků UL 60601-1 a IEC 60601-1 třída I, zřízení typu BF				ANO	

• příkon 850 W		ANO
• elektrické parametry zařízení Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 850 VA Výstup: 48 VDC, 480 VA max		ANO
• držák pro připevnění jednotky na euro lištu		ANO
<b>Ohřívací matrace</b>		
• rozměr cca 50 cm x 100 cm	2 ks	ANO
• rozměr cca 50 cm x 130 cm	1 ks	ANO
• Držák na omývání a dezinfekci příkrývek	3 ks	ANO
• Uskladňovací rám na matrace na zed'	3 ks	ANO
• Zahřívací zařízení – možnost opakovaného použití, omyvatelnost běžnými dezinfekčními roztoky		ANO
• Příkrývka musí mít čidlo na měření teploty povrchu pacienta		ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.		Přílohy: produktová brožura HotDog, <a href="https://www.">https://www.</a> [redacted] <a href="https://">https://</a> [redacted]
		V Kuřimi dne 10. 10. 2022 Zpracoval: [redacted]

Ing  
Radim  
Bedan

Digitálně podepsal Ing Radim  
Bedan  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-63493179,  
o=DAHLHAUSEN CZ, spol. s  
r.o., ou=1, cn=Ing Radim  
Bedan, sn=Bedan,  
givenName=Radim,  
serialNumber=P681117,  
title=Jednatel ®  
Datum: 2022.10.10 15:58:17  
+02'00'