


































**Příloha č. 3B zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Kupní smlouvy pro část 2 Operační stůl)**

**TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY**

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
<b>Mobilní synchronizovaný operační stůl plně kompatibilní s robotickým operačním systémem</b>			
(uved'te nabízený typ)			
Robotický operační stůl	ANO	ANO - 1 ks TS7000dV	
Polster operační desky	ANO	ANO - 1 ks	
Alternativní - kabelové propojení - synchronizace robotický systém a operační stůl	ANO	ANO - 1 ks	
Kabelové dálkové ovládání	ANO	ANO - 2 ks	
Podložka hlavy - double kloub	ANO	ANO - 1 ks	
Polster podložky hlavy	ANO	ANO - 1 ks	
2-dílné podložky nohou - dálkově stavitelné, plná modularita	ANO	ANO - 1 pár	
Polster 2-dílných podložek nohou	ANO	ANO - 1 pár	

Rychloupínací podložka paže - libovolně multikloubově nastavitelná - 580 mm - laerální - rapid quick fixace	ANO	ANO - 2 ks	
Fixační pás pro pacienta - rotovatelný - suchý zip	ANO	ANO - 1 ks	
Anesteziologický stojan vč. radiální svorky	ANO	ANO - 1 ks	
		ANO - 1 ks	
Prodlužovací lišta 2 ks	ANO	ANO - 2 ks	
Infuzní stojan se 4-mi háky	ANO	ANO - 1 ks	
Upínka horní končetiny - k hraně operační desky	ANO	ANO - 1 ks	
Antidekubitní polster pro horní končetinu	ANO	ANO - 1 ks	
Boční patientské zarážky vč. radiálních svorek 3 ks	ANO	ANO - 3 ks	
		ANO - 2 ks	
		ANO - 1 ks	
Boční zarážka k hraně operační desky	ANO	ANO - 1 ks	
Gelový kroužek pod hlavou	ANO	ANO - 1 ks	

Tunelový polštář mezi nohy	ANO	ANO - 1 ks	
Ramenní zarážky pár vč. 2 ks radiálních svorek	ANO	ANO - 1 pár	
	ANO	ANO - 2 ks	
Americký schaut - levá noha	ANO	ANO - levá noha	
Americký schaut - pravá noha	ANO	ANO - pravá noha	
Upínací svorka pro Americký schaut 2 ks	ANO	ANO	
Gynekologické schauty se svorkou	ANO	ANO - 2 ks	
		ANO - 2 ks	
Heavy svorky	ANO	ANO - 2 ks	
Klíňový polštář pod hlavou	ANO	ANO - 1 ks	
Trolley na uložení příslušenství k operačnímu stolu a segmenty operačního stolu	ANO	ANO - 1 ks	
Instrumentační hydraulický stolek 740 x 540 mm (výškově nastavitelný 950 - 1350 mm)	ANO	ANO - 1 ks	
<b>POZNÁMKA:</b> Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.			

**Pokyny pro vyplnění:**

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V.....dne

.....  
Jméno příjmení,