

Příloha č. 1 Nabídka č. 2023-877

Centrální monitory pro společnost AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
1 soubor (1 ks)

Kat.č. 5514384

Nabídková cena bez DPH	840 000,00 Kč
DPH 21 %	176 400,00 Kč
Nabídková cena vč DPH	1 016 400,00 Kč

Centrální monitory pro AGEL SMN

Specifikace min. tech parametrů

Monitorovací systém - specifikace

minimálních požadavků

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční
a.s. - Nemocnice Přerov (Chir. JIP)
Kód ID: 00006285 (23027)
Množství: 1 soubor

	Účastník	medisap, s.r.o.
	Název nabízené technologie	CYARESCAPE centrální stanice v.3
	Výrobce	GE Medical Systems Information Technologies, Inc., součást GE Healthcare
	Požadovaná hodnota	Účastníkem uvedená hodnota
Technické parametry		
Kompatibilita		
Kompatibilita se stávajícím vybavením	ANO, GE Healthcare, jedná se o doplnění monitorovacího systému Carescape CS V2 MAS700 včetně propojení centrálních stanic (1 stávající a dvě nové)	ANO
Technické parametry		
Centrální stanice s barevným monitorem	2 ks	
Připojení a přenos dat na centrálu se zobrazením pro minimálně	min. 11 monitorů	ANO, pro 11 monitorů
Možnost rozšíření počtu monitorů	Na 16 lůžek	ANO, na 16 lůžek
Obousměrná komunikace s připojenými monitory	Ano	ANO

Centrální monitory pro AGEL SMN

Možnost sledování každého pacienta v reálném čase - minimální počet křivek u každého pacienta současně	min. 4 křivky	ANO, 4 křivky
Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici	Ano	ANO
Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek	min. 24 hodin	ANO, 24 hodin
Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.)	Ano	ANO
Celkem budou na oddělení 3 centrální stanice (1 stávající, 2 nové), které budou vzájemně propojené, samostatně ovladatelné a nastavitelné	Ano	ANO
Displej	3ks displeje pro celou dodávku, min. 27"	ANO, 3 ks displejů 27"
Záložní zdroj UPS ke každé centrále	Ano	ANO
Ovládání v českém jazyce	Ano	ANO
Laserová tiskárna	Ano	ANO