

# KRYCÍ LIST

## NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II

## ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Část 10 - Artroskopické nástroje

Zadavatel:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	OŘ

## DODAVATEL

Název dodavatele:	TraumaPro spol. s r.o.				
Sídlo:	Hlubočepská 1190/38d, Praha 5,150 00	IČO:	24664324		
Statutární zástupce:	Jan Lexa				
Kontaktní osoba:	Jan Lexa				
Email:		Telefon:			

## NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJ (za požadovaný počet ks) - Hodnotící kritérium č. 1 - váha 90%

Název položky	Počet ks	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena v Kč včetně DPH
Artroskopické nástroje	1 sada	168 800,00 Kč	21%	204 248,00 Kč

## DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY (min. 24 měsíců) - Hodnotící kritérium č. 2 - váha 10%

v měsících:	24
-------------	----

## PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky ve výše uvedené veřejné zakázce, včetně Návrhu kupní smlouvy uveřejněného na profilu zadavatele: [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_10281.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10281.html)

- dodavatel a jeho případní poddodavatelé splňují podmínky právních předpisů a mezinárodních předpisů ohledně mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, když plnění této veřejné zakázky nebude ani zčásti realizováno včetně plateb osobami na sankčních seznamech, a to konkrétně: a) na plnění zakázky se nebude podílet jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v předchozím písm. a), nebo c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v předchozích písm. a) nebo b); týká se to také poddodavatelů a osob prokazujících kvalifikaci (nad 10 % hodnoty části VZ).

v Praze

dne 22.3.2023

Jan

Lexa

Digitálně  
podepsal Jan  
Lexa

Datum:

2023.04.25

09:38:36 +02'00'

TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				
<b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika II</b>				
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				
<b>Část 10_Artroskopické nástroje</b>				
ZADAVATEL				
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.			
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086	
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajmáň – člen představenstva			
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení: otevřené
DODAVATEL				
Název dodavatele:	TraumaPro spol. s r.o.			
Sídlo:	Hlubočepská 1190/38d, Praha 5, 150 00	IČO:	24664324	
Statutární zástupce:	Jan Lexa	Kontaktní osoba:	Jan Lexa	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE				
<p>- V souladu se čl. 5.3 <b>Zadávací dokumentace</b> dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).</b> V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále <b>vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je <b>oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.</b> Měně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce <b>související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)</b>, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>				
TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO / NE
	Artroskopické nástroje	1 sada	24	<p>Název: SILCUT a SILCUT PRO</p> <p>Sériové číslo: obsahem dodávky budou sériová čísla odpovídající nástrojům</p> <p>Výrobce: KARL STORZ</p> <p><b>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</b></p> <p>ANO, 28171EBN, SILCUT Punch rovný, levý 90°, 3.4mm, 12cm</p> <p>ANO, 28171FBN, SILCUT Punch rovný, pravý 90°, 3.4mm, 12cm</p> <p>ANO, 28571SP, SILCUT PRO Scissors, nůžky, 14cm</p> <p>ANO, 28140LM, Kníže, round, straight, working length 11.5 cm</p> <p><b>Přílohy: Cenová nabídka s fotodokumentací nástrojů</b></p> <p>V Praze dne 22.3.2023 Zpracoval: JAN LEXA</p>
<p><b>Závazná specifikace zadavatele:</b></p> <p>Punch rovný, levý 90°, 3.4mm, 12cm</p> <p>Punch rovný, pravý 90°, 3.4mm, 12cm</p> <p>SILCUT PRO Scissors, nůžky, 14cm - 3 ks</p> <p>Kníže, round, straight, working length 11.5 cm</p> <p><b>U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.</b></p>				