

KRYCÍ LIST

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 11 - Přístroj pro stanovení CRP

Zadavatel:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	OŘ

DODAVATEL

Název dodavatele:	JK-Trading spol. s r.o.				
Sídlo:	Křivatcová 421/5 , 155 21 Praha 5	IČO:	46883690		
Statutární zástupce:	Pavel Strnad , jednatel				
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]				
Email:	[REDAKCE]	Telefon:	[REDAKCE]		

NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJ (za požadovaný počet ks) - Hodnotící kritérium č. 1 - váha 90%

Název položky	Počet ks	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena v Kč včetně DPH
Přístroj pro stanovení CRP	1	31 950,00 Kč	21 %	38 659,50 Kč

DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY (min. 24 měsíců) - Hodnotící kritérium č. 2 - váha 10%

v měsících:	24
-------------	----

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky ve výše uvedené veřejné zakázce, včetně Návrhu kupní smlouvy uveřejněného na profilu zadavatele: [REDAKCE]
- dodavatel a jeho případní poddodavatelé splňují podmínky právních předpisů a mezinárodních předpisů ohledně mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, když plnění této veřejné zakázky nebude ani zčásti realizováno včetně plateb osobami na sankčních seznamech, a to konkrétně: a) na plnění zakázky se nebude podílet jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v předchozím písm. a), nebo c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v předchozích písm. a) nebo b); týká se to také poddodavatelů a osob prokazujících kvalifikaci (nad 10 % hodnoty části VZ).

V Praze

Dne 21.3.2023

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika II

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 11_Přístroj pro stanovení CRP

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené

DODAVATEL

Název dodavatele:	JK-Trading s.r.o.		
Sídlo:	Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5	IČO:	46883690
Statutární zástupce:	Pavel Strnad, jednatel	Kontaktní osoba:	

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 **Zadávací dokumentace** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen z zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci **název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)**, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZARÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Přístroj pro stanovení CRP	1	24	Název: QuikRead go Instrument Sériové číslo: bude uvedeno na dodacím listu Výrobce: Aidian DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Závazná specifikace zadavatele:					
Přístroj pracující na principu Imunoturbidimetrie a fotometrie					
Možnost měření několika parametrů:					
Stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) kvantitativně:					
několik možností: CRP, CRP +Hb, easy CRP, wrCRP, wrCRP+Hb					
Objem vzorku od 10 µl					
C-reaktivní protein/kvantitativně od 0,5 mg/l					
Velký rozsah automatické korekce podle hematokritu					
Doba analýzy 2 minuty					
Glykovaný hemoglobin – HbA1c/ kvantitativně:					
Objem vzorku od 10 µl					
Měřicí rozmezí 20-140 mmol/mol					
IFCC certifikace					
Stanovení streptokoků skupina A (Streptococcus pyogenes) ve výtěru z krku / kvalitativně:					
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus pyogenes (Strep A)					
Skladování při pokojové teplotě					
Senzitivita 83% Specificita 97%					
Kvantitativnímu stanovení okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice:					
Kvantitativní hodnoty v rozmezí 10–200 µg/g					
Doba analýzy méně než 3 minuty					
Stabilita vzorku v odběrové zkumavce pět (5) dnů při 18–25°C					
Komunikace v českém jazyce					
Ovládání - dotyková obrazovka					
Paměť 100 výsledků					
Přenos dat pomocí propojení s LIS/HIS					
3x USB připojení					
Rozměry: 27 (d) x 15,5 (š) x 14,5 (v) cm					
Nízká hmotnost: do 2 kg bez adaptéru					
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.					
				Přílohy: 9117_01CZ QuikRead go Technical Specifications web	
V Praze dne 21.3.2023					
Zpracoval: [redacted]					

Pavel Strnad

Digitálně podepsal
Pavel Strnad
Datum: 2023.04.25
15:49:01 +02'00'