

KRYCÍ LIST

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 4 - Odsávačka přenosná Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------|--------------|----|
| Zadavatel: | Stodská nemocnice, a.s. | | | | |
| Sídlo: | Hradecká 600, Stod, 333 01 | IČO: | 263 61 086 | | |
| Statutární zástupce: | Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva | | | | |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | OŘ |

DODAVATEL

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|--|
| Název dodavatele: | DN FORMED Brno s.r.o. | | | |
| Sídlo: | Hudcova 76a, 612 00 Brno | IČO: | 46982604 | |
| Statutární zástupce: | Bc. Jiří Bartoněk, jednatel | | | |
| Kontaktní osoba: | [REDAKCE] | | | |
| Email: | [REDAKCE] | Telefon: | [REDAKCE] | |

NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJ (za požadovaný počet ks) - Hodnotící kritérium č. 1 - váha 60%

| Název položky | Počet ks | Cena v Kč bez DPH | Výše DPH | Cena v Kč včetně DPH |
|---|----------|-------------------|--------------|----------------------|
| Odsávačka přenosná Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání | 1 | 92 888,84 Kč | 19 506,66 Kč | 112 395,50 Kč |

DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY (min. 24 měsíců) - Hodnotící kritérium č. 2 - váha 10%

v měsících: 24

NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ 1 PBTK ZA 1KS PO DOBU POZÁRUČNÍHO SERVISU - Hodnotící kritérium č. 3 - váha 30%

Pozn.: Pokud je dodavatelem doporučena pravidelná výměna některých komponentů či celých kitů, která nemá roční periodiku, dodavatel je povinen zahrnout do ceny za 1 PBTK i poměrnou část nákladů za tyto komponenty za 1 rok v závislosti na předpokládané životnosti přístroje.

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| v Kč bez DPH | 8 200,00 Kč | v Kč včetně DPH | 9 922,00 Kč |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJ za uvedený počet ks + NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ 1 PBTK ZA 1 ks PO DOBU POZÁRUČNÍHO SERVISU NESMÍ PŘEKROČIT PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU DANÉ ČÁSTI)

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| v Kč bez DPH | 101 088,84 Kč | v Kč včetně DPH | 122 317,50 Kč |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- garantuji poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky ve výše uvedené veřejné zakázce, včetně Návrhu kupní smlouvy uveřejněného na profilu zadavatele: [REDAKCE]
- dodavatel a jeho případní poddodavatelé splňují podmínky právních předpisů a mezinárodních předpisů ohledně mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku, když plnění této veřejné zakázky nebude ani zčásti realizováno včetně plateb osobami na sankčních seznamech, a to konkrétně: a) na plnění zakázky se nebude podílet jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v předchozím písm. a), nebo c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v předchozích písm. a) nebo b); týká se to také poddodavatelů a osob prokazujících kvalifikaci (nad 10 % hodnoty části VZ).

Bc. Jiří
Bartoněk

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Bartoněk
Datum: 2023.04.24
09:35:15 +02'00'

V Brně dne 15.3.2023

Bc. Jiří Bartoněk, jednatel

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--|----------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | | | | | |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – Ostatní technika II | | | | | |
| ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | | | | | |
| Část 4_Odsávačka přenosná Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání | | | | | |
| ZADAVATEL | | | | | |
| Název zadavatele: | Stodská nemocnice, a.s. | | | | |
| Sídlo: | Hradecká 600, Stod, 333 01 | IČO: | 26361086 | | |
| Statutární zástupce: | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva | | | | |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené |
| DODAVATEL | | | | | |
| Název dodavatele: | DN FORMED Brno s.r.o. | | | | |
| Sídlo: | Hudcova 76a, 612 48 Brno | IČO: | 46982604 | | |
| Statutární zástupce: | Bc. Jiří Bartoněk | Kontaktní osoba: | | | |
| POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE | | | | | |
| <p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p> | | | | | |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | | | | | |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE | | | | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE | |
| 1 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ANO / NE |
| | Odsávačka přenosná Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání | 1 | 24 | Název: MEDELA Thopaz+ Sériové číslo: Bude sděleno až při předání přístroje. Výrobce: Medela AG, Švýcarsko | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) | |
| Vhodná pro thoraxové a kardiothoraxové sání | | | | ANO | |
| Přesné sledování klíčových parametrů: | | | | | |
| průběžné monitorování úniku vzduchu, podtlaku a množství kapaliny | | | | ANO | |
| parametry k dispozici v reálném čase | | | | ANO | |
| zobrazení trendů za posledních až 72 hodin | | | | ANO | |
| tichý provoz | | | | ANO (Hlučnost: 44 dB) | |
| sací výkon: 5 l/min. | | | | ANO (Sací výkon: 5 l/min.) | |
| podtlak: -10 kPa u tohoto parametru tolerance +/- 15% | | | | ANO (Vakuum: -10 kPa, -75 mmHg) | |
| rozměry: V230x Š170 x H90 mm | | | | ANO (Rozměr: V230x Š170 x H90 mm) | |
| hmotnost do 1,5 kg | | | | ANO (Hmotnost: 1 kg) | |
| ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: | | | | | |
| dobíjecí akumulátory | | | | ANO | |
| síťový kabel nabíjecí | | | | ANO | |
| CD - ROOM | | | | ANO | |
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: | | | | | |
| kanýstr protipěnicí 0,3, 0,8 nebo 2,0 l, jednorázový, sterilní | | | | ANO (obsah 0,3l, 0,8l a 2,0 litry) | |
| hadice s 1 nebo 2 konektory, jednorázová, sterilní | | | | ANO | |
| dok nabíjecí | | | | ANO | |
| adaptér pro láhev 2,0 l k nabíjecímu doku | | | | ANO | |
| držák s eurolíštou pro uchycení odsávačky na vertikální nebo horizontální tyč | | | | ANO | |
| popruh transportní | | | | ANO | |
| USB kabel | | | | ANO | |
| U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %. | | | | Přílohy: MEDELA_Thopaz+_Katalogový list_ČI_M02 200.1 Prohlášení o shodě | |
| V Brně dne 15.3.2023 | | | | | |
| Zpracovala: [redacted] | | | | | |