

Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 – zdravotnická technologie a vybavení

Příloha č. 3 Technická specifikace - spojeno se stavbou

IČ	Název	Rozměry	Počet kusů
	Svítilno vyšetřovací stropní		1
	Stropní vyšetřovací/zákrkové svítidlo s technologií LED pro použití na vyšetřovnách		
	požadováno zákrkové stropní svítidlo vč. konstrukce pro stropní adaptaci		
	použitá technologie osvětlení výhradně s použitím LED diod		
	jednoramenná adaptace satelitu svítidla na jednom stropním tubusu		
	Technické podmínky:		
	intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx		
	průměr světelného pole 170 mm		
	nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací		
	pracovní rozsah osvětlení 900 – 1600 mm		
	výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360°		
	Obecné požadavky na přístroj:		
	rozsah teploty chromatičnosti: 4 300K		
	index podání barev Ra min. 95		
	ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla		
	možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové)		
	elektrická bezpečnost podle IEC 601-1		
	nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg		
	Požadavky na instalaci:		
	Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků.		
	Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace.		
	Svítilno vyšetřovací nástěnné		1
	nástěnné vyšetřovací s technologií LED pro použití na vyšetřovnách		
	Technické podmínky:		

	min.intenzita osvětlení ve vzdálenosti 0,5 m 50 000 lx		
	min.průměr osvětleného pole d10 (ve vzdálenosti 0,5 m) 150 mm		
	výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení		
	rozsah teploty chromatičnosti: 4 400 K		
	index podání barev Ra > 93		
	možnost naklánění a natáčení pomocí tvarované rukojeti		
	nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg		
	Požadavky na instalaci:		
	Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků.		
	Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace		
	Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce		
	Desinfektor podložních mís - kapacita 2 podložní mísy v 1 cyklu		■
	Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody,		
	přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy anebo do stěny		
	Minimální požadavky:		
	dezinfektor plně automatický		
	mikroprocesorové řízení		
	celonerezový		
	digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce		
	tepelná dezinfekce při 91 °C		
	vizuální indikace ukončení programu		
	vizuální indikace průběhu programu		
	vizuální indikace poruchy + označení číselné poruchy		
	bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce		
	mycí programy 5x standardní, možnost volby programu podle stupně znečištění		
	všech 5 programů možné libovolně programovat podle přání zákazníka		
	kapacita dezinfektoru 2 podložní mísy s víky + 4 urinální láhve		
	možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)		
	umývací trysky + umývací rotující trysky na boku		
	mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku		

	protizápachový systém		
	dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob		
	dezinfekce včetně termodezinfekce odpadu		
	čerpadlo na čisticí nepěňivý prostředek		
	zroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje		
	Požadované příslušenství:		
	stojan na 2x podložní mísu s víkem		
	Stůl mycí zakrytý se zadním límcem NR- 2x dřez, police	1300/600/900 mm	■
	pracovní deska, materiál a konstrukce:		
	z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji		
	2x vevařený lisovaný dřez á 400/400/250 mm zakrytý čelně		
	Podnož stolu:		
	podnož z kartáčované nerezové oceli tvořena čtyřmi nohama ve tvaru obráceného "U" průřezu min. 30/30/2 spojené podélníky min. průřezu 30/30/2		
	stolové nohy jsou opatřeny nerezovou stavitelnou rektifikací		
	1x plná police v dolní části stolu (150 mm od podlahy)		
	stůl uzavřen posuvnými dvířky (2x)		
	Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti		
	Stůl mycí celonerezový - 2x dřez, dolní+horní skříňky	1900/600/900 + 1900/350/600 mm	■
	pracovní deska, materiál a konstrukce:		
	z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji		
	2x vevařený lisovaný dřez á 400/400/250 mm		
	Podnož stolu:		
	podnož z kartáčované nerezové oceli tvořena čtyřmi nohama ve tvaru obráceného "U" průřezu min. 30/30/2 spojené podélníky min. průřezu 30/30/2		
	stolové nohy jsou opatřeny nerezovou stavitelnou rektifikací		
	1x plná police v dolní části stolu (150 mm od podlahy)		
	stůl s dvířky - 2x posuvná dvířka		

	sestava skříněk nástěnných		
	policové		
	uzavřené, posuvná dvířka		
	Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti		
■	Stůl mycí skříňkový, posuvné dveře, dřez, umyvadlo, dolní+horní skříňky	1800/600/900 mm + 1800/350/600 mm	■
	pracovní deska, materiál a konstrukce:		
	z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji		
	2x vevařený lisovaný dřez/umyvadlo á 400/400/250 mm		
	Podnož stolu:		
	podnož z kartáčované nerezové oceli tvořena čtyřmi nohama ve tvaru obráceného "U" průřezu min. 30/30/2 spojené podélníky min. průřezu 30/30/2		
	stolové nohy jsou opatřeny nerezovou stavitelnou rektifikací		
	1x plná police v dolní části stolu (150 mm od podlahy)		
	stůl s dvířky - 2x posuvná dvířka		
	sestava skříněk nástěnných uzavíratelných		
	celonerezové provedení		
	policové		
	posuvná dvířka		
	Technologický postup výroby odpovídá evropským normám pro výrobu nábytku do nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti		
■	Směšovač dezinfekce - na 2 dezinfekce	orientační rozměry 350/250/100 mm	■
	nástěnné dávkovací zařízení pro přípravu pracovních čisticích a dezinfekčních roztoků		
	dávkovací zařízení pro 2 chemie, barevně odlišená tlačítka s možností aretace		
	připojení na vodu		
	verze pro nízký průtok (4 l/min) nebo verze pro vysoký průtok (15 l/min.)		
	poměr ředění 3,6:1 - 255:1 pro nízký průtok		
	4,3:1 - 511:1 pro vysoký průtok		
	ruční ovládání		
	přepínač pro volbu mezi 2 produkty zabraňující případné chybě při výběru chemie		

	ochrana zpětného toku chemie		
	vč. instalačního materiálu		
■	Televizor Smart vč. nástěnného/stropního držáku úhlopříčka min. 43"/108 cm	úhlopříčka min. 43"/108 cm	■
	LED televizor		
	SMART TV		
	s rozlišením 4K Ultra HD (3840 x 2160 bodů)		
	technologie HDR Plus		
	digitální tunery DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2		
	funkce nahrávání na USB (PVR), či pozastavení živého vysílání		
	Ethernet,3xHDMI, optický výstup, výstup pro sluchátka, USB		
	Wi-Fi, LAN, HbbTV		
	dálkové ovládání		
	s montáží na zeď (držák kovový s možností náklonu a natočení,musí podporovat rozteč VESA 200x200 cm)		
	s montáží na strop (držák kovový s možností náklonu a natočení)		
■	Televizor Smart vč. nástěnného/stropního držáku úhlopříčka min. 50"/127cm	úhlopříčka min. 50"/127 cm	■
	LED televizor		
	SMART TV		
	s rozlišením 4K Ultra HD (3840 x 2160 bodů)		
	technologie HDR Plus		
	digitální tunery DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2		
	funkce nahrávání na USB (PVR), či pozastavení živého vysílání		
	Ethernet,3xHDMI, optický výstup, výstup pro sluchátka, USB		
	Wi-Fi, LAN, HbbTV		
	dálkové ovládání		
	s montáží na zeď (držák kovový s možností náklonu a natočení,musí podporovat rozteč VESA 200x200 cm)		
	s montáží na strop (držák kovový s možností náklonu a natočení)		