



KUPNÍ SMLOUVA

Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství
uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **LINET spol. s r.o.**
sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný
jednající: [REDACTED]
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 163
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II.

Význam a účel smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 2023-006748 pod názvem „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“.

Zadávací řízení bylo rozděleno na 3 části. Prodávající předložil v zadávacím řízení nabídku na část číslo 3 VZ s názvem: „Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství“, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „NABÍDKA“). NABÍDKA byla zpracována podle zadávací dokumentace kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. V případě rozporu má



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE přednost před NABÍDKOU.

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších souvisejících služeb. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a ve vzájemné shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnického prostředku/ů typového označení / výrobce:
 - 1.1. 206 ks lůžek Eleganza 1 vč. příslušenství, 206 ks matrací CliniCare 20, 206 ks stolků Eleganza Classic souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
 - 1.2. Součástí dodávky je:
 - doprava přístrojů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje;
 - instruktáž personálu kupujícího;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - technická podpora;
 - manuál obsluhy zařízení v ČR
2. U předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 této smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby, součásti a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho kupní cenu na základě vystavené faktury.
4. Předmětem této smlouvy je dále sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle **přílohy č. 3** této smlouvy.



IV. Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a příslušenství dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný, bez vad a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.
2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu, bez vad jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, registrace na SÚKL, technická dokumentace, návod v českém jazyce, pokyny pro údržbu, certifikace servisního technika dodavatele výrobcem umožňující provádět servis na daném zdravotnickém prostředku apod. Je-li k provozování přístroje třeba jakékoliv programové vybavení či software, poskytuje tímto prodávající kupujícímu nevýhradní, ničím neomezenou licenci k jeho užití. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu spotřební materiál podle **přílohy č. 2** této smlouvy na základě objednávky Kupujícího za ceny uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy. Pro úpravu cen spotřebního materiálu platí ustanovení uvedené v odst. 4 **přílohy č. 3** této smlouvy obdobně.
5. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dodání technicky upraveného typu přístroje:

Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání technicky upraveného typu přístroje (např. aktualizované verze), oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byl výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí přístroje, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl aktualizovanou verzi přístroje zahrnout do NABÍDKY, neboť technicky aktualizovaná verze přístroje nebyla v době podání NABÍDKY na trhu dostupná;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;



- d) cena aktualizované verze přístroje bude shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE;
- e) aktualizovaná verze přístroje musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v NABÍDCE;
- f) změna přístroje musí být vždy předem projednána s kupujícím a kupujícím musí být schválena dodatkem k této smlouvě; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevysloví souhlas.

V.

Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, dosud nepoužívané a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku, ne repasované, ne demo verze.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevážnou žádné věcné ani právní vady.

VI.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30.11.2023.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího viz článek I. této smlouvy.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, instruktáž obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 7 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 7 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude



poškozený, rozbitý nebo bude vykazovat vady, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

VII.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena bez DPH	11.024.502,00 Kč
DPH sazby 15 % a 21 %	1.751.529,42 Kč
cena celkem vč. DPH	12.776.031,42 Kč

(slovy: Jedenáctmilionůdvacetčtyřitisícepětsetdvě koruny české bez DPH)
- Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. X. odst. 7 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
- Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Záruční podmínky a servis

- Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za veškeré vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
- Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na



dodané přístroje, tj. bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly dle legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady týkající se servisní podpory.

3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **48** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 14 kalendářních dnů, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroj.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Kupující má právo navrhnout prodávajícímu jiné řešení.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. ■■■■■■ nebo na e-mailové adrese servis@inet.cz, nebo datovou schránkou 5juud86.
6. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřízovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

IX. Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.



2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X.

Ostatní ujednání

1. Předmět koupě je pořizován v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016387 (dále jen „Projekt“). Smluvní strany jsou povinny:
 - a) při realizaci Projektu a jeho propagaci se řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.mmr.cz,
 - b) na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací Projektu (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat Projekt takto:

Název Projektu: „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“
reg. č. Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016387
 - c) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací Projektu a jeho financováním po dobu 10 let od úhrady závěrečné platby příjemci Projektu (zadavateli), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2031.
2. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.



smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

13. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je prodávající povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující prodávajícího výslovně upozorňuje, že předmět smlouvy je pořizován ze zdrojů Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“) a včasné splnění závazků prodávajícího je zásadní pro čerpání finančních prostředků z IROP.
2. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) v případě ohrožení čerpání finančních prostředků z IROP v důsledku prodlžení prodávajícího podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ s účinky ex tunc.
 - b) v případě prodlžení prodávajícího se splněním závazku z této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů s účinky ex tunc
 - c) Předmět koupě vykazuje nejméně 3 x se opakující totožnou vadu
 - d) Předmět koupě vykazuje vadu pro niž nelze předmět koupě užívat a prodávající takovou vadu neodstraní ve lhůtě 4 dnů od dne reklamace nebo dle dodatečné lhůty do 14 dnů ode dne reklamace dle čl. VIII. odst. 3.
3. Odstoupením od smlouvy nezajímá právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy a zaplacení smluvní pokuty za již vzniklé prodlžení prodávajícího.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha č. 3 – Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů
4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným,



neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 7 a 8 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena v elektronické podobě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv, jedná-li se o smlouvu, na kterou se povinnost uveřejnění vztahuje a na kterou se neuplatní výjimka ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
11. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
12. Případná neplatnost některého ujednání této kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.
13. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by tato smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“


14. Prodávající souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.

V Želevčicích, dne

Ve Znojmě, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:





Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky (technické parametry)

Část 3 VZ: Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (206 ks)

Jednoznačné typové označení nabízeného lůžka (206 ks)	
---	--

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Základní parametry				
1	Platná norma ČSN EN 60601-2-52	ano		mandatorní požadavek
2	Bezpečné zakrytí všech elektrických částí lůžka a to včetně kabeláže	ano		mandatorní požadavek
3	Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů	ano		mandatorní požadavek
4	Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejich rozích	ano		mandatorní požadavek
5	Šířka ložné plochy min. 90 cm	min. 90 cm		mandatorní požadavek
6	Délka ložné plochy min. 200 cm	min. 200 cm		mandatorní požadavek
7	Celková šířka lůžka včetně bočnic a nárazových koleček max. 100 cm	max. 100 cm		mandatorní požadavek
8	Bezpečné pracovní zatížení lůžka (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg	min. 250 kg		mandatorní požadavek
9	Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm	ano		mandatorní požadavek
10	Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm)	ano		mandatorní požadavek
11	Stehenní díl ovládaný elektromotorem	ano		mandatorní požadavek
12	Lýtkový díl polohovatelný mechanicky	ano		mandatorní požadavek
13	Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ano		mandatorní požadavek
14	Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	ano		mandatorní požadavek
15	Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru	ano		mandatorní požadavek
16	Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm	min. 40-75 cm		mandatorní požadavek
17	Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích	ano		mandatorní požadavek
18	Absence dutin s možností zatečení mycí vody	ano		mandatorní požadavek
19	Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů	ano		mandatorní požadavek
Postranice				
20	Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na cca 2/3 až 3/4 délky lůžka	ano		mandatorní požadavek
21	Výška postranic v mezích 36 až 40 cm nad ložnou plochu	ano		mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“

22	Možnost doplnění třetího dílu postranice pro neklidné pacienty, který zamezí nechtěnému opuštění lůžka pacientem	ano		mandatorní požadavek
23	Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor modrý, nebo odstíny modré	ano		mandatorní požadavek
Podvozek				
24	Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda, směrová aretace	ano		mandatorní požadavek
Ovladač lůžka				
25	Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového dílu	ano		mandatorní požadavek
26	Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokáce jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ano		mandatorní požadavek
27	Nožní ovladače lůžka pro výškové nastavení ložné plochy a vyšetřovací polohou (lůžko vyjede do horní pozice a srovná ložnou plochu) s ochranou proti nechtěnému polohování (mechanickou nebo elektrickou)	ano		mandatorní požadavek
Další parametry				
28	Napájení 230 V, 50 Hz	ano		mandatorní požadavek
29	Zálohová baterie	ano		mandatorní požadavek
30	Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany)	ano		mandatorní požadavek
31	Zvukový alarm nezabrděného lůžka	ano		mandatorní požadavek
32	Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části	ano		mandatorní požadavek
33	Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky nebo močové lahve (nebo oboje)	ano		mandatorní požadavek
34	Polička na lůžkoviny	ano		mandatorní požadavek
35	Dekor modrý	ano		mandatorní požadavek
36	Hrazda	ano		mandatorní požadavek
37	Madlo	ano		mandatorní požadavek
38	Infuzní stojan	ano		mandatorní požadavek
Matrace - základní parametry				
39	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity	ano		mandatorní požadavek
40	Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost	ano		mandatorní požadavek
41	Nosnost min. 200 kg	min. 200 kg		mandatorní požadavek
Matrace - jádro				
42	Složeno ze 3 typů pěn	ano		mandatorní požadavek
43	Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě)	ano		mandatorní požadavek
44	horní vrstva	viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m ³	min. 85 kg/m ³	mandatorní požadavek
45		tloušťka min. 5 cm	min. 5 cm	mandatorní požadavek
47	spodní vrstva polyuretanová pěna o hustotě min. 45 kg/m ³		min. 45 kg/m ³	mandatorní požadavek
49	Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu)	ano		mandatorní požadavek
50	Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty	ano		mandatorní požadavek
51	okraje matrace vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³		min. 50 kg/m ³	mandatorní požadavek
Matrace - potah				
53	Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ano		mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“

54	Možnost praní – pratelný	ano		mandatorní požadavek
55	Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu.	ano		mandatorní požadavek
56	Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu	ano		mandatorní požadavek
58	Nehořlavost potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě)	ano		mandatorní požadavek
59	Snímatelnost - snadno snímatelný	ano		mandatorní požadavek
60	Pružný ve všech směrech	ano		mandatorní požadavek
61	Zip na min. dvou sousedních stranách, překrytý s ochranou proti znečištění	ano		mandatorní požadavek
62	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano		mandatorní požadavek
63	Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky	ano		mandatorní požadavek
Matrace - rozměr				
64	Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek (viz výše)	ano		mandatorní požadavek
65	Výška matrace min. 14 cm	ano		mandatorní požadavek
Stolek - základní parametry				
66	Pojízdnost: pojízdný noční stolek	ano		mandatorní požadavek
67	Přístupnost: oboustranně přístupný	ano		mandatorní požadavek
68	Držák na ručníky	ano		mandatorní požadavek
69	Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací	ano		mandatorní požadavek
70		výška	90 cm	mandatorní požadavek
71	rozměr (tolerance ± 5 cm)	šířka	55 cm	mandatorní požadavek
72		hloubka	45 cm	mandatorní požadavek
73	Spodní skříňka: velká, s dveřmi bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře nebo místem určeným pro vložení 1,5 l lahve	ano		mandatorní požadavek
74	Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika)	ano		mandatorní požadavek
75	Horní zásuvka malá s lakovanými nebo chromovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná	ano		mandatorní požadavek
76	Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekci	ano		mandatorní požadavek
77	Horní deska vybavena zábranami proti sesunutí předmětů z desky	ano		mandatorní požadavek
Stolek - korpus				
78	Dekor modrý	ano		mandatorní požadavek
79	Materiál: kovový, lakovaný	ano		mandatorní požadavek
80	Jídelní deska je integrovaná do korpusu	ano		mandatorní požadavek
81	Povrch celého stolu desinfikovatelný běžnými prostředky	ano		mandatorní požadavek
Stolek - podvozek				
82	4 kolečka, brzditelná	ano		mandatorní požadavek
83	průměr koleček 65 mm \pm 15 mm	65 mm \pm 15 mm		mandatorní požadavek



**Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaných přístrojů**

Část 3 VZ: Polohovací nemocniční i intenzivní lůžka s antidekubitní matrací vč. příslušenství (206 ks)

Jednoznačné typové označení nabízeného lůžka (206 ks)	Eleganza 1
---	------------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Základní parametry				
1	Platná norma ČSN EN 60601-2-52	ano	ano	mandatorní požadavek
2	Bezpečné zakrytování všech elektrických částí lůžka a to včetně kabeláže	ano	ano	mandatorní požadavek
3	Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů	ano	ano	mandatorní požadavek
4	Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejich rozích	ano	ano	mandatorní požadavek
5	Šířka ložné plochy min. 90 cm	min. 90 cm	ano, 90 cm	mandatorní požadavek
6	Délka ložné plochy min. 200 cm	min. 200 cm	ano, 200 cm	mandatorní požadavek
7	Celková šířka lůžka včetně bočnic a nárazových koleček max. 100 cm	max. 100 cm	ano, 99,5 cm	mandatorní požadavek
8	Bezpečné pracovní zatížení lůžka (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg	min. 250 kg	ano, 250 kg	mandatorní požadavek
9	Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm	ano	ano, 15 cm	mandatorní požadavek
10	Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm)	ano	ano	mandatorní požadavek
11	Stehenní díl ovládaný elektromotorem	ano	ano	mandatorní požadavek
12	Lýtkový díl polohovatelný mechanicky	ano	ano	mandatorní požadavek
13	Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu	ano	ano	mandatorní požadavek
14	Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru	ano	ano, 15°	mandatorní požadavek
15	Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru	ano	ano	mandatorní požadavek
16	Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm	min. 40-75 cm	ano, 39,5-76 cm	mandatorní požadavek
17	Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích	ano	ano	mandatorní požadavek
18	Absence dutin s možností zatečení mycí vody	ano	ano	mandatorní požadavek
19	Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů	ano	ano	mandatorní požadavek
Postranice				
20	Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na cca 2/3 až 3/4 délky lůžka	ano	ano	mandatorní požadavek
21	Výška postranic v mezích 36 až 40 cm nad ložnou plochu	ano	ano, 38 cm nad LP	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“

22	Možnost doplnění třetího dílu postranice pro neklidné pacienty, který zamezí nechtěnému opuštění lůžka pacientem	ano	ano	mandatorní požadavek	
23	Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor modrý, nebo odstíny modré	ano	ano	mandatorní požadavek	
Podvozek					
24	Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda, směrová aretace	ano	ano, průměr 150 mm	mandatorní požadavek	
Ovladač lůžka					
25	Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového dílu	ano	ano	mandatorní požadavek	
26	Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)	ano	ano	mandatorní požadavek	
27	Nožní ovladače lůžka pro výškové nastavení ložné plochy a vyšetřovací polohou (lůžko vyjede do horní pozice a srovná ložnou plochu) s ochranou proti nechtěnému polohování (mechanickou nebo elektrickou)	ano	ano	mandatorní požadavek	
Další parametry					
28	Napájení 230 V, 50 Hz	ano	ano, 230 V, 50 Hz	mandatorní požadavek	
29	Zálohová baterie	ano	ano	mandatorní požadavek	
30	Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany)	ano	ano	mandatorní požadavek	
31	Zvukový alarm nezabrzdněného lůžka	ano	ano	mandatorní požadavek	
32	Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části	ano	ano	mandatorní požadavek	
33	Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky nebo močové lahve (nebo oboje)	ano	ano	mandatorní požadavek	
34	Polička na lůžkoviny	ano	ano	mandatorní požadavek	
35	Dekor modrý	ano	ano	mandatorní požadavek	
36	Hrazda	ano	ano	mandatorní požadavek	
37	Madlo	ano	ano	mandatorní požadavek	
38	Infuzní stojan	ano	ano	mandatorní požadavek	
Matrace - základní parametry					
39	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity	ano	ano	mandatorní požadavek	
40	Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost	ano	ano	mandatorní požadavek	
41	Nosnost min. 200 kg	min. 200 kg	ano, 230 kg	mandatorní požadavek	
Matrace - jádro					
42	Složeno ze 3 typů pěn	ano	ano	mandatorní požadavek	
43	Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě)	ano	ano	mandatorní požadavek	
44	horní vrstva	viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m ³	min. 85 kg/m ³	ano, 85 kg/m ³	mandatorní požadavek
45		tloušťka min. 5 cm	min. 5 cm	ano, 5 cm	mandatorní požadavek
47	spodní vrstva polyuretanová pěna o hustotě min. 45 kg/m ³	min. 45 kg/m ³	ano, 46 kg/m ³	mandatorní požadavek	
49	Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu)	ano	ano	mandatorní požadavek	
50	Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty	ano	ano	mandatorní požadavek	
51	okraje matrace vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m ³	min. 50 kg/m ³	ano, 50 kg/m ³	mandatorní požadavek	
Matrace - potah					
53	Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ano	ano	mandatorní požadavek	



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – lůžka pro pacienty – II“

54	Možnost praní – pratelný	ano	ano	mandatorní požadavek	
55	Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu.	ano	ano	mandatorní požadavek	
56	Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu	ano	ano	mandatorní požadavek	
58	Nehořlavost potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě)	ano	ano	mandatorní požadavek	
59	Snímatelnost - snadno snímatelný	ano	ano	mandatorní požadavek	
60	Pružný ve všech směrech	ano	ano	mandatorní požadavek	
61	Zip na min. dvou sousedních stranách, překrytý s ochranou proti znečištění	ano	ano	mandatorní požadavek	
62	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano	ano	mandatorní požadavek	
63	Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky	ano	ano	mandatorní požadavek	
Matrace - rozměr					
64	Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek (viz výše)	ano	ano	mandatorní požadavek	
65	Výška matrace min. 14 cm	ano	ano, 14 cm	mandatorní požadavek	
Stolek - základní parametry					
66	Pojízdnost: pojízdný noční stolek	ano	ano	mandatorní požadavek	
67	Přístupnost: oboustranně přístupný	ano	ano	mandatorní požadavek	
68	Držák na ručníky	ano	ano	mandatorní požadavek	
69	Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací	ano	ano	mandatorní požadavek	
70		výška	90 cm	ano, 86,5 cm	mandatorní požadavek
71	rozměr (tolerance ± 5 cm)	šířka	55 cm	ano, 51,5 cm	mandatorní požadavek
72		hloubka	45 cm	ano, 50 cm	mandatorní požadavek
73	Spodní skříňka: velká, s dveřmi bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře nebo místem určeným pro vložení 1,5 l lahve	ano	ano	mandatorní požadavek	
74	Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika)	ano	ano	mandatorní požadavek	
75	Horní zásuvka malá s lakovanými nebo chromovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná	ano	ano	mandatorní požadavek	
76	Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekci	ano	ano	mandatorní požadavek	
77	Horní deska vybavena zábranami proti sesunutí předmětů z desky	ano	ano	mandatorní požadavek	
Stolek - korpus					
78	Dekor modrý	ano	ano	mandatorní požadavek	
79	Materiál: kovový, lakovaný	ano	ano	mandatorní požadavek	
80	Jídelní deska je integrovaná do korpusu	ano	ano	mandatorní požadavek	
81	Povrch celého stolu desinfikovatelný běžnými prostředky	ano	ano	mandatorní požadavek	
Stolek - podvozek					
82	4 kolečka, brzditelná	ano	ano	mandatorní požadavek	
83	průměr koleček 65 mm ± 15 mm	65 mm ± 15 mm	ano, 75 mm	mandatorní požadavek	

Ceník spotřebního materiálu:

Lůžka a stolky nevyžadují pro svůj provoz spotřební materiál.



Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů

1. Prodávající se zavazuje na výzvu Kupujícího uzavřít servisní smlouvu na pozáruční servis přístrojů dle ujednání níže, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího. Kupující vyzve prodávajícího k uzavření smlouvy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí záruční doby. Cenové podmínky pro provádění servisních služeb po ukončení záruční doby uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se nezmění po dobu prvního roku od skončení záruční doby za přístroj. Doba trvání servisní smlouvy bude 1 rok. Tato doba bude prodloužena, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví, na dobu, po kterou budou přístroje kupujícím využívány, přičemž cenové podmínky uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se mohou upravit v závislosti na míře inflace v souladu s odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Servisní smlouvu nesmí prodávající vypovědět v době dle věty první v odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Výpovědní doba servisní smlouvy se sjednává v délce 3 měsíců. Reakční doba servisního zásahu je stanovena na max. 48 hodin. Doba pro odstranění závady bude 4 pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě delší dílenské opravy je dodavatel povinen zapůjčit náhradní přístroj.
2. Cenové podmínky pro budoucí servisní smlouvu sjednávají smluvní strany takto:
 - 2.1. Fixní roční náklady za provádění BTK, pravidelných kontrol dle legislativy a doporučení výrobce, revizí, validací pro celý předmět plnění podle této smlouvy (tj. za veškerá dodaná lůžka a veškeré příslušenství – celkový počet dodaných ks) ve výši 165.830,00 Kč bez DPH / rok. V ceně BTK jsou započteny ceny takového materiálu, který je předepsán výrobcem k výměně v rámci BTK.

Kupující nevylučuje, že BTK, kontroly lze částečně provádět vzdálenou správou; pokud tento způsob prodávající hodlá využít, pak je nutné počítat s následujícími podmínkami kupujícího, které musí být zohledněny v ceně za BTK, kontroly:

 - 1) Pokud vzdálená správa přístroje vyžaduje připojení do systému kupujícího, musí prodávající respektovat pravidla kupujícího pro připojení nových technologií, které jsou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
 - 2) Kupující vylučuje možnost, aby vzdálená správa byla jedinou možností pro provedení BTK, kontrol.
 - 3) Prodávající musí vždy alespoň 1x za 12 měsíců provést periodickou fyzickou kontrolu a test funkčnosti každého dodaného lůžka, při které provede nejméně tyto úkony:
 - Kontrolu svarů a povrchové úpravy
 - Kontrolu pevnosti šroubových spojení
 - Kontrolu otáčení koleček
 - Kontrola brzdového systému lůžka
 - Kontrolu brzdových pák
 - Kontrolu elektrického zapojení
 - Kontrolu napájecího kabelu
 - Vizuální kontrolu ložné plochy
 - Kontrolu spojů ložné plochy
 - Kontrolu upevnění sloupků ložné plochy
 - Kontrolu postranic
 - Kontrolu pohyblivých částí



- Kontrolu vodorovné plochy lůžka
 - Kontrolu funkčnosti všech ovladačů
 - Kontrolu neporušenosti všech pohonů
- Výše vyjmenované úkony musí prodávající provést vždy, ať již hodlá využít vzdálenou správu či nikoliv a o provedení těchto úkonů musí vystavit a předat kupujícímu protokol.
- 4) Materiál, který bude prodávající potřebovat k provedení fyzické kontroly a k provedení testu funkčnosti každého dodaného lůžka musí být započten do ceny za BTK, kontroly.
- 2.2. Hodinová sazba za provádění servisu odborným servisním technikem ve výši 553,00 Kč bez DPH / hod.
- 2.3. Účtovaná částka za 1 výjezd tam i zpět ze servisního střediska dodavatele do místa servisního zásahu v sídle kupujícího při provádění pozáručního servisu ve výši 1.790,00 Kč bez DPH / 1 výjezd.
- 2.4. Cenové podmínky lze změnit po 1 roce trvání servisní smlouvy podle odst. 4 této přílohy.
3. Z údajů podle odst. 2 této přílohy smlouvy bude vypočítána cena za skutečně provedené servisní služby. Náklady za servisní služby uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury – daňového dokladu. Faktura musí být vždy doložena servisním výkazem potvrzeným pracovníkem kupujícího, jinak nebude uhrazena.
- Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, v němž byly servisní služby poskytovány.
- Splatnost daňových dokladů je do 30 kalendářních dnů od doručení do sídla kupujícího.
4. Ceny za servisní služby podle odst. 2 této přílohy smlouvy nelze měnit po dobu 1 roku od skončení záruční doby za přístroj. V dalších letech trvání servisní smlouvy lze cenu servisních služeb změnit v důsledku změny míry průměrné inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:
- Pro účely dalšího textu je cena servisních služeb podle odst. 2 této přílohy smlouvy označena jako „cena“.*
Pro účely dalšího textu je cena servisních služeb podle odst. 2 této přílohy smlouvy označena jako „cena“.
- a) V každém následujícím roce trvání servisní smlouvy (po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) může být cena upravena v závislosti na hodnotě míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Úpravy ceny mohou být provedeny tak, že se ceny zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace proti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
 - b) Úpravy ceny mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců.
 - c) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsících platnosti servisní smlouvy.
 - d) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku k servisní smlouvě.
 - e) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční



doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání servisní smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.

5. Adresa servisního střediska prodávajícího: Želevčice 5, 274 01 Slaný.
6. Sankce za nedodržení servisních podmínek:
 - a) V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vady, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že prodávající nedodrží reakční dobu, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za 24 hodin prodlení.