

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Rozpis kupní ceny (vytvoří účastník zadávacího řízení)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu koupě (vyplněná příloha č. 2 ZD)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Popis předmětu koupě

(vytvoří účastník zadávacího řízení v souladu se ZD)

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha
IČ : 27094987
DIČ : CZ27094987

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.



EN ISO 13485

ASSOCIACE VYROBČŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNÝCH PŘÍSTŘEDKŮ

Telefon : 377 590 411

Fax : 377 590 435

E-mail : obchod@cheiron.eu

Datum pořízení : 3.3.2017
Datum dodání :
Termín dodání :

Řada dokladu : 001
Číslo dokladu : 700997
Popis dodávky : Defibrilátor_BeneHeart_D3

Místo určení :

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

Odběratel :

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

IČ : 00842001

DIČ : CZ00842001

Vážení,

na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení "Defibrilátory" ev.č. Z2017-004344 Vám předkládáme tuto cenovou nabídku. Cena zahrnuje předání na místo určení, provedení instruktáže.

Obchodní podmínky:

- dopravné nebude účtováno
- platnost nabídky 3 měsíce od data vytvoření nabídky
- termín dodání 4 - 6 týdnů od uzavření kupní smlouvy
- platební podmínky dle kupní smlouvy
- záruční podmínky 24 měsíců od předání zboží
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň.

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším představám a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Petr Tampier

Regionální manager společnosti Cheirón a.s.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky				Celkem bez DPH			Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
		MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	po slevě	DPH %			
1	100 PD-D3-01 2,00	ks	130 856,00	261 712,00		261 712,00	21	54 959,52	316 671,52	

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 700997

Popis dodávky : Defibrilátor_BeneHeart_D3

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	Cena bez DPH			Celkem bez DPH		Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
			J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	po slevě	DPH %		
2	100 PM-A30-000001 3,00	Papír pro tiskárnu Mindray 50 mm - D3/D6, BeneVision - teplocitlivý ks	53,00	159,00		159,00	21	33,39	192,39
			261 871,00	261 871,00		261 871,00		54 992,91	316 863,91

Celkem Kč bez DPH	261 871,00
Částka DPH	54 992,91
Celkem Kč včetně DPH	316 863,91



Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Defibrilátory
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-004344
ev. č. VZ u zadavatele:	04/17/VZ

- 1.1 **Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 2 ks defibrilátorů pro využití na jednotce následné intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.**
- 1.2 **Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyločení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
 - se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů



1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
DEFIBRILÁTORY					
1.	defibrilátor přenosný – <u>2 ks</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
2.	rozměry- max. 300x300x300 mm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano rozměry: 288x203x275 mm	33
3.	ovládání, obsluha plně v češtině	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
4.	monitor LCD (barevný) min. 5“ se zobrazením měřených číselných hodnot vč. křivek, textových výzev a alarmů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano velikost 7“	33
5.	monitor zobrazující nezkreslené průběhy křivky EKG s možností volby svodů, velikost EKG křivky v min. rozsahu 0,25 – 4 cm/V	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
6.	monitorace EKG min. třívodým kabelem EKG – dodávka včetně kabelu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
7.	snímání EKG z defibrilačních pádel i nalepovacích elektrod	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
8.	synchronizovaná kardioverze	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
9.	manuální defibrilace	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
10.	bifazický defibrilační výboj s eskalací v rozsahu min. 2 až 360J	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano rozsah od 1 do 360J	33
11.	bifazický defibrilační výboj - maximální doba nabíjení 10 sec	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano doba nabíjení 8 sec	33
12.	v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 20 25 krocích v synchronním a asynchronním režimu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano počet kroků 21	33
13.	zevní kardiostimulátor pracující v synchronním a asynchronním režimu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33



14.	uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační proud	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
15.	maximální stimulační proud min. 200 mA, kardiostimulační frekvence v min. rozsahu 40-170 bpm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano proud 0-200 mA frekvence 40-170 bpm	33
16.	modul poloautomatické externí defibrilace se systémem doporučení výboje, vč. synchronizované kardioverze a externí kardiostimulace	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
17.	funkce selekce tlačítek v automatickém režimu tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání v režimu automatizovaného externího defibrilátoru (AED) - zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj – (nutnost pro eliminaci chybných kroků méně zkušených uživatelů)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
18.	přístroj je vybaven metronomem pro využití při KPR (kardiopulmonální resuscitaci)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
19.	vestavěná tiskárna pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve formátu kontinuálního pásu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
20.	měření saturace (zobrazení průběhu i frekvence na displeji)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
21.	rozsah saturace 1-100%, saturační přesnost min. v rozsahu 70-100% , periodické průměrování saturace	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano rozsah 0-100% přesnost 1%	33
22.	napájení přístroje ze sítě 230V s pevně vestavěnou vnitřní záložní baterií s kapacitou min. 100 140 výbojů (360J) při plném nabití, nebo min. 120 200 minut monitorování EKG	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano počet výbojů při 360J \geq 100 nebo při monitor. EKG: \geq 180 min	33
23.	vestavěná paměť na kritické události (data o pacientovi, jednotlivé úkony a křivky) s možností tisku a přenosu dat na PC pro další zpracování (i po vypnutí přístroje)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
24.	automatické testování přístroje	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
25.	možnost interní defibrilace (při dovybavení originálním příslušenstvím výrobce)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33



26.	přístroj vybaven jednorázovými nalepovacími defibrilačními elektrodami (originální sortiment od výrobce)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
27.	součástí plnění dodávka nezbytného příslušenství pro uvedení do provozu: standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé i děti, kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, jeden pár jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod, EKG kabel (viz pol. 6), SpO2 prstové čidlo+kabel, 3 ks papíru do vestavěné tiskárny)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33

1.5 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
 - účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b) ZD/

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Praze dne

- 5 -05- 2017

.....
CHEIRÓN a.s.
Ing. Jindřich Petřík, MBA
Předseda představenstva

Technická specifikace Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení Nebulizátory pro intenzivní péči ev.č. Z2017-004344 Nemocnice Nové Město na Moravě

Defibrilátory

Defibrilátor Mindray BeneHeart D3

Hlavní charakteristika defibrilátoru Mindray BeneHeart D3: 2 kusy

- kompaktní, lehký defibrilátor s hmotností do 5 kg včetně příslušenství s rozměry 288x203x275 mm
- vybavenost: manuální defibrilace, AED mód, monitoring pacienta, kardiostimulace
- parametry: 3/5 svodové EKG, SpO2 včetně příslušenství nezbytné k provozu přístroje
- SpO2 rozsah měření 0-100% s přesností 1%
- integrovaná dětská externí pádla v dospělých
- velikost TFT displeje 7" se zobrazením 3 křivek
- software v ČJ
- monitorace EKG křivky 3/5 svodovým kabelem, z defibrilačních pádel nebo jednorázových nalepovacích elektrod
- synchronizovaná kardioverze
- funkce selekce tlačítek s eliminací chybných kroků
- zevní kardiostimulátor pracující v synchronním a asynchronním režimu
- nastavení stimulační frekvence v rozsahu 40-170 bpm a proudu v rozsahu 0-200mA
- při snímání křivky EKG možnost volby svodů, velikost křivky v rozsahu 0,25-4 cm/V
- podání bifázického výboje v rozmezí 1-360J nastavitelná v 21 krocích
- rychlé nabití do 5 sekund na hodnotu 200J, na hodnotu 360J do 8 sekund
- výdrž baterie: monitorovací režim EKG \geq 180 min hodiny, defibrilační režim \geq 100 výbojů při 360J
- metronom při využití KPR v režimu AED
- indikace stavu nabití přímo na baterii nezávislé na zapnutí vlastního přístroje
- trendy: 72 hodin s rozlišením 1 minuta
- export dat do počítače přes USB
- integrovaná termální tiskárna s možností tisku křivek, trendů a přehledu událostí
- automatické kontroly připravenosti defibrilátoru
- možnost interní defibrilace
- brašna na příslušenství umístěná na defibrilátoru
- ovládání podání výboje jak z přístroje, tak z externích pádel (úprava podávané energie, nabití a výboj)
- možnost použití multifunkčních nalepovacích elektrod
- součástí dodávky je: příslušenství pro měření EKG, SpO2, jednorázové nalepovací elektrody včetně propojovacího kabelu, odpojitelná defibrilační externí pádla pro dospělé s integrovanými dětskými pádly, papír do tiskárny 3 kusy, gel

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace			
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě			
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou			
<i>IČO:</i>	00842001			
<i>název VZ:</i>	DEFIBRILÁTORY			
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení			
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>	Z2017-004344			
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	04/17/VZ			
PODDODAVATEL				
		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			
	IČ:			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			
	IČ:			
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			

3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	IČ:				
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat@nmm.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. XXXXXXXXXX

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou XXXXXXXXXX.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: