

**Ocenění dodávky včetně požadované minimální technické specifikace dodávky**

**Objednatel** : Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace  
**Adresa** : Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava  
**IČ** : 70631816  
**Prodávající** : R-FIN s.r.o.  
**Adresa** : Fulnek, 742 45, Nádražní 335  
**IČO** : 25851233  
**Doprava**

Název předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: „**Drtičky jednorázových hygienických pomůcek**“  
**Dodací lhůta: do 20. 05. 2023**

**1. Ocenění dodávek (předmětu koupě):**

Popis	MJ	Množství celkem	v Kč bez DPH	
			Jednotková cena/MJ	Celková cena/MJ
Dodávka drtiček	ks	4		
Doprava 4 ks drtiček	ks	1		
Instalace drtiček	ks	4		
Dodávka – základního balíčku jednorázových pomůcek (200 ks vložek do WC křesla, 240 ks podložních mís, 400 ks močových lahví, 25 plat víček na močové láhve PO 16 nebo 400 ks víček na močové láhve)	ks	1		
Zaškolení obsluhy	ks	1		
<b>Celková cena za dodávku bez DPH v Kč:</b>				
<b>Platná sazba DPH v Kč</b>				
<b>Celková cena za dodávku včetně DPH v Kč:</b>				

**2. Plnění požadované minimální a absolutní technické specifikace dodávky hodnocené zadavatelem, která je předmětem ocenění dodávky:**

A – absolutní parametr H – hodnocený parametr	Požadovaná minimální technická specifikace dodávky	plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče ANO/NĚ	plnění hodnoceného parametru dle nabídky uchazeče vyplní zadavatel ANO/NĚ
<b>Drtička jednorázových hygienických pomůcek</b>			
	<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>		
H	Maximální vnější rozměry (délka x šířka x výška) (700 x 550 x 1000 cm)	ANO	
A	Napájecí napětí 230 V	ANO	
H	Max. příkon 3000 W	ANO	
H	Max. hluchnost 70 dB	ANO	
A	Zásobník na dezinfekci	ANO	
H	Doba cyklů – max. 20 min.	ANO	
H	Hmotnost do 120 kg	ANO	
H	Certifikáty (CE, SZÚ a další)	ANO	
H	Spotřeba vody na cyklus – max. 50 l	ANO	
A	Stupeň ochrany krytí IP X4	ANO	

Řádky technické specifikace předmětu dodávky tvoří minimální požadovanou specifikaci dodávky. Tato minimální požadovaná specifikace může být uchazečem (dodavatelem) rozšířena.

Případné rozšíření specifikace dodávky prodávajícím, nehodnocené zadavatelem:

předmět specifikace	Rozšířená technická specifikace předmětu dodávky
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	

Datum: 17.4.2023

Vypracoval:

.....  
Ing. Josef Krystek  
Jednatel