

Evidenční číslo	
SM 230378	
OP23M010202	
VZ2023007	Vlc
RS Evid.č.:	Datum:

Smlouva o výpůjčce

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
ve smyslu ustanovení § 2193 a následujících občanského zákoníku, zák.č. 89/2012 Sb.
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

obchodní firma: **CARDION s.r.o.**
se sídlem: Rybnická 257/136, 634 00 Brno – Nový Lískovec
zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
spisová značka: Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16405
IČO: 60719877
DIČ: CZ699003452
Peněžní ústav: ČSOB a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 8010-0403073933/0300
(dále jen „**půjčitel**“)

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 70628/2022 ze dne 15.06.2022 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 374027793/0300
dále jen „**vypůjčitel**“

I.

Předmět smlouvy a výpůjčky

- Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran, na základě které půjčitel přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání na určeném pracovišti vypůjčitele.
- Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem *předmětu výpůjčky*:
Přesné označení přístroje: 2 ks Programátor kardiostimulátorů Merlin PCS, katalogové č. 3650, výrobní č. 22833 a 12051818, výrobce: St. Jude Medical CRMD, země původu/výroby: USA, v pořizovací hodnotě/pro evidenční účely 61 983,47 Kč bez DPH za 1 ks, dále jen „předmět výpůjčky“.
- Předmět výpůjčky je/~~není~~* ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro ve znění pozdějších předpisů, zdravotnickým prostředkem. V kladném případě je při výpůjčce nutno předat příslušnou dokumentaci předepsanou pro používání zdravotnických prostředků.
- Za podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezplatnému užívání za účelem poskytování zdravotních služeb na oddělení Kardiologie

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vypůjčitel je po dobu trvání výpůjčky povinen:

- Pověřovat obsluhou předmětu výpůjčky pouze své zaměstnance, kteří jsou k tomu řádně zaškoleni půjčitelem (o zaškolení bude zpracován písemný záznam).
- Chránit předmět výpůjčky před poškozením, zničením, ztrátou, nadměrným opotřebením nebo zneužitím a provádět kalibraci i běžnou údržbu dle instrukcí půjčitele.
- Do 10 pracovních dnů po skončení výpůjčky vrátit předmět výpůjčky ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebením.
- Neprodleně informovat půjčitele o všech případech poškození, zničení či ztrátě předmětu výpůjčky.
- Uhradit půjčiteli škody, které vzniknou na předmětu výpůjčky během trvání výpůjčky neodborným zacházením s výjimkou obvyklého opotřebením a nezaviněných poruch.
- Bez zbytečného odkladu nahlásit půjčiteli potřebu opravy předmětu výpůjčky a umožnit mu její provedení.

2. Vypůjčitel není oprávněn:

- provádět na předmětu výpůjčky jakékoliv technické úpravy,
- předmět výpůjčky nebo jeho část pronajmout nebo jiným způsobem přenechat k užívání jiné osobě.

3. **Půjčitel** se zavazuje po podpisu této smlouvy předat vypůjčiteli předmět výpůjčky v bezvadném stavu spolu se všemi předepsanými a nezbytnými doklady, kterými osvědčí, že předmět výpůjčky je způsobilý k užívání v ČR pro účel poskytování zdravotní péče ve smyslu příslušných právních předpisů. Současně s předmětem výpůjčky předloží půjčitel protokol o předání a převzetí předmětu výpůjčky (předávací protokol), dále také záznam o zaškolení zaměstnanců na formuláři vypůjčitele. Předávací protokol vždy podepíše oprávněná osoba půjčitele a pověřený zaměstnanec oddělení BMI vypůjčitele, spolu s pověřeným zaměstnancem pracoviště/klinického oddělení, které předmět výpůjčky bude užívat.

- Na pracovišti vypůjčitele předmět výpůjčky převezme: zástupce oddělení, pracovník BMI.

3.1 V případě předmětu výpůjčky, který byl uveden na trh v některém z členských států Evropské unie a který je opatřený značkou CE, musí být doloženy tiskem i v elektronické podobě tyto doklady:

- kopie prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
- návod k obsluze v českém jazyce ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro ve znění pozdějších předpisů,
- doklad o způsobilosti předmětu výpůjčky k bezpečnému použití při poskytování zdravotnické péče (např. protokol o BTK),
- protokol o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK. U pevně instalovaných zdravotnických prostředků bude doložena výchozí elektrická revize.

Půjčitel je povinen dodat:

- Instalační protokol potvrzující, že dodaný přístroj (sestava) je instalován v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou a pokyny výrobců a je funkční a bezpečný pro poskytování zdravotní péče.
- Instalační protokol bude obsahovat (např. formou přílohy):
 - a) Protokoly o výstupní bezpečnostně technické kontrole (BTK) s datem příští BTK vč. Uvedení naměřených hodnot v souladu s normou ČSN EN 62353 /nejlépe formou přílohy G této normy/ (zkouška před uvedením do provozu) pro všechny jednotlivé dílčí zdravotnické prostředky u nichž jsou pravidelné BTK výrobcem předepsány.
 - b) Zdokumentování propojení jednotlivých zdravotnických přístrojů navzájem resp. propojení zdravotnický přístrojů s nezdravotnickými prostředky vč. příslušenství, bylo-li nějaké takové propojení v souvislosti s instalací resp. dodáním předmětu smlouvy vytvořeno.
 - c) Měřené hodnoty ME systému dle normy ČSN EN 62353, pokud byl v souvislosti s realizací předmětu smlouvy vytvořen.

4. Půjčitel je povinen

- zaškolit určené zaměstnance vypůjčitele, kteří budou předmět výpůjčky obsluhovat a pořídit o tom záznam na formuláři vypůjčitele,
- půjčitel poskytuje záruku (odpovídá za vady přístroje) po dobu výpůjčky,
- po dobu trvání výpůjčky dle této smlouvy zajišťovat a hradit všechny opravy předmětu výpůjčky, jejichž potřebu mu vypůjčitel oznámí.

- na úhradu ceny opravy má půjčitel právo jen prokáže-li, že nutnost opravy a škoda na předmětu výpůjčky vznikla výlučným zaviněním vypůjčitele,
- pokud bude provoz předmětu výpůjčky vyžadovat užití jednorázových SZM, bude jeho cena stanovena v příloze č.1,
- po ukončení doby výpůjčky převzít zpět předmět výpůjčky, potvrdit jeho vrácení vypůjčiteli a odvézt od vypůjčitele,
- doložit při předání předmětu výpůjčky platný protokol o provedení bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů, jejichž provádění vyplývá z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem,
- po dobu účinnosti smlouvy zajišťovat nebo provádět bezpečnostně technické kontroly, verifikace, kalibrace na předmětu výpůjčky a další servisní úkony vyplývající z obecně závazného právního předpisu nebo pokynů předepsaných výrobcem. Protokoly nebo zprávy o provedení těchto bezpečnostně technický kontrol, verifikací, kalibrací bude půjčitel bez zbytečného odkladu zasílat pověřenému zaměstnanci oddělení zdravotnické techniky vypůjčitele.

III.

Doba výpůjčky

1. Výpůjčka se sjednává po dobu platnosti kupní smlouvy s evidenčním číslem **SM230380**
Dodání bude provedena po podpisu smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, potvrzeného podpisy zástupců smluvních stran. Účinnost smlouvy končí a výpůjčka podle smlouvy zaniká:
 - uplynutím sjednané doby výpůjčky,
 - výpovědí – výpověď může podat každá ze smluvních stran z jakýchkoliv důvodů nebo bez uvedení důvodů. Výpověď musí být podána písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - dohodou obou smluvních stran uzavřenou v písemné formě,
 - z ostatních obecných důvodů zániku závazků podle občanského zákoníku.
- 2) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran, který musí být učiněn písemně ve formě dodatků, číslovaných v chronologickém pořadí. Smlouva byla vyhotovena ve dvou číslovaných exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem smlouvy, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Vypůjčitel.

V Brně, dne
půjčitel
CARDION s.r.o.

V Ostravě dne
vypůjčitel
Městská nemocnice Ostrava

PŘÍLOHA č. 1

Smlouvy o výpůjčce

Specifikace předmětu výpůjčky.

KONEKTIVITA A DÁLKOVÁ PÉČE

Merlin.net™

Patient Care System (PCS)



Vlastnosti produktu

- 15" dotyková obrazovka přehledně zobrazuje programovací a diagnostické údaje
- Nové uživatelské rozhraní umožňuje rychlejší správu patientských dat
- Kontinuální simultánní zobrazení povrchového EKG, intrakardiálního EKG a anotovaných značek událostí pro rychlou interpretaci
- Zabudovaná tiskárna s horním vstupem a výstupem umožňuje rychlý a tichý tisk celostránkových (8") záznamů pro kartu pacienta
- Integrovaná schránka na kabely zrychluje zapojení a šetří místo při zachování vždy připojených kabelů

Objednávkové kódy

ČÍSLO MODELU	POPIS
3650	Merlin Patient Care System (PCS)

Merlin PCS příslušenství

ČÍSLO MODELU	ČÍSLO DÍLU	POPIS
EX3001	60018372	3-žilový EKG patientský kabel
3134	60000909-001	VGA kabel and adapter (samice-samec) (délka 25')
EX3160	100031916	Merlin přepravní a skladovací obal
3145	5030135-001	Sít'ový kabel
3617	60005251-001	Externí EKG vstupní kabel (délka 25')
EX3621-4GB	100080855	USB stick 4GB pro přenos dat
3623	60005257-001	USB - RS232 Sériový adapter (pro přímé propojení se softwarem Paceart [®])
3630	100051556	Telemetrická hlava (s magnetem)
3630M	100051566	Magnet
3630W	100051526	Telemetrická hlava (bez magnetu)
3638	50019403-001	Anténa (umožňuje radiofrekvenční [RF] komunikaci mezi Merlin PCS a implantabilními zařízeními Abbott se schopností RF komunikace)
3643	60003605-001	Termální papír

Paceart je obchodní značka společnosti Medtronic.