

# SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená na základě § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále OZ)

Č.j. 2902/23/CN

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### Půjčitel:

**Bio-Rad spol. s r.o.**

Sídlo: Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4  
IČO/DIČ: 49243764/ CZ49243764  
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Skála, jednatel  
E-mail: [offers\\_cz@bio-rad.com](mailto:offers_cz@bio-rad.com)  
Tel.: +420 241 430 532  
Bankovní spojení: Citibank Europe, plc, o.s., číslo účtu: 2063280205/2600

(dále „Půjčitel“)

a

### Vypůjčitel:

**Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**

Sídlo: Blatenská 314, Horažďovice, 341 01  
IČO/DIČ: 26360870/ CZ699005333  
Statutární zástupce: Ing. Martin Grolmus - předseda rady jednatelů  
Ing. Ondřej Provalil, MBA - místopředseda rady jednatelů  
E-mail: [martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz](mailto:martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz)  
Tel.: +420 606 759 519  
Bankovní spojení: 115-5797740227 / 0100

(dále „Vypůjčitel“)

## 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku poptávkového řízení na veřejné zakázky „DODÁVKA DIAGNOSTICKÝCH REAGENCIÍ VČ. VÝPŮJČKY ANALYZÁTORU NA GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN PRO NNP HORAŽĎOVICE A STODSKOU NEMOCNICI A.S.“. Nabídka účastníka byla zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 2.2. Půjčitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Vypůjčitele v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem výpůjčky, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.

2.3. Účelem Smlouvy je výpůjčka přístroje, který bude sloužit diagnostickým účelům.

### 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli, do bezplatného užívání (výpůjčky) následující přístroj: **D-10 Hemoglobin Testing System**, který je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „přístroj“). Přístroj bude dodán: 1 ks pro Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o..
- 3.2. Součástí výpůjčky a plnění Smlouvy bude:
- doprava a dodání přístroje včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
  - vykládka v místě určeném Vypůjčitelem,
  - provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění přístroje,
  - vystavení protokolu s ověřením funkcí přístroje (validace přístroje po instalaci včetně protokolu)
  - dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě,
  - základní a následné zaškolení k používání a údržbě přístroje podle čl. 5.2. a 10.2. Smlouvy,
  - likvidace případně vzniklého odpadu,
  - bezplatné provádění BTK, jiných opakovaných servisních činností, elektrických revizí, dalších potřebných zkoušek, vystavení servisního protokolu, dodávka náhradních dílů vč. servisních kitů (je-li součástí provozu přístroje jejich periodická výměna), a náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje,
  - bezplatné zajištění obousměrné online komunikace s laboratorním informačním systémem, tj. online načítání požadavků z LIS a online odesílání výsledků do LIS, v ceně přístroje. (komunikace s LIS pro Stodskou nemocnici, a.s. - dodavatel DS Soft., komunikace s LIS pro Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.) a provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování přístroje,
- 3.3. Půjčitel prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny požadavky Vypůjčitele na technické parametry uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „DODÁVKA DIAGNOSTICKÝCH REAGENCIÍ VČ. VÝPŮJČKY ANALYZÁTORU NA GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN PRO NNP HORAŽĎOVICE A STODSKOU NEMOCNICI A.S.“. Technická specifikace přístrojů tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.4. Výpůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby a pravidelné validace (kalibrace) přístroje dle požadavku výrobce a validace prováděných metod, provádění kompletního servisu a bezúplatné uživatelské podpory.
- 3.5. Součástí instalace automatického analyzátoru bude provedena kvalifikace a validace systému a dále napojení na informační systém Pracoviště.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré náklady na služby a dodávky spojené s výpůjčkou (validace, údržba, servis, uživatelská podpora apod.) hradí Půjčitel.
- 3.7. Smluvní strany souhlasí s tím, že náklady na dodávky spotřebních materiálů pro přístroj, jakož i náklady na náhradní díly jsou zahrnuty v jednotkových cenách za reportovaný test. Tyto ceny jsou uzavřeny v rámcové kupní smlouvě na dodávky reagentů vzešlé z veřejné zakázky uvedené v čl. 2.1. Smlouvy.

- 3.8. Vypůjčitel nebude poskytovat Půjčiteli v souvislosti s touto výpůjčkou a s ní souvisejícími službami a dodávkami žádné platby. Veškeré náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách za reportovaný test objednávaných na základě související kupní smlouvy veřejné zakázky uvedené v čl. 2.1. Smlouvy.

#### **4 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ**

- 4.1. Půjčitel dodá přístroj do **15 dnů** od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava přístroje do sídla Vypůjčitele, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.
- 4.2. Přístroj bude dodán do sídla Vypůjčitele: **Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**  
Půjčitel oznámí přesný termín dodání přístroje Vypůjčiteli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 4.3. Vypůjčitel zajistí Půjčiteli přístup do prostor, kde bude přístroj umístěn. Prostory budou uzamykatelné a přístup k přístroji bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran.

#### **5 DODÁNÍ A INSTALACE**

- 5.1. Vypůjčitel je povinen zajistit veškeré předpoklady pro řádnou a včasnou instalaci přístroje, tj. připojení k elektrické/datové síti, přístup na pracoviště a vhodné pracovní podmínky. V případě, že s tímto zajištěním podmínek vzniknou náklady na straně Vypůjčitele spojené s instalací přístroje, uhradí tyto náklady Vypůjčiteli Půjčitel, a to nejpozději 3 měsíce od instalace přístroje.
- 5.2. Půjčitel zajistí na své náklady úvodní školení laboratorních techniků a dalších zaměstnanců Vypůjčitele určených Vypůjčitelem pro používání nebo obsluhu Zařízení. Na požádání Půjčitele, Vypůjčitel či jeho řádně oprávněný zástupce podepíše potvrzení o tom, že školení bylo Půjčitelem řádně provedeno.
- 5.3. Půjčitel zajistí na své náklady připojení přístroje k laboratornímu informačnímu systému.

#### **6 VLASTNICTVÍ**

- 6.1. Přístroj je a zůstane ve výlučném vlastnictví Půjčitele po celé období účinnosti Smlouvy a Vypůjčitel nebude mít na přístroj žádné vlastnické právo, nárok ani účast, a to s výjimkou práva držet a využívat přístroj podle podmínek a ustanovení této Smlouvy.

#### **7 RIZIKA**

- 7.1. Vypůjčitel Půjčitele bez zbytečného odkladu písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo újmy, která nastane v souvislosti s vypůjčeným přístrojem.

#### **8 POVINNOSTI VYPŮJČITELE**

- 8.1. V průběhu trvání této Smlouvy (se) Vypůjčitel:

- a. zajistí, že přístroj bude uchováván a obsluhován ve vhodném prostředí, že bude využíván pouze pro účely, pro které byl navržen, a že bude správně obsluhován vyškoleným kompetentním personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu s předpisy správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo nařízeními, které budou v dané době platit;

- b. bude udržovat přístroj v bezvadném a provozuschopném stavu, zejména bude provádět pravidelnou údržbu přístroje v souladu s Operačním Manuálem dodaným Půjčitelem, a dále bude Půjčitele informovat o závadě nebo potřebě údržby či opravy přístroje nad rámec výše uvedené pravidelné údržby, a to do 48 hodin od zjištění závady či potřeby opravy přístroje.
- c. Přístroj vždy ponechá na pracovišti a nebude žádnou část přístroje přemísťovat, nebo se pokoušet přemísťovat, na jakékoli jiné místo bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele;
- d. na základě předchozí domluvy smluvních stran umožní Půjčiteli, aby prostřednictvím svého zástupce zkontroloval přístroj v jakoukoli přiměřenou dobu (tj. v provozní dobu Vypůjčitele a za tímto účelem umožnil vstup do prostor, ve kterých bude Zařízení umístěno.
- e. nebude bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele provádět nebo povolovat jakoukoli úpravu nebo doplnění Zařízení. Veškeré výměny, nahrazení, obnovení či doplnění Zařízení, a to jak materiál, tak práci provádí na své náklady Půjčitel. Materiál (náhradní díly apod.) je ve vlastnictví Půjčitele.
- f. bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele se nevzdá kontroly nad přístrojem, neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním právem ani jiným právem třetí osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani je nepůjčí. Vypůjčený přístroj nelze přenechat jiné osobě bez svolení Půjčitele.

## 9 REKLAMACE

- 9.1. Půjčitel odevzdá Vypůjčiteli přístroj v ujednaném počtu ks, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.2. Smlouvy. Půjčitel odpovídá za vady přístroje v plném rozsahu dle příslušných ustanovení právních předpisů.
- 9.2. Vypůjčitel není povinen převzít zapůjčený přístroj, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek.
- 9.3. Půjčitel garantuje, že dodaný přístroj bude po celou dobu výpůjčky funkční, bezporuchový a kvalitní, tzn., že zapůjčený přístroj bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 9.4. Po celou dobu výpůjčky přístroje bude Půjčitel Vypůjčiteli poskytovat úplný a bezplatný servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Vypůjčitele spojené s komplexním servisem přístroje. Půjčitel bude též bezplatně provádět bezpečnostní technickou kontrolu (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., a zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem přístroje.
- 9.5. Půjčitel neodpovídá za vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do přístroje Vypůjčitelem nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Vypůjčiteli, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 9.6. Vypůjčitel je povinen ohlásit vady Půjčiteli neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Půjčitele uvedené ve čl. 13.4. Smlouvy.
- 9.7. Půjčitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 72 hodin nahlášení vady Vypůjčitelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Do doby nástupu se nezapočítávají státní svátky a víkendy. Okamžik nahlášení vady Vypůjčitelem se považuje za uplatnění vady vůči Půjčiteli na kontaktní telefon, nebo email, který Půjčitel uvede v čl. 13.4. této Smlouvy. Bude-li to připouštět charakter

vady, je Půjčitel povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji Půjčitel odstraní ve své provozovně.

- 9.8. V této souvislosti bere Půjčitel na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 9.9. Vypůjčitel je povinen přístroj zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí přístroje za účasti zástupce nebo dopravce Vypůjčitele, který tuto skutečnost potvrdí. Vypůjčitel při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, rozhodne, zda vyzve Půjčitele k odstranění vady nebo přístroj vrátí. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání přístroje, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
- 9.10. Reklamacce musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí přístroje anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Půjčitel je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem.

## 10 OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Půjčitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Půjčitel na vyzvání a ve spolupráci s Vypůjčitelem (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Půjčitel poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Půjčitel je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Půjčitel poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ. Půjčitel je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací VZ minimálně do 10 let od uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze Smlouvy. Půjčitel je povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci VZ a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.2. Po předání přístroje provede Půjčitel úvodní základní zaškolení Vypůjčitele k obsluze přístroje v potřebném rozsahu. Následně Půjčitel zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Vypůjčitele v potřebném rozsahu. Půjčitel současně zaškolí určené zaměstnance Vypůjčitele tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Vypůjčitele k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Půjčitel o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Vypůjčiteli k archivaci.
- 10.3. Půjčitel je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Vypůjčitele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Půjčitel doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele. Půjčitel s předstihem písemně oznámí Vypůjčiteli plánovanou změnu technika uvedeného ve čl. 13.4. Smlouvy. Před zahájením činnosti nového technika poskytne Půjčitel Vypůjčiteli na vyzvání kopii certifikátu na provádění obsluhy přístrojů od

nového technika, příp. další doklady. Nový technik bude oprávněn vykonávat činnost pouze s písemným souhlasem oprávněného zástupce Vypůjčitele.

- 10.4. V případě, že se Půjčitel při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v zapůjčeném přístroji a IT systému Vypůjčitele, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Půjčitel je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.5. Vypůjčitel jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Půjčiteli jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 10.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Půjčitel vyhrazuje Vypůjčiteli časově omezené (po dobu výpůjčky přístroje), nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely.

## 11 UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Tato Smlouva může být ukončena:

- a) splněním této Smlouvy (ukončením doby výpůjčky),
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) předčasným vrácením přístroje Půjčiteli za podmínek stanovených v čl. 12.2. Smlouvy,
- d) předčasným ukončením související Kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu.

11.2. Výpůjčka může být předčasně ukončena vrácením přístroje za podmínky:

- a) Vypůjčitel písemně oznámí Půjčiteli nejméně 30 dní předem, že přístroj vrátí, a to bez důvodu i z jakéhokoli důvodu,
- b) Vypůjčitel použije přístroj v rozporu se Smlouvou; Vypůjčitel vrátí přístroj do 10 dnů od doručení písemné výzvy Půjčitele k vrácení;

11.3. V případě vrácení přístroj jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od vrácení přístroje, nebo v dohodnuté lhůtě.

11.4. Půjčitel odpovídá za škodu, pokud řádně nezaškolil Vypůjčitele k užívání přístroje nebo způsobila-li škodu vada věci, kterou Půjčitel zatajil.

11.5. Práva smluvních stran musí být uplatněna do 3 měsíců od vrácení přístroje, jinak nebudou přiznána, jestliže druhá strana namítne opoždění práva.

11.6. Vypůjčitel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Výzvy, změnu závazku, kdy je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě závažných okolností o dobu trvání překážky, nejdéle však o 30 kalendářních dnů, navýšit kupní cenu v případě změny sazby DPH v daňových předpisech a prodloužit předpokládaný termín zahájení dodávky z důvodů průtahů v poptávkovém řízení.

11.7. Vypůjčitel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Výzvy, změnu závazku, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy nebo související kupní smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

## 12 KOMUNIKACE

- 12.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
- 12.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se připouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.
- 12.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.
- 12.4. Půjčitel, pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osobou:

### Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno: Ing. Jakub Kondelík  
E-mail: [offers\\_cz@bio-rad.com](mailto:offers_cz@bio-rad.com)  
Tel.: +420 602 710 910

- 12.5. Vypůjčitel pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osobou:

### Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno: Ing. Martin Grolmus  
E-mail: [martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz](mailto:martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz)  
Tel.: +420 376 334 211

## 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 13.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Vypůjčitele.
- 13.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 13.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.
- 13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Vypůjčitel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.
- 13.6. Na tuto Smlouvu navazuje Kupní smlouva na dodávku reagensů a spotřebního materiálu a zajištění servisu přístroje, která byla smluvními stranami uzavřena na základě veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy. Ukončení jedné smlouvy znamená zároveň skončení druhé smlouvy.

13.7. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.


13.8. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.

13.9. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:


Příloha č. 1 – Technická specifikace

13.10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, Horažďovicích



za Půjčitele



za Vypůjčitele



TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
DODÁVKA DIAGNOSTICKÝCH REAGENCIÍ VČ. VÝPŮJČKY ANALYZÁTORU NA GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN PRO NNP HORAŽĎOVICE A STODSKOU NEMOCNICI A.S.					
ZADAVATEL					
Hlavní zadavatel:	Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.				
Sídlo:	Blatenská 314, Horažďovice, 341 01			IČO:	26360870
Statutární zástupce:	Ing. Martin Groimus - předseda rady jednatelů, Ing. Ondřej Provaill, MBA - místopředseda rady jednatelů				
Zadavatel 2:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, 333 01 Stod			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., předseda představenstva, Mgr. Daniel Hájšman, místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	poptávkové řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Bio-Rad spol. s r.o.				
Sídlo:	Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4			IČO:	49243764
Statutární zástupce:	Ing. Ondřej Skála, jednatel		Kontaktní osoba:	Ing. Jakub Kondlík	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 Výzvy dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele.</b> Take u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřídění „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Měně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Analyzátor na měření glykovaného hemoglobinu	2	po dobu tendru	Název: D-10 Hemoglobin Testing Systém, 220-0220 Sériové číslo: DC2F728007, DB6G060413 (předběžná informace, může dojít ke změně) Výrobce: Bio-Rad spol. s r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Závazná specifikace zadavatele:					
Požadavky na přístrojové vybavení:					
Požadovaný princip měření: HPLC - vysokoučinná kapalinová chromatografie				ANO	
Zpracování vzorků ze stojánků				ANO	
Min. kapacita stojánku na vzorky 4 ks				ANO	
Tisk primární dat				ANO	
Integrovaná čtečka čárových kódů				ANO	
Měření bez nutnosti přípravy vzorku před měřením				ANO	
Další požadavky na přístrojové vybavení:				ANO	
Online komunikace s LIS skrze čárové kódy na zkumavce vzorku				ANO	
Zásah servisu max. 72 hod. po nahlášení závady				ANO	
* dodavatel v nabídce předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroj i uživatelském manuálu)				ANO	
* spotřební materiál i přístroj musí zadavatel zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění.				Přílohy: Straj i souprava mají IVD CE značku, tím jsou ve shodě s Evropskou legislativou a splňují nároky na ISO 15189	
1 ks přístroje bude zapůjčen Stodské nemocnici, a.s. a 1 ks přístroje Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.				ANO, 2 přístroje D10 Hemoglobin Testing System	
				V Praze dne 30.3.2023	
				Zpracoval: Ing. Jan Kotlík	