

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „*kupující*“

a

Dräger medical, s.r.o.

se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice

IČ: 26700760

DIČ: CZ26700760

zastoupená: Mgr. Janem Matuchou, Commercial Manager CZ&SK, na základě plné moci

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88291

bankovní spojení: Deutsche Bank, č.ú.: 3172300003/7910

na straně druhé jako „*prodávající*“

tento

Dodatek č. 1

Ke smlouvě ze dne 29.7.2022 (SMLN-2022-617-000454)

(dále jako „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „**Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla II.**“ část V. **Vyšetřovací pojízdná svítidla a svítidla na zeď**, interní evidenční číslo **VZ-2022-000371**, uzavřely dne 29.7.2022 smluvní strany Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek prodávajícího postupně dodávat kupujícímu **5ks vyšetřovacích pojízdných svítidel a dalších 40ks svítidel ve variantě s upevněním na zeď nebo s upevněním na eurolištu včetně příslušenství**, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy, a současně závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu změny rozložení skladby (uspořádání) provozu a zajištění větší dostupnosti světel, je kupující nucen změnit poměr mezi počtem vyšetřovacích pojízdných světel a svítidel ve variantě s pevným upevněním na

stěnu nebo na eurolištu. Smluvní strany se proto dohodly, že dojde k **navýšení počtu** pojízdných světel o **10 kusů**, kdy zároveň dojde k **ponížení počtu** světel s upevněním na stěnu / eurolištu o **10 kusů**.

2. Z výše uvedených důvodů a v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ se ustanovení čl. II. odst. 1. smlouvy mění takto:

„Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího postupně dodávat kupujícímu: **15 ks vyšetřovacích pojízdných světel** a dalších **30 ks světel ve variantě s upevněním na zeď nebo s upevněním na eurolištu** včetně příslušenství, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy (dále „předmět plnění“ nebo „zboží“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.“

Ve zbytku je předmět plnění smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

3. Z výše uvedených důvodů se kupní cena za předmět plnění v souhrnu navýší o částku **12.000,- Kč bez DPH**. Ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy se proto mění takto:

Kupní cena za předmět plnění činí:

985 500 Kč bez DPH,
206 955 Kč 21% DPH,
1 192 455 Kč včetně DPH

4. Příloha č. 1 smlouvy ruší a je nahrazena Přílohou č. 1 k tomuto dodatku. Příloha č. 2 smlouvy se ruší a je nahrazena Přílohou č. 2 k tomuto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace

Příloha č. 2 – Tabulka splnění technických podmínek

V Olomouci dne.....

V Čestlicích dne.....

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Mgr. Jan Matucha
Commercial Manager CZ&SK
na základě plné moci

Položkový seznam

Položka	Název	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dodávka zákrokové vyšetřovací svítidlo s upevněním na zeď nebo medilištu Visiano 20-2	30	ks	21 500 Kč	645 000 Kč
2	Dodávka zákrokové vyšetřovací svítidlo pojízdné Visiano 20-2	15	ks	22 700 Kč	340 500 Kč

Cena celkem bez DPH vč. dopravného, předání a zaškolení obsluhy, BTK po dobu záruky

985 500 Kč

Název veřejné zakázky: Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla		
Část V. - Vyšetřovací pojízdná svítidla a svítidla na zeď		
Uveďte typ, výrobce:	Derungs Visiano 20-2	
Předmět veřejné zakázky - část V.		
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 5 ks vyšetřovacích pojízdných svítidel a dalších 40 ks svítidel ve variantě s upevněním na zeď, nebo s upevněním na eurolištu (zadavatel upřesní způsob upevnění vždy před dílčí dodávkou), včetně příslušenství. Předmět plnění bude dodáván průběžně na základě dílčích objednávek zadavatele během 1 kalendářního roku od uzavření smlouvy. Součástí předmětu plnění je demontáž, odvoz a ekologická likvidace původních svítidel, provedení instruktaže personálu a záruční a pozáruční servis.		
Technická specifikace - vyšetřovacích svítidel	Splnění ANO / NE	Uvedení reálných hodnoty, pokud je to relevantní (hodnoty musí odpovídat hodnotám svítidel uvedeným v předložených technických listech)
Specifikace zákrokového vyšetřovacího světla s upevněním na zeď		
Světlo musí být zdravotnickým prostředkem	Ano	
Světelný výkon svítidla musí být minimálně 55000 lux / 0,5m	Ano	60 000lux
Průměr světelného pole světla musí být minimálně 210mm / 0,5m.	Ano	210mm
Svítidlo musí mít možnost nastavení intenzity svítivosti 10 – 100% :	Ano	
• minimálně ve 3 stupních.	Ano	4 stupně
Index vykreslení barev Ra musí být > 95	Ano	
Svítidlo umožňuje úhel otočení hlavy svítidla 360 stupňů	Ano	
Ovládání svítidla na hlavě svítidla	Ano	
Svítidlo musí mít celkovou délku ramene min.105cm (součet délek prvního a druhého ramene)	Ano	108cm
Požadujeme dvouramenné svítidlo, kdy první rameno je otočné-kyvné, druhé rameno je kyvné a hlava svítidla je otočná-kyvná	Ano	
Svítidlo musí být vyrobeno z antimikrobiálního hygienického materiálu	Ano	
Napájení svítidla 230V/50Hz	Ano	
Svítidlo bude připojeno na stávající rozvod el. proudu nebo napájeno přes el. zásuvku 230 V / 50 Hz	Ano	zásuvka
Součástí svítidla musí být držák na zeď hliníkový	Ano	
Součástí dodávky musí být výchozí revize elektro	Ano	
Specifikace zákrokového vyšetřovacího svítidla v pojízdné variantě	Splnění ANO / NE	Uvedení reálných hodnoty, pokud je to relevantní (hodnoty musí odpovídat hodnotám svítidel uvedeným v předložených technických listech)
Svítidlo musí být zdravotnickým prostředkem	Ano	
Světelný výkon světla musí být minimálně 55000 lux / 0,5m	Ano	
Průměr světelného pole světla musí být minimálně 210mm / 0,5m	Ano	210mm
Svítidlo musí mít možnost nastavení intenzity svítivosti 10 – 100% :	Ano	
• minimálně ve 3 stupních.	Ano	
Index vykreslení barev Ra musí být > 95	Ano	
Svítidlo umožňuje úhel otočení hlavy svítidla 360 stupňů	Ano	
Ovládání svítidla na hlavě svítidla	Ano	
Svítidlo musí mít celkovou délku ramene min.105cm (součet délek prvního a druhého ramene)	Ano	108cm
Požadujeme dvouramenné svítidlo, kdy první rameno je otočné-kyvné, druhé rameno je kyvné a hlava svítidla je otočná-kyvná	Ano	
Svítidlo musí být vyrobeno z antimikrobiálního hygienického materiálu	Ano	
Napájení svítidla 230V/50Hz	Ano	
Svítidlo má napájecí (přívodní) kabel připojitelný do elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz	Ano	
Součástí dodávky svítidla musí být pojízdný stojan	Ano	
Specifikace zákrokového vyšetřovacího svítidla s upevněním na eurolištu	Splnění ANO / NE	Uvedení reálných hodnoty, pokud je to relevantní (hodnoty musí odpovídat hodnotám svítidel uvedeným v předložených technických listech)
Svítidlo musí být zdravotnickým prostředkem	Ano	
Světelný výkon světla musí být minimálně 55000 lux / 0,5m	Ano	
Průměr světelného pole světla musí být minimálně 210mm / 0,5m	Ano	
Svítidlo musí mít možnost nastavení intenzity svítivosti 10 – 100% :	Ano	
• minimálně ve 3 stupních.	Ano	
Index vykreslení barev Ra musí být > 95	Ano	
Svítidlo umožňuje úhel otočení hlavy svítidla 360 stupňů	Ano	
Ovládání svítidla na hlavě svítidla	Ano	
Svítidlo musí mít celkovou délku ramene min.105cm (součet délek prvního a druhého ramene)	Ano	
Požadujeme dvouramenné svítidlo, kdy první rameno je otočné-kyvné, druhé rameno je kyvné a hlava svítidla je otočná-kyvná	Ano	
Svítidlo musí být vyrobeno z antimikrobiálního hygienického materiálu	Ano	
Napájení svítidla 230V/50Hz	Ano	
Svítidlo má napájecí (přívodní) kabel připojitelný do elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz	Ano	
Součástí dodávky svítidla musí být držák na eurolištu	Ano	
Součást dodávky - pro všechna svítidla	Splnění ANO / NE	Poznámky
Součástí dodávky je výchozí revize elektro u variant pevně připojených svítidel	Ano	
Součástí dodávky je deinstalace a likvidace stávajících svítidel	Ano	
Pravidelné prohlídky, servis a instruktaž - pro všechna svítidla	Splnění ANO / NE	Poznámky
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním zněním zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma	Ano	
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním zněním zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek	Ano	

Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	Ano	
Obecné požadavky - pro všechna svítidla	Splnění ANO / NE	Poznámky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší	Ano	24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let	Ano	

* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků