

Příloha č.1

1. **Technické požadavky:**

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Specifikace:**

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

3. **Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Výukový model pro nácvik KPR		
Modul – celotělový, popř. torzo těla s neintubovatelnou hlavou	ano	Nabídka MM-23-126
Výukový defibrilační systém	ano	Nabídka MM-23-126
Použití bez nutnosti připojení do el. sítě (integrovaná baterie)	ano	Nabídka MM-23-126
Bezdrátové, bezkontaktní připojení (Komunikační rozhraní – tablet nebo PC)	ano	Nabídka MM-23-126
Program na vyhodnocení KPR	ano	Nabídka MM-23-126