

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - 2. VYHLÁŠENÍ (VZMR)

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Část 2 - Flexibilní video-laryngoskop

#### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. –předseda představenstva , MUDr. Iva Pešková - místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	III

#### DODAVATEL

Název dodavatele:	MeWAdia, s.r.o.		
Sídlo:	Hlinky 64, 603 00 Brno	IČO:	27683818
Statutární zástupce:	Ing. Attila Kúrti	Kontaktní osoba:	

#### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 **Výzvy** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1	Flexibilní video-laryngoskop	1		<p>Název: Videolaryngoskop EN-1029 s HD procesorem HV-3101</p> <p>Sériové číslo: <b>DOPLNÍ DODAVATEL</b></p> <p>Výrobce: Zhuhai Seesheen Medical Technology Co., Ltd., ČLR</p> <p><b>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</b></p>	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>					
	Kompaktní přenosný systém videolaryngoskopu				<b>ano</b>
	Min. 10" monitor s dotykovým displejem a HD rozlišením 1280x720 pixelů			<b>10"</b>	<b>ano</b>
	Možnost provozu na Li-ion akumulátor bez připojení do sítě po dobu min. 4 hodin				<b>ano</b>
	Čipová technologie CMOS + LED				<b>ano</b>
	LED technologie integrovaná do monitoru-procesoru (není nutný žádný jiný externí zdroj světla)				<b>ano</b>
	Pracovní délka endoskopu 300mm			<b>300mm</b>	<b>ano</b>
	Vnější průměr endoskopu max. 2,4mm			<b>2,4mm</b>	<b>ano</b>
	Ohyb nahoru/dolů 130/130 stupňů			<b>130°/130°</b>	<b>ano</b>
	zorné pole 90 stupňů			<b>90°</b>	<b>ano</b>
	Hloubka ostření 3-50mm			<b>3-50mm</b>	<b>ano</b>
	Automatické vyvážení bílé barvy				<b>ano</b>

3 ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu: foto/video, zmrazení obrazu, zoom		ano
HDMI video výstup pro připojení externího monitoru		ano
Ukládání obrázků a videosekvencí na SD kartu		ano
<b>Příslušenství:</b>		
tester těsnosti, SD karta, USB adaptér pro připojení SD karty do externího zařízení, HDMI kabel pro připojení externího monitoru, kufr		ano
• Endoskop je resterilizovatelný a opakovaně použitelný bez omezení počtu použití	opakovaně použitelný bez omezení počtu použití , dezinfikovatelný	ano
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: Prospekt EN-1029, prohlášení o shodě	
	V Brně dne 4.2.2023 Zpracoval: [REDACTED]	

Ing.  
Attila  
Kürti

Digitálně  
podepsal Ing.  
Attila Kürti  
Datum:  
2023.05.17  
13:54:30 +02'00'