

Objednávka 4600110802

Datum objednávky 23.05.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Medisap, s.r.o.
Na Rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

Vaše číslo dodavatele u nás
 1000046

Termín dodávky: 23.05.2023

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	oprava po BTK- Aro anestezie 99.500,00	99.500,00

Objednáváme u Vás opravu na anesteziologických přístrojích AISYS CS2
 Při bezpečnostně technických prohlídkách byly zjištěny tyto nedostatky

důvod opravy:

Anesteziologický přístroj

typ: AISYS CS2

v.č: APWY01131

inv.č: 410001617

Závada: -provedení výměny vadného indikátoru napájení

+

Přístroj anesteziologický AISYS CS2 - inv.č: 410001617

typ: AISYS CS2

Modul Carescape ON vč: SNA19190044SA

Závada: Vylomený NIBP konektor, provedení výměny patient blocku

inventární číslo: 410001617/3

+

Objednávka 4600110802

Datum objednávky 23.05.2023

Medisap, s.r.o.
130 00 Praha 3

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
	Přístroj anesteziologický AISYS CS2 - inv.č: 410001616 Modul :E-sCAiOVE výrobní číslo: SGV18375006HA Závada: Netěsnost, nestabilní vzorkovací průtok, provedení výměny vzorkovací pumpy inventární číslo: 410001616/5			

Kontakt nemocnice Most

ARO - anestezie - [REDACTED]

TERMÍN: OPRAVU PROVÉST CO NEJDŘÍVE!!!

CENA ZA OPRAVU JE 99500 Kč VČETNĚ DPH, PRÁCE, CESTY, NUTNÉ VÝMĚNY NÁHRADNÍCH DÍLŮ A MENŠÍ REZERVY.

CENA BYLA STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO CENOVÉHO NÁVRHU 01-3-001219

FIRMA: MEDISAP

Celk.hodn. s DPH CZK , 99.500,00

Vystavil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

DODAVATEL IČ [redacted] DIČ [redacted] medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Objednávka [redacted] ze dne 19.05.2023 Naše zakázka 01-3-0001219 Den vystavení 19.05.2023
ODBĚRATEL IČ [redacted] SERVIS DIČ [redacted]	
Krajská zdravotní, a.s., - Nemocnice Most, o.z. Odd. obslužných klinických činností - J.E.Purkyně 270 434 64 Most	

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzému k opravě :

Anesteziologický přístroj Aisys CS2 v.č. APWY01131 ; CARESCAPE One v.č. SNA19190044SA ;
 Modul E-sCAiOVE v.č. SGV18375006HA ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-3-0001219**
 Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan [redacted]

Cenový návrh:

Oprava - Aisys CS2 + příslušenství

APWY01131 - Povedení výměny vadného indikátoru napájení
 SNA19190044SA - Vylomený NIBP konektor, provedení výměny patient blocku
 SGV18375006HA - Netěsnost, nestabilní vzorkovací průtok, provedení výměny vzorkovací pumpy

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
1009-5514-000	MAINS LED GREEN AC ASSY	1,00 ks	1 460,00	1 460,00
2090382-003	FRU CARESCAPE ONE PATIENT BLOCK ASSEMBLY	1,00 ks	19 232,00	19 232,00
M1206290	Pump E-sCAiO module	1,00 ks	54 887,20	54 887,20
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00 hod	1 490,00	2 980,00
9998-1	Dopravné	200,00 počet	16,50	3 300,00
Celkem bez DPH				81 859,20

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne

podpis

VYSTAVIL

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 23. května 2023 13:53
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: OBJEDNÁVKA Č.4600110802 - OPRAVA PO BTK / AISYS + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme za vaši objednávku 4600110802, kterou evidujeme pod číslem zakázky 01-3-1219. Práce provede náš technik [REDACTED] který se vám ozve a domluví konkrétní termín.

V rámci zefektivnění servisních služeb vás prosíme nadále používat pro zasílání objednávek výhradně emailovou adresu [REDACTED]

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
Dispečink servisního oddělení
[REDACTED]

medisap, s.r.o.
Na Rovnosti 5
provozovna: Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Czech Republic
www.medisap.cz

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 23, 2023 11:30 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: OBJEDNÁVKA Č.4600110802 - OPRAVA PO BTK / AISYS + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dobrý den,

V příloze posílám objednávku č.4600110802 na opravu anesteziologických přístrojů AISYS dle cenového návrhu č. 01-3-0001219
Závady byly zjištěny při BTK .

Žádám Vás tímto o potvrzení objednávku

[REDACTED]