














Nabídka č.

23230122

Strana: 1

Dodavatel: Medicom a.s. Praha Dobropolská 12 102 00 Praha 10 tel.: 02 71001511 fax.: 02 71001515 E-mail:  IČO: 00538078 DIČO: CZ00538078 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 216	Odběratel: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc, Hodolany IČO: 26873346 DIČO: CZ26873346					
Bankovní spojení KB Praha - Expozitura Chodov č.ú. 107-4574370287/0100 IBAN: CZ33 0100 0001 0745 7437 0287 BIC/SWIFT: KOMB CZ PP Variabilní symbol: 23230122	Datum vystavení nabídky: 22.03.2023 Datum platnosti nabídky: 05.04.2023 Způsob platby: Převodem					
Označení dodávky	Množství	Jedn.cena.	Jedn.sleva	Cena celkem	Sazba	DPH
DermoScan X2 celotělový skener	1					
Dermogenius Ultra polarizovaný digitální dermatoskop	1					
Dermogenius Ultra program MoleExpertMicro	1					

	Daňový základ	DPH
Daň.skup. 15%:	0,00 Kč	0,00 Kč
Daň.skup. 21%:	837 000,00 Kč	175 770,00 Kč
Bez daně:	0,00 Kč	
	Celkem:	1 012 770,00 Kč

Nabídku vystavil: 



**CELOTĚLOVÝ DIGITÁLNÍ
DERMATOSKOP - specifikace
minimálních požadavků**

Lokace: Středomoravská nemocniční
a.s. - Nemocnice Přerov
Kód ID: 00006378 (23022)
Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	MediCom, a.s. Praha
	Název nabízené technologie	Celotělový skener DermaScan X2, digitální dermatoskop DermoGenius Ultra polarizovaný s programem MoleExpertMicro
	Výrobce	DermaScan GmbH
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita		
Kompatibilita se stávajícím vybavením	Ne	kompletní systém bez návaznosti na stávající vybavení
Medicínský účel		
Vyšetření kožních útvarů	ANO	vyšetření pigmentových kožních útvarů
Technické parametry		
Celotělový dermatoskop		
Kamera		
Počet kamer a popis jejich funkce při celotělovém skenu	2 pevně umístěné fotoaparáty se synchronním focením; případně obdobné technické řešení	2 pevně umístěné fotoaparáty SRL Canon EOS 800D se synchronním focením
Rozlišení	min. 18 Mpix	24 Mpix
Parametry objektivu	uveďte dodavatel	Canon EFS 18-55mm STM
Zvětšení	uveďte dodavatel	2x max 150x
Parametry přídavného osvětlení	uveďte dodavatel	Profesionální studiový blesk s maximální energií blesku 400J a difuzérem
Rychlost celotělového skenu pacienta	max. 5 min.	do 1 minuty
SW		
Požadavky na PC hardware	uveďte minimální požadavky na PC hardware	PC je součástí dodávky a je níže specifikováno
Archivace snímků	uveďte kapacitu	Databáze pacientů uložena na SSD disku počítače s vyhrazenou kapacitou 400 GB
Databáze pacientů s vyhledáváním dle jména, rodného čísla, diagnózy, fulltextové vyhledávání	ANO	Ano
Systém pro automatické snímkování povrchu těla	ANO	Ano, 4 snímky (přední zadní a 2 boční) plus 2 volitelné snímky např. ploska nohy, temeno hlavy
Systém pro nastavení stejné polohy těla, hlavy a končetin při kontrolním snímkování jako při prvním snímkování	ANO	Ano, podložka se značkami pro nohy, systém nevyžaduje speciální nastavovací proceduru pro polohy hlavy a rukou. Při snímkování systém ukazuje stínový snímek předchozího snímkování.
Expertní systém	uveďte popis expertního systému a na čem je založen	Ano, systém upozorňuje na nové nebo změněné (větší nebo tmavší) pigmentové léze, je založen na programu MoleExpertMacro
Porovnání snímků/nálezů v čase	ANO	Ano, porovnání celotělových snímků 2 vyšetření
SW pro vyhledávání nových lézí	ANO	Ano, systém upozorňuje na nové pigmentové léze
Ruční dermatoskop	ANO	
Kamera		
Rozlišení	min. 5 Mpix	5 Mpix (2592x1944)
Parametry objektivu	uveďte dodavatel	objektiv s fixním fokusem a precizní optikou
Zvětšení	min. 100 krát, uveďte rozsah	12 - 150 krát
Parametry přídavného osvětlení	uveďte dodavatel	LED osvětlení spektrem denního světla, nepolarizované i polarizované (přepínání tlačítkem na kameře)
Displej na kameře	uveďte dodavatel	Ne
Délka kabelu mezi kamerou a PC	min. 2 m	3 m
Nástavec s polarizačním filtrem	ANO	Ano, polarizační filtr integrovaný v kameře, možnost přepínání polarizovaného a nepolarizovaného osvětlení tlačítkem na kameře
Hmotnost	uveďte uchazeč	220 g včetně kabelu délky 3m
SW		
Požadavky na PC hardware	uveďte minimální požadavky na PC hardware	PC je součástí dodávky a je níže specifikováno
Archivace snímků	uveďte kapacitu	Ano, databáze pacientů uložena na SSD disku počítače s vyhrazenou kapacitou 400 GB
Databáze pacientů s vyhledáváním dle jména, rodného čísla, diagnózy, fulltextové vyhledávání	ANO	Ano, nelze vyhledávat dle diagnózy
Expertní systém	uveďte popis expertního systému a na čem je založen	Ano program MoleExpertMicro, rozšířené ABCD pravidlo. Expertní systém nevyžaduje pravidelné poplatky za používání v následujících letech.
Zobrazení ABCD pravidla	ANO	Ano
Porovnání snímků/nálezů v čase	ANO	Ano
SW pro automatické vyhodnocování léze	ANO	Ano program MoleExpertMicro
Počet snímků na jednoho pacienta a počet vyšetřovaných unikátních lézí na jednom pacientovi není SW omezen	ANO	Ano
Fototrichologie	NE	možnost dokoupení kitu Trichoscan
Dermatoskopie s polarizačním filtrem	ANO	Ano
Mobilný vozík	ANO	
Laserní marker pro určení vzdálenosti	NE	Ne
Políčka a držáky pro veškeré části celotělového dermatoskopu	ANO	Ano, políčka se stranovým výsuvem pro klávesnici, myš a držák kamery digitálního dermatoskopu a políčka pro tiskárnu
Počítač	ANO	Počítač processor Intel Core 7, 16GB operační paměť, SSD disk 500GB, Windows 10 Pro/64bit
Monitor	min. 23" ; optimálně dotykový displej - Uveďte dodavatel	27" dotykový monitor
Barevná tiskárna	NE	Ne