

Veřejná zakázka **Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu, část 11 – Lůžka**

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

sídlo: Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
zapsána: v obch. rejstříku pod sp. zn. Pr 466 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
za kterého jedná: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel
IČO: 00511951
DIČ: CZ00511951
kontaktní osoba: Petr Adam, náměstek hospodářsko-technické služby
telefon: 731 619 138
e-mail: padam@nempe.cz

dále jen „Kupující“ či „smluvní strana“

a

L I N E T spol. s r.o.

sídlo: Želevec 5, 274 01 Slaný
za kterého jedná: Bc. Zdeněk Grimm, MBA, ředitel obchodu pro ČR a SR, na základě plné moci
zapsána: v obch. rejstříku pod sp. zn. C 163 vedenou u Městského soudu v Praze
IČO: 00507814
DIČ: CZ00507814
číslo účtu: 58242141/0100
kontaktní osoba: Bc. Jiří Provazník, MBA
telefon: 724 124 003
e-mail: jiri.provaznik@linet.cz

dále jen „Prodávající“ či „smluvní strana“

Kupující a Prodávající společně dále jen „smluvní strany“

II. PREAMBULE

2.1 Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu**, systémové číslo P23V00000255 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla pro **část 11** veřejné zakázky s názvem **Lůžka** vybrána jako nejvýhodnější nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka“), a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat nové nepoužité zdravotnické prostředky ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle přílohy č. 1 této smlouvy a nabídky Prodávajícího (dále jen „zdravotnické prostředky“ či jednotlivě jen „zdravotnický prostředek“ či „přístroj“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k zdravotnickým prostředkům, a dále závazek Prodávajícího:

- provést instalaci zdravotnických prostředků a uvést je do trvalého provozu,
- zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zdravotnických prostředků dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a dále provést zaškolení obsluhy u všech Kupujícím určených pracovníků (cca 40 osob) na dodaných zdravotnických prostředcích po jejich instalaci a zprovoznění v Nemocnici Pelhřimov v rozsahu min. 1 pracovního dne, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,
- realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,
- provádět záruční servis za podmínek stanovených touto smlouvou,

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku Prodávajícího.

- 3.2 Spolu se zdravotnickými prostředky je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré doklady, které jsou potřebné k používání zdravotnických prostředků, jejich součástí a příslušenství, a které osvědčují splnění právních a technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k obsluze v českém jazyce jak v listinné, tak elektronické podobě, kompletní dokumentaci v českém jazyce, tj. záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, nezbytné revizní zprávy, doklady o provedení zkoušek způsobilosti provozovat zdravotnické prostředky dle příslušných právních předpisů, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN a další doklady a dokumenty stanovené výrobcem a právními předpisy, pokud je Prodávající Kupujícímu nepředložil již před uzavřením této smlouvy.
- 3.3 Prodávající se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu předání a převzetí plnění. V případě, že Prodávající tento svůj závazek poruší, je Kupující oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, která v důsledku tohoto Kupujícímu vznikla.
- 3.4 Prodávající bere na vědomí, že Kupující bude po předání a převzetí zdravotnických prostředků a předchozí domluvě s Prodávajícím během záruční doby organizovat exkurze studentů středních či vysokých škol a každoroční den otevřených dveří pro studenty gymnázií (dále jen „exkurze“), a to za účelem motivace ke studiu lékařských či nelékařských oborů na vysoké škole a zajištění si tak dostatku zdravotníků v nemocnicích na Vysočině, přičemž Prodávající se v souvislosti s těmito exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost. Iniciátorem a organizátorem exkurze je Kupující. Kupující navrhne termín a program exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení kontaktní osobě Prodávajícího alespoň 1 týden před plánovaným termínem exkurze. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí Kupující po předchozí domluvě s Prodávajícím. Prodávající se zavazuje v čase dohodnutém s Kupujícím poskytovat účastníkům exkurze odborný výklad k dodaným zdravotnickým prostředkům. Počet exkurzí nepřesáhne 1 exkurzi za 12 následujících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Kupující zaplatí Prodávajícímu za splnění předmětu smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
- 4.2 Kupní cena za splnění předmětu smlouvy činí **13 450 090 Kč bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za splnění předmětu smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy **15 655 636,48 Kč**.
- 4.3 Kupní cena za splnění předmětu smlouvy je cenou konečnou, je v ní zahrnuta cena za veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění, k jeho uvedení do řádného provozu a veškeré další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky aj.).
- 4.4 Kupní cena je maximální a nepřekročitelná a její změna je možná jen v případech uvedených v čl. 5.1 této smlouvy.
- 4.5 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

V. ÚPRAVA CENY

- 5.1 Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu uvedenou v čl. 4.1 této smlouvy jen v případě, pokud dojde ve lhůtě plnění předmětu smlouvy ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování cla a DPH, které se prokazatelně týkají předmětu smlouvy.
- 5.2 V případě neprovedení některé části plnění Prodávajícího dle této smlouvy bude kupní cena poměrně snížena.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 6.1 Kupní cenu Kupující uhradí na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura předložená Kupujícímu bude mít splatnost 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturu může Prodávající zaslat Kupujícímu i elektronicky, a to na e-mailovou adresu faktury@nempe.cz.
- 6.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu – faktury podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.3 Součástí faktury bude údaj o zařazení fakturovaného plnění do třídy zdravotnických prostředků.
- 6.4 Fakturu, která neobsahuje shora uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Kupující oprávněn vrátit Prodávajícímu. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Kupující v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.
- 6.5 Cena za plnění této smlouvy bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
- 6.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupující takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

- 7.1 Místem plnění je Pávilon Péče o rodinu v sídle Kupujícího na adrese Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov.

VIII. LHŮTA PLNĚNÍ

- 8.1 Prodávající se zavazuje dodat zdravotnické prostředky a provést jejich instalaci, zprovoznění a předání Kupujícímu nejpozději **do 8 týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 8.2 Předmět smlouvy bude Prodávajícím splněn včas, pokud zdravotnické prostředky budou řádně předány Kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů dle příslušných právních předpisů, které se k dodávaným zdravotnickým prostředkům vztahují, a této smlouvy. Předání bude potvrzeno podpisem předávajícího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3 Pokud lhůta plnění nemůže být prokazatelně dodržena z důvodu překážek, které při instalaci způsobil Kupující zejména neposkytnutím součinnosti Prodávajícímu, může být lhůta plnění po dohodě smluvních stran odpovídajícím způsobem prodloužena.

IX. DODÁNÍ A INSTALACE

- 9.1 Zdravotnické prostředky budou dodány Prodávajícím ve lhůtě plnění dle čl. 8.1 této smlouvy do místa plnění dle čl. 7.1 této smlouvy. Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání zdravotnických prostředků do místa plnění nejpozději 5 dnů předem. Zdravotnické prostředky budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.
- 9.2 Prodávající provede instalaci zdravotnických prostředků v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostor jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci zdravotnických prostředků, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

X. SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 10.1 Po provedení dodání a ukončení instalace Prodávající provede všechny potřebné výchozí revize, označí zdravotnické prostředky za provozuschopné a zajistí provedení funkční zkoušky a všech nezbytných počátečních zkoušek předepsaných právními předpisy a výrobcem. Poté Prodávající provede zaškolení personálu Kupujícího v jeho používání v předepsaném rozsahu, oznámí Kupujícímu připravenost k předání zdravotnických prostředků a navrhne termín předání.
- 10.2 Dojde-li před předáním či v průběhu předání zdravotnických prostředků Kupujícímu ke zjištění, že zdravotnické prostředky nejsou dodány v souladu s touto smlouvou, Prodávající na vlastní náklady odstraní případné vady, za které nese odpovědnost, a zopakuje funkční zkoušku. Pokud se ukáže, že původně zjištěná vada trvá, Prodávající vymění defektní díl a provede funkční zkoušku znovu.
- 10.3 Po úspěšném provedení funkční zkoušky se uskuteční předání a převzetí zdravotnických prostředků formou předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Podepsáním předávacího protokolu se má za to, že povinnosti Prodávajícího z této smlouvy byly splněny. Nepodepíše-li Kupující předávací protokol, ačkoliv na zdravotnických prostředcích a jejich funkčnosti nejsou zjištěny žádné vady, respektive jsou zjištěny vady, které nebrání jejich řádnému užívání (ty je Prodávající povinen následně odstranit, nese-li za ně odpovědnost), a jsou doloženy všechny požadované doklady, má se za to, že předávací protokol byl oboustranně podepsán dnem provedení funkční zkoušky. Totéž také platí, pokud Kupující není přítomen při provedení funkční zkoušky a na následek své nepřítomnosti byl písemně upozorněn.
- 10.4 Zdravotnické prostředky nesmí být Kupujícím ani třetí osobou používány před jejich předáním bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující ručí Prodávajícímu za škody, které případným neoprávněným používáním vzniknou.

XI. PODMÍNKY POUŽITÍ A ZMĚNY PODDODAVATELE

- 11.1 V případě, že Prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím Prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
- 11.2 Kupující doklady předložené dle čl. 11.1 této smlouvy bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim Prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
- 11.3 Prodávající není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
- 11.4 Prodávající v příloze č. 2 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu.
- 11.5 Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v příloze č. 2 této smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, musí být Prodávajícím jednoznačně identifikováni před jejich zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou identifikaci Prodávající musí prokazatelně předložit Kupujícímu. Bez předložení takové jednoznačné identifikace se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této smlouvy. Dle § 48a zákona o ZVZ Kupující neodsouhlasí použití poddodavatele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce.

XII. VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření této smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
- 12.2 Působení vyšší moci na straně Prodávajícího zakládá právo Prodávajícího požadovat přiměřeně prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost Kupujícího takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však Prodávající o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v plnění

smlouvy Kupujícího informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud Prodávající prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen Kupujícího informovat o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak Prodávající neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po Kupujícím spravedlivě požadovat, má Kupující právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo.

XIII. KONZULTACE

13.1 Smluvní strany si budou vzájemně předávat informace nezbytné k realizaci této smlouvy.

XIV. ZÁRUKA A SERVIS

- 14.1 Prodávající poskytuje na zdravotnické prostředky dodané dle této smlouvy záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne převzetí dodávky Kupujícím dle čl. 10.2 této smlouvy. Pro spotřební části a materiál a díly vystavené opotřebením anebo zničením je záruční doba Prodávajícím poskytována v délce 6 měsíců.
- 14.2 Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zdravotnické prostředky budou po dobu záruky za jakost plně funkční a budou mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které mají zdravotnické prostředky splňovat a které se na dané zdravotnické prostředky vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či Prodávajícím.
- 14.3 V rámci záruční doby dle čl. 14.1 této smlouvy Prodávající poskytne Kupujícím plný (full) záruční servis zdravotnických prostředků, včetně dodání případných náhradních dílů, přičemž Prodávající nese náklady spojené s cestovními náhradami servisních techniků, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad zdravotnických prostředků.
- 14.4 Záruční servis zahrnuje:
- preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí předmětu dodávky a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
 - opravy poruch a závad předmětu dodávky, tj. jeho uvedení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů tak, aby byl způsobilý k použití pro obvyklý účel,
 - standardní vylepšení předmětu dodávky a update a upgrade softwarového vybavení předmětu dodávky, požadované a doporučované výrobcem,
 - všechny výrobcem požadované či doporučené úkony (kontroly, validace, kalibrace a nastavení předmětu dodávky dle pokynů výrobce),
 - bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků, stanovené prohlídky, pravidelnou předepsanou odbornou údržbu předmětu dodávky v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích,
 - kontrolní prohlídky předmětu dodávky a jeho údržbu dle doporučení výrobce, resp. po určitém počtu provedených pracovních cyklů na něm tak, aby po celou dobu záruční lhůty byla zajištěna plná funkčnost předmětu dodávky, přičemž taková kontrolní prohlídka zahrnuje jak nezbytné servisní úkony, tak i technickou podporu, práci a cestu technika a veškeré další úkony a náklady související s prováděnou kontrolou,
 - provádění opatření k předcházení škod zahrnující min. čištění, mazání a seřizování mechanických částí systému včetně doplňování a náhrady provozních látek,
 - vedení knihy servisních prací,
 - podávání informací o stavu a bezpečnosti servisovaného systému a o případných žádoucích opravách a seřizovacích zásazích.
- 14.5 Servisní činnosti na předmětu dodávky sjednané touto smlouvou se Prodávající zavazuje realizovat takto:
- servis a odborná údržba předmětu dodávky budou Prodávajícím vykonávány s předepsanou periodou dle této smlouvy, a to z iniciativy Prodávajícího, v termínech dle provozních potřeb předmětu dodávky, v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející činnosti daného typu; Prodávající zodpovídá za dodržování časových intervalů bezpečnostně technických kontrol předmětu dodávky,
 - servisní zásahy prováděné Prodávajícím na výzvu Kupujícího je Prodávající povinen zajistit v následujících časových relacích:

- reakci servisního pracoviště max. do 4 pracovních hodin od nahlášení závady a nástup servisního technika max. do 18 pracovních hodin od nahlášení vady (dále jen „reakční doba“); pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po – Pá, 8.00 – 17.00 hod.
 - Prodávající je povinen uvést zdravotnické prostředky do provozu:
 - bez náhradních dílů – do 48 hodin od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů – do 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,
 - kontaktní osoby Kupujícího a Prodávajícího dohodnou harmonogram provádění pravidelných kontrol a bezpečnostních kontrol bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy; pokud k dohodnutí harmonogramu nedojde vinou nedostatečné součinnosti na straně Kupujícího, vytvoří Prodávající tento harmonogram sám a dá jej bez prodlení na vědomí Kupujícímu,
 - hlášení závad je Kupující povinen provádět písemně nebo telefonicky na níže uvedené kontaktní údaje Prodávajícího:
 - písemně na e-mailovou adresu: servis@linet.cz,
 - telefonicky na hot-line: 312 576 800,
 - Prodávající se dále zavazuje:
 - zajistit provádění průběžného servisního zabezpečení osobami odborně způsobilými,
 - vyhotovit o provedení a výsledcích každé činnosti pracovní výkaz (písemný protokol), který potvrdí obsluhu předmětného zařízení v rámci předmětu dodávky, přičemž pracovní výkaz musí obsahovat:
 - standardní údaje o povaze, průběhu a rozsahu prováděných činností,
 - závěrečné konstatování provozního stavu zařízení, v němž se nachází při předání pracovníkům Kupujícího,
 - v případě nefunkčnosti zařízení musí pracovní výkaz obsahovat popis závad a doporučení dalšího postupu k dosažení funkčního stavu zařízení.
 - je-li pro předmětné zařízení v rámci předmětu dodávky Kupujícím veden provozní deník, provede pracovník Prodávajícího do deníku též krátký zápis o provedené činnosti a jejím výsledku.
- 14.6 Předání výsledků servisní činnosti ze strany Prodávajícího se pro potřeby této smlouvy realizuje:
- po provedení odborné údržby nebo servisního zásahu podepsáním pracovních výkazů a dodacích listů pracovníky Kupujícího,
 - v případě bezpečnostně technických kontrol předáním protokolů o výsledcích takových kontrol Kupujícímu.
- 14.7 Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být Kupujícím neprodleně reklamovány, tj. oznámeny Prodávajícímu dopisem nebo e-mailem na kteroukoliv z adres Prodávajícího uvedou v čl. I. této smlouvy. Převzetí reklamace Prodávající potvrdí písemně Kupujícímu ve lhůtě 24 hodin od jejího obdržení, a to e-mailem nebo dopisem a Prodávající musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Na opravený či vyměněný komponent běží nová záruka v délce min. 6 měsíců, jež však neskončí dříve než záruka na dodané zdravotnické prostředky.
- 14.8 V případě uplatnění záruky za jakost může Kupující:
- požadovat bezplatné odstranění reklamované vady zdravotnického prostředku,
 - požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zdravotnického prostředku výměnou za reklamovaný, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; Prodávající je pak povinen dodat Kupujícímu bezplatně náhradní plnění odpovídajících parametrů do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany Kupujícího,
 - požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu.
- 14.9 V případě dodání náhradního zdravotnického prostředku výměnou za reklamovaný Prodávající nabývá vlastnické právo k náhradnímu zdravotnickému prostředku či jeho vyměňované části, součásti či příslušenství poskytnutým Prodávajícím v rámci takové výměny okamžikem poskytnutí takového náhradního zdravotnického prostředku, části, jeho součásti či příslušenství Kupujícímu, pokud nebyl jejich vlastníkem i v této době.
- 14.10 Po odstranění vady je Prodávající povinen předat Kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována vada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou Kupujícího, ze kterého bude vyplývat, že byla vada odstraněna, se vada považuje za odstraněnou.

- 14.11 Pokud zdravotnický prostředek nemůže být v důsledku vady na straně Prodávajícího v záruční době užíván více než 3 pracovní dny, prodlužuje se záruční doba uvedená v čl. 14.1 této smlouvy automaticky o počet dní, po které zdravotnický prostředek nemohl být užíván z důvodu neodstraněné vady.
- 14.12 Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu dodávky Kupujícími nebo třetí stranou, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, místem jeho používání, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak), na vady způsobené nesprávným připojením do elektrické, počítačové, internetové či jiné sítě (pokud takové připojení neprovedl sám Prodávající), na vady, které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku a škodní události nemající původ ve zdravotnickém prostředku.
- 14.13 Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině vady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením vady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalecova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za vadu podle posudku znalce.

XV. ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA

- 15.1 Prodávající se zavazuje po dobu 24 měsíců od převzetí zdravotnických prostředků podle čl. 10.2 této smlouvy Kupujícího informovat o dalším vývoji zdravotnických prostředků tohoto druhu a na jeho žádost za úhradu na zdravotnických prostředcích uskutečnit změny, které by sloužily k rozšíření anebo zlepšení jejich výkonu.
- 15.2 Prodávající se dále zavazuje za úplatu zajistit servis, podporu, dodávku náhradních dílů, spotřebního materiálu dodaných zdravotnických prostředků po skončení záruční doby po dobu jejich životnosti, či po dobu 8 let po uplynutí záruční doby, podle toho, co uplyne dříve.

XVI. PATENTOVÁ PRÁVA

- 16.1 Prodávající tímto prohlašuje, že předmět dle této smlouvy nemá žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Prohlašuje, že uhradí Kupujícímu náklady v případě, že třetí osoba uplatní vůči Kupujícímu oprávněné nároky, které vyplývají z patentových anebo jiných právních nároků na předmět této smlouvy. To platí za předpokladu, že Kupující o uplatnění nároku neprodleně Prodávajícího vyrozumí.

XVII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICTVÍ

- 17.1 Prodávající nese nebezpečí škody na zdravotnických prostředcích do okamžiku dodání zdravotnických prostředků do místa plnění a jejich předání dle této smlouvy Kupujícímu. Od okamžiku předání nese nebezpečí škody Kupující.
- 17.2 Kupující nabývá vlastnická práva k zdravotnickým prostředkům oboustranným podpisem předávacího protokolu a úplným uhrazením kupní ceny.
- 17.3 Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

XVIII. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 18.1 Ocitne-li se Prodávající v prodlení s předáním zdravotnických prostředků, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení, s výjimkou zdržení způsobených příčinami uvedenými v čl. 9.2 této smlouvy.
- 18.2 Při prodlení Kupujícího s placením dle čl. 6.1 této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 18.3 V případě pozdního nástupu na odstranění reklamované vady, pozdního odstranění řádně reklamované vady ze strany Prodávajícího či její neodstranění má Kupující právo požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny zdravotnického prostředku vč. DPH, který je předmětem reklamace, tak jak byla zahrnuta do kupní ceny, za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
- 18.4 Kupující je povinen při nedodržení podmínek specifikovaných v čl. 9.2 této smlouvy uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení s plněním daných podmínek.
- 18.5 Oprávnění jedné smluvní strany dle čl. 18.1 až 18.3 je vždy spojeno s povinností druhé smluvní strany.
- 18.6 Povinná smluvní strana se zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

18.7 Na náhradu škody dle této smlouvy se uplatní obecné právní předpisy.

XIX. ZÁNİK ZÁVAZKŮ

19.1 Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají:

- jejich splněním,
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet, jinak je neplatný,
- odstoupením od smlouvy, které lze učinit pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

19.2 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, pokud:

- Prodávající je v prodlení s předáním zdravotnických prostředků, jejich součástí či příslušenství po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
- zdravotnický prostředek, jeho součást či příslušenství vykazuje vadu, pro niž ho nelze řádně užívat, a Prodávající takovou vadu neodstranil ani do 20 dnů ode dne písemného uplatnění,
- Prodávající opakovaně nedodržel termín některé z pravidelných předepsaných kontrol, které mají být prováděny v rámci záručního servisu dle této smlouvy, nebo dobu danou součtem reakční doby a doby pro odstranění závady sjednaných dle této smlouvy,
- bylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek Prodávajícího vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo Prodávající vstoupil do likvidace,
- Prodávající i přes upozornění Kupujícího provádí plnění předmětu této smlouvy poddodavatelem v rozporu s čl. XI. této smlouvy,
- Prodávající postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jiné osobě,
- došlo k některému z případů stanovených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém případě je Kupující rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); náhrada škody, kterou takovým jednáním Prodávající Kupujícímu způsobil, bude řešena samostatně,
- došlo ke kterémukoliv z dalších případů výslovně ujednaných v této smlouvě či upravených v občanském zákoníku.

19.3 O odstoupení od smlouvy uvědomí Kupující Prodávajícího písemně, přičemž uvede důvod odstoupení. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu.

19.4 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.

20.2 Výběr Prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021.

20.3 Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

20.4 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

20.5 Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů platných v ČR.

20.6 V případě, že se v dokladech nebo v technické dokumentaci předané Kupujícím Prodávajícímu vyskytnou vady, musí Prodávající na tuto skutečnost písemně upozornit Kupujícího.

- 20.7 Prodávající je povinen přecházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku Kupujícího. Pokud Prodávající poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek Kupujícího, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.
- 20.8 V rámci plnění předmětu veřejné zakázky musí Prodávající přebrat veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a nakládání s odpady. Při realizaci předmětu veřejné zakázky je Prodávající současně povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. Veškeré tyto činnosti musí být obsaženy v nabídkové ceně za předmět plnění.
- 20.9 Prodávající je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, ekologie apod.
- 20.10 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatňovány prostřednictvím korespondence doručené do datové schránky nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé smluvní strany, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.
- 20.11 Změny a doplňky této smlouvy je možno provést pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.12 Vzhledem k charakteru organizace Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 20.13 Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 20.14 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 20.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, které Prodávající hodlá využít při plnění této smlouvy.
- 20.16 Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.17 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Prodávajícího:

V Želevčicích

Za Kupujícího:

V Pelhřimově

.....
Bc. Zdeněk Grimm, MBA
ředitel obchodu pro ČR a SR
L I N E T spol. s r.o.
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
podepsáno elektronicky

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Celková cena v Kč bez DPH
11	Lůžka	13 450 090,-

předmět plnění	cena v Kč bez DPH
A. Nemocniční lůžka pro intenzivní péči (pro DEO JIP)	779 002,-
B. Nemocniční lůžko pro intenzivní péči	193 567,-
C. Nemocniční lůžka pro akutní péči	2 045 178,-
D. Nemocniční lůžka pro standardní péči	5 978 400,-
E. Pacientské samoobslužné stolky s jídelní deskou	1 071 642,-
F. Dětská lůžka	1 320 060,-
G. Transportní lůžka	489 350,-
H. Porodní lůžka	1 572 891,-

A. Nemocniční lůžka pro intenzivní péči (pro DEO JIP)	779 002,-
--	------------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. /2x lůžko Eleganza 5, 2x matrace ViscoMatt 50, 1x matrace Opticare
--	---

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko			331 766,-	2	663 532,-
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění*	Ano	X			
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka	Ano	X			
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm	Ano	2190x1000 mm			
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg	Ano	250 kg			
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 750 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	Ano	435-815 mm			
Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu	Ano	2080x900 mm			
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevence dekubitů)	Ano	X			
Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku	Ano	X			
Možnost snímání pacienta C ramenem	Ano	X			
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 200 mm pomocí elektromotoru	Ano	0-220 mm			
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu	Ano	14°			
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° – lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokáce náklonu při spuštěné postranici	Ano	15°/15°			
Oboustranné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	Ano	X			
Sklopné madlo pro snadné vstávání s integrovaným ovládním výšky lůžka	Ano	X			
Kompaktní (bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	Ano	X			
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládním shora (tj. ovládní na nebo nad úroveň ložné plochy)	Ano	X			
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému – min. 450 mm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Ano	450 mm			
Oboustranné v postranicích integrované centrální sestřerské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vázícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Panely musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokáce (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další ...)	Ano	X			
Oboustranné v postranicích integrované pacientské ovladače s možností ovládání základních poloh lůžka a blokáce tohoto ovládání z centrálního sestřerského panelu	Ano	X			
Přídavný sestřerský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Oboustranné integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci	Ano	X			
Oboustranné integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci	Ano	X			
Integrovaný vázící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta	Ano	X			
Alarm opuštění lůžka pacientem, alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka	Ano	X			
Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr min. 150 mm, ovladač páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic atd.	Ano	průměr 150 mm			
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 40 mm	Ano	páté kolečko			
Systém ochrany před opomenutím nezabrzdněného lůžka (alarm nezabrzdněného lůžka, automatická brzda apod.)	Ano	X			
Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku	Ano	X			
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky:		X			
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sestřerského panelu lůžka	Ano	X			
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou	Ano	X			
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením	Ano	X			
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod)	Ano	X			
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti	Ano	X			
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistik apod.) není přípustný	Ano	X			
USB nabíječka pro mobilní telefony a jiná zařízení	Ano	X			
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství	Ano	X			
Ochranná kolečka v rozích lůžka	Ano	X			
Záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	X			
Přívodní barevné zvyrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V	Ano	X			
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu	Ano	X			
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	Ano	X			
Příslušenství ke každému lůžku:					
Držák kyslíkové lahve	Ano	X			
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	X			
Infuzní stojan	Ano	X			
Držák močové lahve	Ano	X			
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka	Ano	X			
Pasivní antidekubitní matrace			13 406,-	2	26 812,-
Jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 80 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	Ano	X			
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	Ano	140 g/m2			
Snímání PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chloupní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené	Ano	230 g/m2			
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	Ano	X			
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	Ano	X			

Nosnost matrace min. 190 kg	Ano	190 kg			
Výška matrace min. 16 cm	Ano	16 cm			
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku			88 658,-	1	88 658,-
Matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů	Ano	X			
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	Ano	X			
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta	Ano	ano			
Nosnost matrace min. 250 kg	Ano	250 kg			
Výška matrace max. 23 cm	Ano	22 cm			
Potah snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra	Ano	X			
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			

B. Nemocniční lůžko pro intenzivní péči					193 567,-
--	--	--	--	--	-----------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. /1x lůžko Eleganza 4, 1x matrace MediMatt 30				
---	--	--	--	--	--

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko			185 625,-	1	185 625,-
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění*	Ano	X			
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka	Ano	X			
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm	Ano	2175x1000 mm			
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg	Ano	250 kg			
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 750 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	Ano	410-790 mm			
Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu	Ano	2080x900 mm			
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)	Ano	X			
Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka	Ano	X			
Možnost snímání pacienta C ramenem	Ano	X			
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 200 mm pomocí elektromotoru	Ano	0-220 mm			
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu	Ano	14°			
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	Ano	X			
Sklopné madlo pro snadné vstávání s integrovaným ovládáním výšky lůžka	Ano	X			
Kompaktní (bez porů a spár) plastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	Ano	X			
Kompaktní (bez porů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)	Ano	X			
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému – min. 450 mm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Ano	450 mm			
Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vázícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Panely musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokáce (zámků) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další ...)	Ano	X			
Oboustranně v postranicích integrované pacientské ovladače s možností ovládání základních poloh lůžka a blokáce tohoto ovládání z centrálního sesterského panelu	Ano	X			
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci	Ano	X			
Integrovaný vázící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta	Ano	X			
Alarm opuštění lůžka pacientem, alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka	Ano	X			
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic atd.	Ano	150 mm			
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 40 mm	Ano	X			
Systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka, automatická brzda apod.)	Ano	X			
Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku	Ano	X			
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistik apod.) není přípustný	Ano	X			
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství	Ano	X			
Ochranná kolečka v rozích lůžka	Ano	X			
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	X			
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V	Ano	X			
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu	Ano	X			
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	Ano	X			
Příslušenství ke každému lůžku:					
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	X			
Infuzní stojan	Ano	X			
Držák močové lahve	Ano	X			
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka	Ano	X			
Pasivní antidekubitní matrace			7 942,-	1	7 942,-
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěny, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odpořem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m ³ a odpořem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odpořem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	Ano	X			
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m ² pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	Ano	140 g/m ²			
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m ² , velmi odolný zip s ochrannou chloupní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	Ano	230 g/m ²			
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	Ano	X			
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	Ano	X			
Nosnost matrace min. 150 kg	Ano	150 kg			
Výška matrace min. 14 cm	Ano	14 cm			
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			

C. Nemocniční lůžka pro akutní péči					2 045 178,-
--	--	--	--	--	-------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 18x lůžko Essenza, 18x matrace MediMatt 30, 6x matrace Air2Care 6IN				
---	---	--	--	--	--

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko			102 380,-	18	1 842 840,-
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění*	Ano	X			
Stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)	Ano	X			
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm	Ano	2190x995 mm			
Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg	Ano	270 kg			

Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí	Ano	30 cm			
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 950 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	Ano	X			
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtčkový díl může být polohovatelný i mechanicky	Ano	X			
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°	Ano	15°/15°			
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta	Ano	ano			
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta	Ano	14°			
Oboustranné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	Ano	X			
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka	Ano	X			
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	Ano	X			
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod.	Ano	X			
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem)	Ano	X			
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynoprůžinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Ano	X			
Oboustranné v postranicích integrované oboustranné sestřerské a pacientské ovladače s podsvícenou klávesnicí	Ano	X			
Centrální sestřerský ovládací panel, možnosti blokace jednotlivých funkcí na všech ovladačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)	Ano	X			
Přídavný sestřerský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Oboustranné integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka	Ano	X			
Oboustranné integrované nožní ovladače pro laterální náklon	Ano	X			
Kolečka s centrálním ovládním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvrtné (veškeré ovládní chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků	Ano	průměr 150 mm			
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu	Ano	X			
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka	Ano	X			
Systém ochrany před opomenutím nezabrzdného lůžka (alarm nezabrzdného lůžka, automatická brzda apod.)	Ano	X			
USB nabíječka pro mobilní telefony a jiná zařízení	Ano	X			
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky:	Ano	X			
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sestřerského panelu lůžka	Ano	X			
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou	Ano	X			
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením	Ano	X			
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod)	Ano	X			
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti	Ano	X			
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistik apod.) není přípustný	Ano	X			
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství	Ano	X			
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	X			
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V	Ano	X			
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu	Ano	X			
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	Ano	X			
Příslušenství ke každému lůžku:					
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	X			
Infuzní stojan	Ano	X			
Držák močové lahve	Ano	X			
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka	Ano	X			
Adaptéry pro kurtovací popruhy	Ano	X			
Pasivní antidekubitní matrace			5 916,-	18	106 488,-
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěny, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odoporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m ³ a odoporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odoporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	Ano	X			
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m ² pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	Ano	140 kg/m ²			
Snímavý PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m ² , velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	Ano	230 kg/m ²			
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	Ano	X			
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	Ano	X			
Nosnost matrace min. 150 kg	Ano	150 kg			
Výška matrace min. 14 cm	Ano	14 cm			
Tvarové a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku			15 975,-	6	95 850,-
Matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů	Ano	X			
Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní pasivní matrace)	Ano	X			
Minimálně 2 celový systém	Ano	2 cely			
Individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů	Ano	X			
Možnost vjmutí a odpojení až 2 cel v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace	Ano	X			
Automatická ochrana matrace při poloze v sedě – zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta při sezení	Ano	X			
Cely v místě trupu s možností mikroklima – řízené propouštění vzduchu	Ano	X			
Možnost rychlého vypuštění matrace – CPR	Ano	X			
Funkce transportní mód – statický tlak minimálně po 8 hodin bez použití elektrické sítě	Ano	po 8 hod.			
Nosnost matrace min. 160 kg	Ano	160 kg			
Výška matrace min. 15 cm	Ano	15 cm			
Potah snímavý, paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace	Ano	X			
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			

D. Nemocniční lůžka pro standardní péči					5 978 400,-
--	--	--	--	--	-------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 60x lůžko Essenza, 60x matrace MediMatt 30				
---	---	--	--	--	--

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko			93 724,-	60	5 623 440,-
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění*	Ano	X			
Stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)	Ano	X			
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm	Ano	2190x995 mm			
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg	Ano	300 kg			
Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí	Ano	X			
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 310 - 800 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	Ano	308-812mm			
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtčkový díl může být polohovatelný i mechanicky	Ano	2000x900 mm			
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta	Ano	X			

Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta	Ano	14°			
Oboustranné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	Ano	X			
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka	Ano	X			
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	Ano	X			
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod.	Ano	X			
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem)	Ano	X			
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Ano	X			
Oboustranné v postranicích integrované oboustranné sesterské a pacientské ovladače s podsvícenou klávesnicí	Ano	X			
Centrální sesterský ovládací panel, možnosti blokace jednotlivých funkcí na všech ovladačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)	Ano	X			
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka	Ano	X			
Oboustranné integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka	Ano	X			
Kolečka s centrálním ovládním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvrtné (veškeré ovládní chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků	Ano	průměr 150 mm			
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu	Ano	X			
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka	Ano	X			
Systém ochrany před opomenutím nezabrzdného lůžka (alarm nezabrzdného lůžka, automatická brzda apod.)	Ano	X			
USB nabíječka pro mobilní telefony a jiná zařízení	Ano	X			
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky:	Ano	X			
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka	Ano				
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou	Ano	X			
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením	Ano	X			
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod)	Ano	X			
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti	Ano	X			
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistik apod.) není přípustný	Ano	X			
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství	Ano	X			
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	X			
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V	Ano	X			
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu	Ano	X			
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	Ano	X			
Příslušenství ke každému lůžku:					
Hrazda se samonavíjecí rukojetí	Ano	X			
Infuzní stojan	Ano	X			
Držák močové lahve	Ano	X			
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka	Ano	X			
Adaptéry pro kurtovací popruhy	Ano	X			
Pasivní antidekubitní matrace			5 916,-	60	354 960,-
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěny, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	Ano	X			
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m ² pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	Ano	140 g/m ²			
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m ² , velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	Ano	230 g/m ²			
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	Ano	X			
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	Ano	X			
Nosnost matrace min. 150 kg	Ano	150 kg			
Výška matrace min. 14 cm	Ano	14 cm			
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem	Ano	X			

E. Pacientské samoobslužné stolky s jídelní deskou	1 071 642,-
---	--------------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 78x stolek Eleganza Mano
---	---

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku pro pacienta	Ano	X	13 739,-	78	1 071 642,-
Uzamkykatelný úložný prostor, zásuvka	Ano	X			
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolu, např. kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD	Ano	kov			
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	Ano	X			
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 700 - 1000 mm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládní, rozměry vhodné pro táč s jídelm min. 580 x 330 mm, nosnost min. 8 kg	Ano	výška JD 720-1090 mm, rozměr JD 600x335 mm, nosnost 9 kg			
Kolečka o průměru min. 75 mm, s centrálním ručním ovládním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka	Ano	75 mm			
Členění stolu – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výšvuy na ložiskách	Ano	X			
Vyjímatelné vložky zásuvek	Ano	X			
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolu	Ano	X			
Možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	Ano	X			

F. Dětská lůžka	1 320 060,-
------------------------	--------------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 14x lůžko TOM 2, 14x matrace CliniCare 10 P
---	--

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH
Splnění bezpečnostní normy pro pediatrická lůžka ČSN EN 50637 (364895) *	Ano	X	94 290,-	14	1 320 060,-
Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	Ano	X			
Minimálně dvoudílná ložná plocha lůžka	Ano	2 dílná LP			
Rozměry vnitřní plochy lůžka min. 1300 x 650 mm	Ano	1370x700 mm			
Rozměry vnější plochy lůžka max. 1600 x 850 mm	Ano	1510x830 mm			
Bezpečné pracovní zatížení minimálně 80 kg	Ano	80 kg			
Plně elektrické polohování lůžka – nastavení výšky lůžka, náklonu zádového dílu a poloh TR/ATR	Ano	X			
Zdvíhací ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 580 - 800 mm	Ano	580-830 mm			
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°	Ano	15°			
Autoregrese min. zádového dílu 10 cm	Ano	X			
Sesterský ovladač s možností uzamčení funkcí a s přednaprogramovanou funkcí min. pro polohu Trendelenburg	Ano	X			
Průběžné teleskopické postranice nastavitelné do min. 5 poloh	Ano	5 poloh			
Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr min. 125 mm	Ano	průměr 125 mm			
Lišty pro příslušenství s háčky po obou stranách lůžka	Ano	X			
Možnost umístění infuzního stojanu v rozích lůžka	Ano	X			
Podsvícení lůžka	Ano	X			
Držák infuzního stojanu	Ano	X			
Možnost výběru alespoň ze 2 barevných variant vč. možnosti designového motivu čel	Ano	X			

Matrace vyrobená v kombinaci polyuretanové pěny a viskózní pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm	Ano	X		
Příslušenství ke každému lůžku:				
Infuzní stojan	Ano	X		
Držák kyslíkové lahve	Ano	X		
Box na příslušenství na podvozku	Ano	X		

G. Transportní lůžka	489 350,-
-----------------------------	------------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 2x stretcher Sprint 200, 2x matrace Sprint 200 Comfort
--	---

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH			
Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	Ano	X	244 675,-	2	489 350,-			
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg	Ano	320 kg						
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 600 - 850 mm, ovládací pedály na obou stranách lůžka	Ano	530-860 mm						
Čtyřdílná ložná plocha min. 1900 x 650 mm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin	Ano	4 dílná LP, rozměry 2030x760 mm						
Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety – univerzální velikost	Ano	X						
Integrovaný vážicí systém s přesností 0,5 kg	Ano	0,5 kg						
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°	Ano	X						
Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečně plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Ano	X						
Kolečka s centrálním ovládním brzd ze všech 4 stran, průměr min. 200 mm	Ano	průměr 200 mm						
Motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad s automatickou brzdou	Ano	X						
Prostor na umístění tlakové lahve O2	Ano	X						
Držáky a lišty na příslušenství	Ano	X						
Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka	Ano	X						
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný a sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta, možný pro použití jako tlačného madla	Ano	X						
Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm	Ano	X						
Příslušenství ke každému lůžku:								
Koš/box na drobný materiál	Ano	X						
Držák na kyslíkovou lahev	Ano	X						
Držák na roli papíru	Ano	X						

H. Porodní lůžka	1 572 891,-
-------------------------	--------------------

Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	L I N E T spol. s r.o. / 3x porodní lůžko AVE 2
--	---

technická podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky	cena za 1 ks v Kč bez DPH	počet ks	cena celkem v Kč bez DPH			
Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	Ano	X	524 297,-	3	1 572 891,-			
Ložná plocha lůžka min. 2000 x 850 mm, vnější rozměry max. 2250 x 1000 mm	Ano	LP 2050x890 mm, vnější rozměry 2122x980 mm						
Bezpečná provozní zátěž min. 240 kg	Ano	X						
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 600 - 1000 mm pro bezpečný nástup rodičky a ergonomickou polohu pro porodníka	Ano	X						
Elektricky polohovatelná ložná plocha – nezávisle nastavitelný minimálně zádový a pánevní díl	Ano	X						
Integrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel), nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech	Ano	X						
Ruční ovladač pro rodičku i personál	Ano	X						
Přednaprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem vč. možnosti i mechanického nastavení	Ano	X						
Výškově stavitelný a naklopitelný podnožní díl s možností rychlého zasunutí nebo vysunutí pod ložnou plochu pro porodní fázi, tj. bez nutnosti jeho odnímání	Ano	X						
Antibakteriální bežešvé polstrování, snadno a rychle odnímatelné pro jednoduchou očistu a dezinfekci	Ano	X						
Integrované sklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i personál	Ano	X						
Oboustranně integrovaná odnímatelná nebo sklopná ruční madla pro rodičku	Ano	X						
Integrovaná posuvná nerezová míška min. 4 l	Ano	4,5 l						
Dvojitá kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr min. 150 mm	Ano	150 mm						
Oboustranně integrovaný držák infuzního stojanu	Ano	X						
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	X						
Příslušenství ke každému lůžku:								
Infuzní stojan výškově stavitelný	Ano	X						
Podhlavník výškově stavitelný	Ano	X						
Oboustranně bezpečnostní LED podsvícení lůžka	Ano	X						
Oboustranně univerzální eurolišta	Ano	X						
Odnímatelné hlavové čelo lůžka	Ano	X						
Podpůrná čalouněná hrazda s držákem	Ano	X						

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této základem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Veřejná zakázka **Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
část 11 – Lůžka**

Příloha č. 2 smlouvy – **Seznam poddodavatelů**

Seznam poddodavatelů

pro plnění veřejné zakázky
**Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu
část 11 – Lůžka**
zadavatele
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele L I N E T spol. s r.o., IČO: 00507814, sídlo:
Želevčice 5, 274 01 Slaný (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji**,

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky a její části

NEHODLÁ POUŽÍT ŽÁDNÉHO PODDODAVATELE.

V Želevčicích dne 26.05.2023

el. podpis:

.....
Bc. Zdeněk Grimm, MBA
ředitel obchodu pro ČR a SR
L I N E T spol. s r.o.
na základě plné moci