



<b>Část 3 VZ</b>	<b>Rozvěrač břišní 1ks</b>	<b>Projekt: A2-037-RT</b>
------------------	----------------------------	---------------------------

**1. Technické požadavky:**

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Medicínský účel:** sestava multifunkčního břišního rozvěrače pro onkochirurgické zákroky v dutině břišní

**3. Kompatibilita:** není požadována

**4. Specifikace:**  
(Rozvěrač ABDOMINAL – Medizintechnik Sattler GmbH)

**5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku  Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Modulární sestava břišního rozvěrače	ANO	Viz katalog strana 1 – doklad číslo 31
2. Abdominální přístup	ANO	Viz katalog – strana 1 – doklad číslo 31
3. Provedení nerezová chirurgická ocel	ANO	Viz katalog – strana 3 – doklad číslo 31
4. Vzájemné spojení komponent pomocí rychloupínacího mechanismu (páky)	ANO	Viz katalog - strana 4, 8 – doklad číslo 31
5. Uchycení rozvěrače k eurolišti operačního stolu	ANO	Viz návod montáže retractor Abdominal – doklad číslo 20 – strana 3
6. Použití břišního rozvěrače včetně všech částí ve sterilním prostředí	ANO	Viz – návod montáže retractor Abdominal – doklad číslo 20 – strana 4
7. Upevňovací sloupek s výškovým posunem v průběhu operace	ANO	Viz návod montáže retractor Abdominal – doklad číslo 20 – strana 3
8. Stabilní konstrukce	ANO	Viz katalog - strana 3 – doklad číslo 31
9. Sestavení rozvěrače nad operačním stolem trojrozměrně	ANO	Viz návod montáže retractor Abdominal – doklad číslo 20
10. Nastavení držáků háků v jakémkoli směru	ANO	Viz návod montáže retractor Abdominal – doklad číslo 20



Příloha č. 1. Technická specifikace

11. Uchycení háků - volně otočné nebo pevně fixované	ANO	Viz návod montáže retraktor Abdominal – doklad číslo 20
12. Sterilizace v parním autoklávu při teplotě 134°C, maximum 137 °C, odolnost proti dezinfekci, sterilizaci, splňující požadavky normy ČSN EN ISO 13402	ANO	Viz návod k použití – doklad číslo 30
13. Nástroj musí být označen značkou CE, katalogovým číslem a unikátním číslem	ANO	Viz prohlášení o shodě – doklad číslo 21 a 22
14. Celý systém musí zastoupit jednu asistenci operátora	ANO	Funkce rozvěrače
15. <b>Příslušenství:</b>		
a. 1ks sloupek hlavní vč. 1ks svorka upínací 20/14 mm	ANO	01100-62 – katalog – strana 4 – doklad č. 31
b. 1ks rameno spojovací vč. 2ks upínače 14/14	ANO	01115-44 – katalog strana 4 – doklad číslo 31
c. 1 pár ramen upínacích k instalaci háků	ANO	01120-14 – katalog strana 4 Doklad číslo 31
d. 4ks rychloupínací svorka pro listové držáky 14/8 mm	ANO	01130-05 – katalog strana 8 – doklad číslo 31
e. 2ks háky listové dle Fritch 80x60mm	ANO	0104/W – katalog strana 10 – doklad číslo 31
f. 2ks háky listové dle Fritch 90x105mm	ANO	0107/W – katalog strana 10 – doklad č. 31
g. 2ks držák háku 180 mm	ANO	B180 – katalog strana 9 – doklad č. 31
h. 2ks držák háku s kloubem 240 mm	ANO	B240/G – katalog strana 9 – doklad č. 31
i. 1ks sterilizační kontejner vč. síta pro kompletní sestavu rozvěrače	ANO	Viz návod Steri kontejner doklad č.27