

Kupní smlouva č. K002/2023

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

1. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

2. SNT Plus s.r.o.

se sídlem Novodvorská 994/138, Praha 4, PSČ 142 00

IČ: 25701576

DIČ: CZ25701576

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62478

Statutární zástupce: Ing. Ludvík Tót, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1121103502/5500

(dále jen „prodávající“)

Článek II Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup nového přístrojového vybavení, a to 6 ks fetálních monitorů – kardiokografů pro monitoraci plodu, z nichž 1 × kardiokograf s monitorací trojčat PHILIPS AVALON FM20 (1 × TOCO sonda, 3 × US sonda), 5 × kardiokograf s monitorací dvojčat PHILIPS AVALON FM20 (5× TOCO sonda, 7 × US sonda), 2 × telemetrický systém s monitorací dvojčat PHILIPS AVALON CL (2 × TOCO sonda, 4 × US sonda), 6 × přístrojový vozík pro přístroje a spotřební materiál pro Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroje“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístrojům a dále závazek Prodávajícího:

- provést instalaci přístrojů a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,

- zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech kupujícím určených pracovníků,
- realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,
- provádět bezplatně záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,
 - prodávající je povinen v rámci záručního servisu zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,
 - v rámci záručního servisu maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:
 - bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,
- provádět po dobu záruky bezplatně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) v intervalu dle doporučení výrobce (minimálně však 1x ročně),

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

2. Spolu s přístroji je prodávající povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství.
3. Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka kardiografů“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
2. Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí 1 230 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 1 488 300,- Kč.
3. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).
4. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch

prodávajícího.

5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV.

Místo a doba plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán a instalován do Pavilonu péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroje nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti této kupní smlouvy.
3. Přístroje budou řádně předány kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávaným zařízením vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Prodávající bude Kupujícího avizovat dodání přístroje na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.
5. Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.
6. Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi

smluvními stranami.

2. Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTk (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.
3. Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.
4. Záruční doba poskytovaná na přístroj je v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI. **Smluvní sankce**

1. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín nástupu servisního technika dle záručního servisu, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII. **Prohlášení Prodávajícího**

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od

samého počátku.

4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově

V Praze

.....

Kupující

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

(podepsáno elektronicky)

.....

Prodávající

Ing. Ludvík Tót, jednatel

(podepsáno elektronicky)

Příloha č. 1/kupní smlouvy

Technická specifikace

Předmět plnění	počet ks	cena v Kč včetně DPH
Kardiotokograf s monitorací trojčat	1	96 800,-
kardiotokograf s monitorací dvojčat	5	326 700,-
TOCO sonda	6	145 200,-
US sonda se snímáním pulsu matky	10	242 000,-
Telemetrický systém s monitorací dvojčat	2	309 760,-
TOCO sonda	2	72 600,-
US sonda	4	130 680,-
přístrojový vozík pro kardiotokografy	4	58 080,-
přístrojový vozík pro kardiotokografy a telemetrii	2	67 760,-
spotřební materiál: balení gelu	24	2 420,-
spotřební materiál: abdominální pás	6	7 260,-
spotřební materiál: balení záznamového papíru	6	29 040,-

Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X".

Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení) - fetální monitor - kardiotokograf	Philips Avalon FM20
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení) - telemetrický systém	Philips Avalon CL

<i>podmínka</i>	<i>splňuje (Ano/Ne)</i>	<i>způsob splnění podmínky</i>
Základní charakteristika		
1 × kardiokograf s monitorací trojčat vč. 1 × TOCO sondy, 3 × US sonda se snímáním pulsu matky	ANO	X
5 × kardiokograf s monitorací dvojčat vč. 5 × TOCO sonda, 7 × US sonda se snímáním pulsu matky	ANO	X
lehký kompaktní antepartální fetální monitor	ANO	X
Zobrazovací LCD displej o velikosti min. 6,5" s dotykovým ovládním a možností polohování	ANO	6,5"
ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce	ANO	X
snímání srdeční frekvence plodu prostřednictvím US sondy	ANO	X
měření srdeční frekvence plodu US sondou v rozsahu min. 50-240 tepů/minutu	ANO	50-240 tepů/minutu
monitorování děložních stahů prostřednictvím TOCO sondy	ANO	X
automatická detekce pohybu plodů	ANO	X
verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody	ANO	X
puls matky snímáný z TOCO sondy v rozsahu min. 40-240 tepů/minutu	ANO	40-240 tepů/minutu
software pro monitorování dvojčat u všech dodávaných přístrojů - aktivace připojením druhé sondy	ANO	X
software pro monitorování trojčat u jednoho z dodávaných přístrojů - včetně US sondy	ANO	X
zadávaní patientských dat, měření, zobrazení vitálních funkcí matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji	ANO	X
možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu	ANO	X
regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu	ANO	X
nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti	ANO	X
lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší srdeční frekvenci	ANO	X
integrováná termo tiskárna (tisk na termopapír, nastavitelná rychlost tisku, nastavitelný časovač, uložení dat do paměti pro možnost pozdějšího dotisknutí)	ANO	X

přístroj musí umožňovat připojení do centrálního monitorovacího systému (Philips Avalon)	ANO	X
Přístroj musí umožňovat připojení stávajících US a TOCO sond (Philips Avalon) používaných na pracovišti zadavatele	ANO	X
2 × telemetrický systém + 2 × TOCO sonda, 4 × US sonda	ANO	X
bezdrátová monitorovací jednotka připojitelná k novým i stávajícím KTG	ANO	X
monitorování plodu i matky - možný volný pohyb těhotných před porodem i během porodu při nepřetržitém sledování srdeční frekvence plodu, děložních stahů matky a pulsu matky prostřednictvím TOCO sondy	ANO	X
kontinuální sledování plodu k zachycení hrozící nebo probíhající hypoxie	ANO	X
monitorování srdeční frekvence plodu - jeden plod a dvojčata	ANO	X
možnost monitorování trojčat v případě připojení ke kardiokografu vybaveného SW pro monitorování trojčat	ANO	X
možnost monitorování přímé srdeční frekvence plodu v případě připojení ke kardiokografu vybaveným SW pro monitorování přímé srdeční frekvence plodu	ANO	X
voděodolné bezdrátové fetální sondy, možnost monitorování pod vodou	ANO	X
LED ukazatel na sondě indikující stav baterie a stav připojení sondy k základní stanici	ANO	X
kapacita baterie v sondách min. 8 hodin monitorování	ANO	10 hodin
doba dobíjení méně než 3 hodiny	ANO	méně než 3 h
indikátor vybití baterie upozorňující max. 30 minut před vybitím baterie	ANO	30 min před.
možnost výměny baterií uživatelem	ANO	X
identifikace sondy prostřednictvím základní stanice	ANO	X
základní stanice sloužící i jako dobíjecí stanice pro sondy	ANO	X
napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiokografu	ANO	X
propojení základní stanice se sondami, možnost komunikace prostřednictvím audio upozornění	ANO	X
možnost budoucího rozšíření o monitorování rodiček s vysokým BMI Fetal & Maternal Pod & Patch	ANO	X
4 × standardní vozík (stojan) s fixací kardiokografu	ANO	X

2 × masivní vozík se zásuvkami a poličkou pro umístění kardiokografu a telemetrického systému	ANO	X
Spotřební materiál		
24 × balení gelu	ANO	X
6 × abdominální pás (60 mm × 1,3 m)	ANO	X
6 × záznamový papír - 6 balení (1 balení = min. 40 bloků o min. 150 listech)	ANO	X