

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	MAQUET TRAN SMAQUET	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
Překladačové zařízení pro pacienty		
- patientské překladačové zařízení určeno k překládání pacientů z lůžka na transportní desku operačního stolu, a naopak při přechodu mezi sterilním a nesterilním prostředím	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	zařízení pro překládání pacienta z postele na op. stůl a naopak při přechodu mezi nesterilním a sterilním prostředím
- výškově stavitelná základna a pracovní deska posuvnou do stran	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	výškově stavitelná základna, pracovní deska posuvná do stran
- přesun pacienta pomocí tzv. nekonečného pásu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	nekonečný pás
- automatický režim překladačového pacienta	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	automatický režim
- nosnost min. 180 kg ve všech polohách bez omezení rychlosti posuvu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	180
- hmotnost zařízení max. 650 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	650
- zdvih spodní hrany pracovní desky min. v rozsahu min. 57 cm až 102 cm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	57-103
- šířka překladačové desky min. 190 cm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	190
- max. boční vysunutí desky \geq 75 cm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	760
- ovládání zařízení ručním otočným panelem s displejem přístupné z obou stran a bezdrátovým ovladačem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	otočný panel s displejem
- ovládací panel s displejem a komunikací v ČJ	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ČJ
- zařízení musí být vybaveno senzory a dalšími ochrannými prvky zabraňujícími nekontrolovanému sesunutí pacienta z pracovní desky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	IR senzory
- pracovní deska musí být vyhřívána na $30^{\circ}\text{C} \pm 10\%$	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30
- napájecí napětí 220-240V/50Hz	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	230/240V/50/60Hz

V Praze dne: 03.05.2023

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
 Michal Válka, jednatel