

OBJEDNÁVKA č.: 2023/49-ZK


Značka: 2023/49-ZK

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:



MEDINET s.r.o.
Vrchlického 334
272 01 Kladno

Datum: 14.05.2023

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení


1. Oprava	Název zařízení:	VIDEOKOLONOSKOP PENTAX
	Typ zařízení:	EC-3890 LI
	Výr.číslo:	K 110083
	Inv.číslo:	HM 01916-3
	Umístění:	interna ENDOSKOPIE

Dobrý den,

požadujeme opravu v rámci záruky. Po vyšetření kolonoskopem při zkoušce těsnosti se zjistilo, že 12 cm od distálního konce je otvor, odkud uniká vzduch. S přístrojem bylo celou dobu velmi opatrně zacházeno, k žádnému násilnému tahu nedošlo.

Děkuji

S pozdravem



Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.