

# Technická specifikace

## Operační stůl

samostatná příloha č. 1

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Plnění ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
<b>1. Základní požadavky:</b>		
operační stůl musí být mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu min. 610 až 1050 mm	Ano	operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu 600 až 1050 mm
základna včetně podvozku z ocelové litiny, min. 4 kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění	Ano	
vysoká stabilita stolu zajištěna dosednutím základny na podlahu nebo vysunutím 4 hydraulických nebo elektromechanických válců	Ano	Dosednutí na podlahu
operační stůl musí mít min. čtyř segmentovou operační desku	Ano	Šesti segmentová
operační deska stolu musí být RTG transparentní	Ano	
napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, dotahování šrouby apod. není přípustné (s výjimkou podložek hlavy)	Ano	Západky vč. podložky hlavy
ovladač s displejem, tlačítková volba: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou nebo dva kusy ovladačů (jeden s tlačítkovou volbou pro všechny zmíněné funkcionality polohování a druhý bezdrátový ovladač s dotykovým displejem pro všechny zmíněné funkcionality polohování)	Ano	
operační stůl musí mít záložní (nouzové) ovládání na základně stolu s indikací aktuálního stavu baterií	Ano	
operační stůl musí mít akumulátory s vysokou kapacitou – minimálně na 1 týden provozu	Ano	1 týden
operační stůl musí umožnit oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)	Ano	
operační stůl musí mít polohování do Trendelenburgové a anti Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu $-25^{\circ}/+30^{\circ}$	Ano	$-25^{\circ}/+35^{\circ}$
operační stůl musí umožnit laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu $20^{\circ}$	Ano	$20^{\circ}$
zádová sekce operačního stolu musí mít polohování v minimálním rozsahu $+70^{\circ} / -40^{\circ}$	Ano	$+70^{\circ} / -40^{\circ}$
hlavový segment operačního stolu musí mít min. 2kloubovou stavitelnost	Ano	2 klouby
operační stůl musí mít elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu $+ 80^{\circ} / - 90^{\circ}$	Ano	$+ 80^{\circ} / - 90^{\circ}$
operační stůl musí umožňovat zlomení (flex pozice) min. $40^{\circ}$	Ano	$40^{\circ}$
nosnost operačního stolu musí být minimálně 450 kg, v reverzní pozici musí být min. 250 kg	Ano	454 kg, v reverzní pozici 250 kg

polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu	Ano	
komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 50 mm vysoké	Ano	80 mm
operační stůl musí umožnit nastavení do sedací polohy	Ano	
podložky dolních končetin dvoudílné roztažitelné	Ano	
<b>2. Příslušenství:</b>		
1 ks Dálkový ovladač	Ano	
1 ks Infuzní stojan na eurolištu se 4 háky	Ano	
1 ks Podložka ruky pro anestezii nastavitelná, délka min. 400 mm	Ano	590 mm
2 ks Poutko na zápěstí, připojitelné na eurolištu	Ano	
1 ks Anesteziologický rám	Ano	
1 ks Držák hadic anesteziologický, flexibilní	Ano	
2 ks Podpěry dolních končetin, šauty	Ano	
1 pár amerických bot pro polohování do gynekologické polohy	Ano	
1 pár Ramenní zarážky	Ano	
1 ks Poutací pás	Ano	
1 ks Nerezová miska připojitelná namísto nožních segmentů	Ano	