

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 1 - Kontejnery na operační nástroje, Síta do kontejnerů (2. vyhlášení)			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
Druh řízení:	otevřené		
DODAVATEL			
Název dodavatele:	MEDIN, a.s.		
Sídlo:	Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO:	43378030
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Havlíček, MBA, generální ředitel	Kontaktní osoba:	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Sterilizační kontejnery z nerezové oceli (kontejnery na operační nástroje) včetně nerezových sít do kontejnerů	9	24	ANO
Závazná specifikace zadavatele:			Výrobce: CBM
Sterilizační kontejner z nerezové oceli včetně nerezového síta do kontejneru			ANO
Sterilizační víko s chráněným ventilem – bezúdržbový			ANO
Nerezové síto do kontejneru			ANO
Přibližné rozměry kontejnerů a jejich počet:			
600x300x260 3ks			ANO
600x300x210 1ks			ANO
600x300x160 3ks			ANO
300x300x160 2ks			ANO
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.			
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
2. Síta do kontejnerů	3	24	ANO
Drátěné síťové koše o rozměrech:			Výrobce: CBM
540x240x70 (výrobní číslo 90) - 2ks			ANO
240x240x70 (výrobní číslo 85/1) - 1ks			ANO
Vyrobeny z nerezové oceli AISI304			ANO
Z důvodu zachování předchozích investic a jednotnosti dodaného vybavení je požadována plná kompatibilita s již používanými kontejnery pro operační nástroje od firmy Medin.			ANO
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.			
Odkazy na přílohy			Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
			V Novém Městě na Moravě dne 9. 6. 2023
			Zpracoval [redacted]

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Havlíček
Datum: 2023.06.09 10:21:47
+02'00'