

Smlouva o výpůjčce č.

uzavřená dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů

Článek I.


Smluvní strany

- 1. Půjčitel:** **A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.**
se sídlem: **Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40068
zastupuje: **Mgr. Lukáš Macháček, MBA, jednatel**
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
číslo účtu: **2104416851/2700**
IČ: **63983524**
DIČ: **CZ63983524**

- 2. Vypůjčitel:** **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
zastupuje: **MUDr. Daniel Malý, předseda správní rady**
bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Jičín**
číslo účtu: **78-8520790217/0100**
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ699004900**

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel se touto smlouvou zavazuje bezplatně přenechat do užívání vypůjčiteli následující zdravotnický prostředek pro pracoviště ARO:
1ks Tromboelastograf ClotPro,
výr. č. bude uvedeno v předávacím protokolu, ve standardním vybavení (dále jen „předmět výpůjčky“),
v hodnotě: 

Vlastníkem předmětu výpůjčky je půjčitel.

2. Součástí předmětu výpůjčky je i návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě, vydané výrobcem, vč. jeho překladu do českého jazyka.
3. Podrobná technická specifikace předmětu výpůjčky je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Půjčitel se zavazuje v rámci instalace předmětu výpůjčky k bezplatnému připojení předmětu výpůjčky ke stávajícímu laboratornímu informačnímu systému vypůjčitele. Za tímto účelem se půjčitel zavazuje s předstihem kontaktovat odd. IT vypůjčitele a zajistit si tak jeho nezbytnou součinnost.

Článek III.
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této smlouvy jsou:
 - 1.1 Nabídka půjčitele ze dne 19. 5. 2023

Článek IV.
Doba a místo výpůjčky

1. Dohodou je stanovena doba výpůjčky **na dobu určitou od 9. 6. 2023 do 31. 12. 2023.**
2. Místem výpůjčky je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení anesteziologicko - resuscitační.
3. Půjčitel se zavazuje k dodání, instalaci, uvedení předmětu výpůjčky do provozu a prokazatelnému zaškolení obsluhy nejpozději **do 10. 7. 2023.**
4. Po skončení platnosti této smlouvy, pokud nedojde k jejímu prodloužení, je půjčitel oprávněn předmět výpůjčky okamžitě odebrat a vypůjčitel je povinen tento neprodleně vydat, pokud se smluvní strany dle dále uvedených smluvních podmínek nedohodnou jinak.

Článek V.
Práva a povinnosti půjčitele, smluvní pokuta

1. Půjčitel se zavazuje na své náklady provést předinstalační prohlídku za účelem kontroly místa plnění z hlediska technické a IT připravenosti s předstihem min. 5 pracovních dnů před započatím prací v místě plnění. O zjištěných nedostatcích je půjčitel povinen neprodleně písemně informovat vypůjčitele.
2. Půjčitel dopraví na vlastní náklady předmět výpůjčky do místa výpůjčky.
3. Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
4. Půjčitel provede na vlastní náklady instalaci, uvedení předmětu výpůjčky do provozu a zaškolení, resp. instruktáž obsluhy (vč. seznámení s požadavky na pravidelnou běžnou údržbu) svým pověřeným pracovníkem, o čemž bude sepsán a potvrzen příslušný protokol. Půjčitel nese odpovědnost za řádné seznámení vypůjčitele s podmínkami užívání i za předání všech potřebných informací. Pokud tak neučiní, je povinen nahradit vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.
5. Půjčitel se zavazuje udržovat předmět výpůjčky po dobu platnosti této smlouvy v provozuschopném stavu. Způsobí-li škodu vada věci, kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.
6. Půjčitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly předmětu výpůjčky v intervalech a v rozsahu dle doporučení výrobce, přičemž veškeré náklady spojené s těmito kontrolami hradí půjčitel.

Za návaznost termínů bezpečnostně technických kontrol předmětu výpůjčky odpovídá půjčitel. K provedení jednotlivých bezpečnostně technických kontrol není nutná výzva vypůjčitele.
7. Půjčitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy odstraňovat vzniklé závady, přičemž náklady na práci, dopravu, náhradní díly a související spotřební materiál hradí půjčitel.
8. Požadavky na provedení oprav budou oznamovány půjčiteli telefonicky a následně potvrzeny písemnou objednávkou (např. e-mailem), vystavenou odpovědnou osobou vypůjčitele a zaslanou na e-mailovou adresu půjčitele: [REDACTED]
9. Půjčitel zajišťuje poskytování servisních služeb běžně v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.

10. Půjčitel se zavazuje, že reakční doba od nahlášení závady vypůjčitelem do započetí činnosti, směřující k analýze a odstranění závady, bude max. **48 hodin v pracovních dnech** od prokazatelného obdržení písemné objednávky.
11. Půjčitel se zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu v místě plnění bude max. **5 pracovních dnů** od prokazatelného obdržení písemné objednávky.
12. Půjčitel se zavazuje, že oprava bude ukončena nejpozději:
 - a) **do 7 pracovních dnů v pracovních dnech** od nástupu na opravu v místě plnění, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu;
 - b) **do 14 pracovních dnů v pracovních dnech** od nástupu na opravu v místě plnění, jedná-li se o opravu s obstaráním náhradního dílu, který nemá půjčitel skladem.
13. V případě, že doba opravy předmětu výpůjčky přesáhne 7 pracovních dnů od nástupu na opravu a vypůjčitel nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se půjčitel k bezplatnému zapůjčení záložního přístroje srovnatelných parametrů nejpozději **do 7 pracovních dnů v pracovních dnech** od nástupu na opravu.
14. Půjčitel se zavazuje dodávat vypůjčiteli spotřební materiál, nutný pro provádění diagnostických výkonů na předmětu výpůjčky, na základě samostatně uzavřené kupní smlouvy. Spotřební materiál hradí vypůjčitel.
15. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky. To neplatí, užije-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou. Půjčitel je v tomto případě oprávněn předmět výpůjčky okamžitě odebrat a vypůjčitel je povinen tento neprodleně vydat.
16. Půjčitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou svojí činností v souvislosti s dodávkou předmětu výpůjčky vypůjčiteli nebo třetím osobám, s pojistnou částkou minimálně ve výši hodnoty předmětu výpůjčky včetně DPH, uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy, na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Náklady na pojištění nese v plné výši půjčitel. Potvrzení o tomto pojištění půjčitel předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu vypůjčitele předložit do 5 pracovních dnů doklad o její platnosti a rozsahu.

Článek VI.

Práva a povinnosti vypůjčitele, smluvní pokuta

1. Vypůjčitel se zavazuje zajistit technickou a IT připravenost místa plnění dle pokynů půjčitele v souladu s ust. čl. V odst. 1 této smlouvy.
2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně vypůjčitele nebude možné dodržet půjčitelem požadovaný termín zahájení plnění, je vypůjčitel oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna. V takovém případě není půjčitel v prodlení s termínem plnění ve smyslu odst. 14 tohoto článku.
3. Vypůjčitel se zavazuje převzít předmět výpůjčky neprodleně po jeho uvedení do provozu v místě výpůjčky v provozuschopném stavu.
4. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky bezplatně užívat po dobu platnosti této smlouvy.
5. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s určeným účelem použití, uživatelskými a udržovatelskými postupy, specifikovanými v návodu k obsluze.
6. Vypůjčitel se zavazuje kupovat spotřební materiál, nutný pro provoz předmětu výpůjčky, výhradně od půjčitele.
7. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením a odpovídá za poškození, ztrátu, zničení nebo znehodnocení předmětu výpůjčky dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Každé poškození, ztrátu, zničení nebo znehodnocení předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli.
8. Vypůjčitel nesmí přenechat předmět výpůjčky během platnosti této smlouvy k užívání jiné osobě.
9. Vypůjčitel není oprávněn provádět svévolně na předmětu výpůjčky jakékoliv technické změny.
10. Vypůjčitel je povinen neprodleně sdělovat půjčiteli nutnost servisních zásahů na předmětu výpůjčky.

11. Vypůjčitel se zavazuje zajišťovat servis předmětu výpůjčky výhradně prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá vypůjčitel za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla a půjčitel je oprávněn účtovat vypůjčiteli následné náklady na servis v plné výši.
12. Vypůjčitel je povinen pro případ servisu a kontroly umožnit pracovníkům půjčitele přístup do místa výpůjčky.
13. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho souhlasu.
14. V případě prodlení půjčitele s termínem plnění, stanoveným v čl. IV odst. 3 této smlouvy, má vypůjčitel právo požadovat smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši úroku z prodlení dle ust. § 2 nař. vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hodnoty předmětu výpůjčky za každý den prodlení.

Článek VII.

Náklady s užíváním předmětu výpůjčky

1. Mimořádné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese půjčitel ze svého. Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel předmět výpůjčky předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli.
2. Práva půjčitele a vypůjčitele na hrazení nákladů s užíváním předmětu výpůjčky musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení předmětu výpůjčky, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:
 - a) půjčitel v případě, že vypůjčitel bude používat předmět výpůjčky v rozporu s ustanoveními této smlouvy a pokud vypůjčitel nezjedná nápravu, přestože bude půjčitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak;
 - b) vypůjčitel v případě, že na straně půjčitele dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud půjčitel nezjedná nápravu, přestože bude vypůjčitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle druhé smluvní straně.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni, nýbrž na základě svobodně projevené vůle.
5. Půjčitel bere na vědomí, že vypůjčitel je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv do registru smluv.
6. Půjčitel barevně označil v textu této smlouvy pasáže (jiným, nežli žlutým podbarvením), obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. Nediílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1_Technická specifikace předmětu výpůjčky /jedná se o přílohu, vyhotovenou výrobcem, distributorem, půjčitelem, nebo jinou osobou, v českém jazyce/.

V Praze dne: 9.6.2023

Za půjčitele:

Mgr. Lukáš Macháček, MBA
jednatel

V Jičíně dne:

9. 06. 2023

MUDr. Daniel Malý,
předseda správní rady

System ClotPro®

Diagnostika viskoelastickou metodou nové generace



1 Princip měření

- Tromboelastografie s elastickým pohybem
- Během měření se nádobka otáčí za použití elastického prvku, hrot zůstává stacionární
- Kapacitní detekce úhlu otočení testovacího systému
- Vynikající korelace se zavedenou technologií nádobky a hrotu

2 Technologie aktivní špičky

- Suché reagenty umístěné v houbičce ve špičce pipety
- Přenesením vzorku krve dochází k rozpuštění reagentů
- Je eliminována manipulace s reagenty
- Nejkomplexnější menu
- Jednoduché elektronické pipetování jednoho objemu (340 µl)

3 Analyzátor ClotPro®

- 6 kanálů pro maximalizaci flexibility a dostupnosti
- Rychlé přímé zahřívání testovací pozice infračerveným zářením
- Design s kompaktním půdorysem a nízkou hmotností
- Systém se snadným použitím

4 Uživatelské rozhraní

- Velká dotyková obrazovka s rozlišením Full HD
- Design s jednou obrazovkou zobrazující stanovené výsledné parametry a křivky
- Čtečka čárových kódů, správa uživatelů a záznam pro audit k zajištění plné sledovatelnosti
- Vedené elektronické pipetování
- Možnosti přenosu výsledků:
 - LIS/HIS konektivita
 - Vzdálené prohlížení
 - Zasílání výsledků e-mailem

Systém ClotPro®

Specifikace výrobku

Analyzátor ClotPro®	Princip	Tromboelastografie s elastickým pohybem	Metoda rotačního viskoelastického testování založená na zavedené metodice nádobky a hrotu
	Kapacita	Systém se 6 kanály	Nezávislé kanály Uživatелеm definované panely testů První výsledky po 3 minutách
	Testovací kapacita		Až 12 testů/hod (parametr A20) Až 6 vzorků souběžně
Hardware	PC	Procesor	>2 GHz
		RAM	min. 4 GB
		Pevný disk	min. 32 GB
		Počítačová síť	100/1000 Mbit
	Monitor	Velikost	21,5" dotyková obrazovka s/ HDMI
		Rozlišení	Full HD (1920x1080)
	Rozměry (analyzátor bez obrazovky)	Výška	8 cm
		Šířka	48 cm
		Hloubka	20 cm
		Hmotnost	5,5 kg
Software	Elektrické specifikace	Napětí (externí zdroj napájení)	100-240 V stř., 50/60 Hz
		Analyzátor	24 voltů; 5 A; 60 W (max.)
	Provozní podmínky	Teplota	18 °C - 32 °C
		Nadmořská výška	0-2000 m nad hladinou moře
	Operační systém	Linux	Uživatelské rozhraní na bázi Linuxu
		Software	Uživatelské rozhraní
		HIS/LIS konektivita	Volitelně rozhraní vyhovující standardu HL7 pro konektivitu se systémy HIS/LIS
		Přenos výsledků	Sdílení obrazovky/vzdálené prohlížení, e-mail, přenos do hostitelského zařízení
	Výsledné parametry	Sledovatelnost	Správa uživatelů, záznam pro audit, využití čárových kódů
		Zobrazení výsledků v reálném čase	CT, CFT, A5, A10, A20, MCF, ML, LT, α, CLI atd.
Vzorek	Typ/objem vzorku	citrátová plná krev	340 µl na jeden test
Technologie reagentů a stanovení	Technologie aktivní špičky	Reagencie v suché formě umístěné v aktivní špičce	Jednorázové, bez manipulace s reagenty. Testovací špičky uzavřené v jednotlivých sáčcích. Extrinsická stanovení s inhibítorem heparinu.
		Stabilita	Při 2 - 8 °C: 12 měsíců od data výroby Při pokojové teplotě: 30 dnů
	EX-test	Rychlý přehled o koagulačním procesu	
	FIB-test	Funkční detekce hladiny fibrinogenu	
	IN-test	Vyhodnocení heparinu, citlivý na faktor FVIII	
	HI-test	IN-test s inhibicí heparinu	
	AP-test	Inhibice fibrinolýzy aprotininem	
	RVV-test	Vysoce citlivý na přímá perorální antikoagulantia (DOAC, např. rivaroxaban, edoxaban atd.)	
	ECA-test	Vysoce citlivý na přímé antagonisty trombinu (např. dabigatran, argatroban)	
	TPA-test	Vyhodnocení koagulace aktivací fibrinolýzy	
	NA-test	Neaktivovaný test	