



DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.**
sídlo: Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha – Stodůlky
jednající: Ing. Dalibor Šoral, jednatel
zapsán v: v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp.zn. C 263947
IČ: 05457955
DIČ: CZ05457955
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2023 kupní smlouvu o prodeji 12 ks myček podložních mís BP 100HE / HORCHER (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že **příloha č. 2A** Smlouvy měla obsahovat ceník spotřebního materiálu, která chybou psaní není ve smlouvě obsažena, doplňuje se tímto dodatkem **příloha č. 2A** Smlouvy o ceník spotřebního materiálu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží



jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy může být uzavřen v elektronické podobě.

3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu tohoto dodatku Smlouvy, že tento dodatek Smlouvy je uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tento dodatek Smlouvy podepsat.

V Praze, dne

Ve Znojmě, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Ing. Dalibor Šoral, jednatel
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel Nemocnice Znojmo

Příloha č. 2A Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů

část 6 VZ: Myčka podložních mís - 12 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	BP 100 HE
--	-----------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Technické a provozní požadavky				
1	mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí	ano	ano	mandatomi požadavek
2	minimálně 4 programy – krátký, standard, intenzivní a sanitační, s možností nastavení všech programů s poloviční spotřebou vody	ano	6 volitelných programů	mandatomi požadavek
3	samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli (AISI 304) s možností zavěšení na zeď	ano	ano	mandatomi požadavek
4	nerezová mycí komora (AISI 304) se zaoblenými rohy	ano	ano	mandatomi požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

5	česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch	ano	grafické znázornění fáze cyklu	mandatorní požadavek	
6	el. ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a s pamětí pro uložení informací až o 800 mycích a dezinfekčních cyklech.	ano	ano	mandatorní požadavek	
7	během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokovávané dveře	ano	ano	mandatorní požadavek	
8	kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm	ano	splňuje	mandatorní požadavek	
9	možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob	ano	volitelně k dispozici	mandatorní požadavek	
10	vlastní vyvíječ páry	ano	ano	mandatorní požadavek	
11	možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600	ano	A0=60,600,900	mandatorní požadavek	
12	možnost nastavení teploty dezinfekce až 99 °C	ano	99 °C	mandatorní požadavek	
13	vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačním ramenem a 12-ti tryskami	ano	12 trysek	mandatorní požadavek	
14	automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí	ano	ano	mandatorní požadavek	
15	vestavěný zásobník a dávkovač (s el. kontrolou množství) na odvápnovač	ano	ano, upozornění na nízký stav	mandatorní požadavek	
16	hlučnost max70 dB	max70 dB	48,5 dB	mandatorní požadavek	
17	ergonomické umístění dveří pro nakládku – spodní hrana dveří minimálně 550 mm od podlahy	ano	820 mm	mandatorní požadavek	
18	tepelné emise max. 630 W (540 kcal/h)	max. 630 W (540 kcal/h)	580 W	mandatorní požadavek	
19	celkový příkon: max 5,5 kW	max 5,5 kW	max. 5 kW	mandatorní požadavek	
20	spotřeba el.energie pro 1 mytí (krátký program): max. 0,25 kWh	max. 0,25 kWh	0,23 kWh	mandatorní požadavek	
21	Opad: DIN 90-100 variantně do země nebo do zdi	ano	ano	mandatorní požadavek	
22	Rozměry	výška	≤1650 až 1730 mm	1650 mm	mandatorní požadavek
23		šířka	≤550 až 600 mm	545 mm	mandatorní požadavek
24		hloubka	≤570 až 600 mm	475 mm	mandatorní požadavek
25	Elektroinstalace: 3N AC 400V (nebo 1N AC 230 V, 50 Hz)	ano	volitelně 400 V/230V	mandatorní požadavek	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – zdravotnické pomůcky, stolky a úložné prostředky“

Ceník spotřebního materiálu:

Kaligátor 5l

- 4** Myčky podložních mís
- A** Příslušenství



Objednací kód **005-calligator**

Technická specifikace

- Prostředek pro **bezpečné zamezení usazování vodního kamene**
- Vhodný pro **myčky podložních mís, mycí a desinfekční zařízení DISCHER**
- **Optimálně vytvoření pro řady Compact, Piccolo, Master a Boy**

Množství	Cena za kus bez DPH
1 – 5 ks	1 732 Kč
6 – 11 ks	1 610 Kč
12 – 24 ks	1 491 Kč
25 – 49 ks	1 369 Kč
50 – 74 ks	1 247 Kč
75 – 100 ks	1 156 Kč
>100 ks	1 046 Kč