



**Technická specifikace  
Veřejná zakázka „Transportní lůžka“**

Předmět veřejné zakázky musí být nový, nikoliv demo, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí být určena pro medicínské prostředí a musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.

U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů zadavatel povoluje toleranci +/- 10 % od uvedených technických údajů, a to u parametrů neoznačených u požadované hodnoty jako minimální nebo maximální. U technických parametrů označených slovem „minimální“ nebo „maximální“, nebo zkratkou „min.“ nebo „max.“, je povolena tolerance +/- 10 % od uvedených technických údajů pouze u parametrů označených ve sloupci 1 tabulky slovy „Tol. ano“. U takto neoznačených položek musí být technické parametry dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

V případě využití tolerance dodavatel na výzvu zadavatele musí prokázat, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel.

**Technická specifikace**

**Transportní lůžka pro Ambulance – Sprint 100**

1.	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nespĺňuje)
<b>Transportní lůžka pro Ambulance (3ks) musí splňovat následující parametry:</b>			
	- transportní lůžko pro emergency	ANO	
	- sloupová konstrukce lůžka	ANO	
	- ložní plocha čtyřdílná	ANO	
Tol. ano	- polohování zádového dílu 0 - 90° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 90°
Tol. ano	- polohování stehenního dílu 0 - 40° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 40°
Tol. ano	- polohování lůžkového dílu 0 - 20° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 21°



1.	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	- minimální maximální nosnost 300 kg	ANO	320 kg
	- RTG ložná plocha vhodná pro vyšetřování za pomoci C ramene a RTG kazet	ANO	
	- možnost zakládání RTG kazety z každého místa pod ložnou plochou bez nutnosti přesunu držáku RTG kazety	ANO	
	- sklopné postranice bez výskytu skřípných míst se sklápěním směrem k hlavě	ANO	
	- hydraulické nastavení výšky v rozmezí od 530 - 950 mm pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka (bez matrace)	ANO	555 – 880 mm
	- standardní ovládání Trendelenburgovy i Antitrendelenburgovy polohy pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka	ANO	
	- snímatelná hygienická matrace – desinfikovatelná, výška min. 8 cm	ANO	Standard, výška 8 cm
	- Integrovaný držák role papíru	ANO	
	- sklopná madla pro ovládání v čelech lehátka	ANO	
	- kolečka o průměru minimálně 200 mm s centrální brzdou a ovládáním ve všech rozích lůžka	ANO	200 mm
	- držák kyslíkové lahve	ANO	
	- výškově stavitelný infusní stojan integrovaný, sklopný	ANO	
	- odkládací košík (police, box) v podvozku	ANO	
	- integrované 5té kolečko pro snadnou manipulaci během převozu pacientů	ANO	
	- možnost volby barevné varianty lůžka z důvodu rozpoznatelnosti min. 3 barvy	ANO	4 barvy
	- šířka ložné plochy lůžka min. 66 cm	ANO	76 cm



**Transportní lůžka pro Emergency – Sprint 100**

1.	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
<b>Transportní lůžka pro Emergency (5ks) musí splňovat následující parametry:</b>			
	- transportní lůžko pro emergency	ANO	
	- sloupová konstrukce lůžka	ANO	
	- ložní plocha čtyřdílná	ANO	
Tol. ano	- polohování zádového dílu 0 - 90° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 90°
Tol. ano	- polohování stehenního dílu 0 - 40° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 40°
Tol. ano	- polohování lítkového dílu 0 - 20° pomocí plynové pístnice	ANO	0 – 21°
	- minimální maximální nosnost 300 kg	ANO	320 kg
	- RTG ložná plocha vhodná pro vyšetřování za pomoci C ramene a RTG kazet	ANO	
	- možnost zakládání RTG kazety z každého místa pod ložnou plochou bez nutnosti přesunu držáku RTG kazety	ANO	
	- sklopné postranice bez výskytu skřípných míst se sklápěním směrem k hlavě	ANO	
	- hydraulické nastavení výšky v rozmezí od 530 - 950 mm pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka (bez matrace)	ANO	555 – 880 mm
	- standardní ovládání Trendelenburgovy i Antitrendelenburgovy polohy pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka	ANO	
	- snímatelná hygienická matrace – desinfikovatelná, výška min. 8 cm	ANO	Standard, výška 8 cm
	- Integrovaný držák role papíru	ANO	

Výzva č. 98 IROP - název projektu „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potencionální hrozby“, investiční priorita 06.6.127 „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“, číslo 06.6.127.6.1 REACT-EU



1.	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	- sklopná madla pro ovládání v čelech lehátka	ANO	
	- kolečka o průměru minimálně 200 mm s centrální brzdou a ovládáním ve všech rozích lůžka	ANO	200 mm
	- držák kyslíkové lahve	ANO	
	- výškově stavitelný infusní stojan integrovaný, sklopný	ANO	
	- odkládací košík (police, box) v podvozku	ANO	
	- integrované 5té kolečko pro snadnou manipulaci během převozu pacientů	ANO	
	- možnost volby barevné varianty lůžka z důvodu rozpoznatelnosti min. 3 barvy	ANO	4 barvy
	- šířka ložné plochy lůžka min. 66 cm	ANO	76 cm