

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
"Monitory pro odd. ARIM - dšpávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU"
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Monitory životních funkcí ARIM dšpávací pokoj (12 ks) CARESCAPE B450, CARESCAPE CS v.3, výrobce GE Healthcare			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Kompatibilita			
Kompatibilita se stávajícím webovým přístupem k online datům a trendům pacienta v rámci vnitřní sítě. Využití stávajícího systému Mobile Care Server, GE Healthcare instalovaném na ARIM.	ANO	ANO	
Centrální stanice s barevným monitorem 1 ks			
Připojení a přenos dat na centrálu se zobrazením pro 12 pacientů	ANO	ANO	pro 12 pacientů
Možnost rozšíření až na 16 lůžkových monitorů současně	ANO	ANO	na 16 lůžkových mnitorů současně
Obousměrná komunikace s připojenými monitory	ANO	ANO	
Možnost sledování každého pacienta v reálném čase - min. 4 křivky u každého pacienta současně	ANO	ANO	4 křivky
Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici	ANO	ANO	
Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek - min. 24 hodin	ANO	ANO	24 hodin
Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.)	ANO	ANO	
Displej - 2 ks	ANO	ANO	
Záložní zdroj UPS	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Laserová tiskárna 1 ks	ANO	ANO	
Monitory životních funkcí - VELIKOST 12" 12 ks			
Monitor životních funkcí s barevným displejem min. SVGA	ANO	ANO	XGA
Plochá barevná obrazovka min. 12"	ANO	ANO	12"
Dotykový displej	ANO	ANO	
Současné zobrazení min. 6 křivek	ANO	ANO	6 křivek
Trendy grafické i numerické min. 24 hodin s možností rozšíření	ANO	ANO	24 hodin s možností rozšíření na 72 hodin
Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie)	ANO	ANO	
Respirace	ANO	ANO	
NIBP	ANO	ANO	
SpO2	ANO	ANO	
IBP	ANO	ANO	
Hemodynamické kalkulace	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Optické i akustické alarmy IEC	ANO	ANO	
Režim „Stand By“ – při odpojení pacientovi bez alarmů	ANO	ANO	
Přímý tisk na tiskárnu u centrálního monitoru	ANO	ANO	
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv	ANO	ANO	
Provoz na akumulátory min. 2 hodiny	ANO	ANO	2 hodiny
Modulový box pro min. 1 přídavný moduly	ANO	ANO	

Analogový výstup EKG a IBP	ANO	ANO	
Systém pro fixaci monitoru k poličce	ANO	ANO	
Držák monitoru životních funkcí k uchycení na infuzní tyč	ANO	ANO	
Výstup pro externí displej	ANO	ANO	
Multiparametrický modul s obrazovkou 12 ks			
Parametry min. EKG (3 a 5 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti, respirace, NIBP, IBP, SpO ₂ , 2 teploty	ANO	ANO	
Multiparametrické moduly fungující jako transportní monitor, autonomní provoz modulu (plná monitorace) min. po dobu min. 20 min po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem)	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitoru životních funkcí funkcí)	ANO	ANO	
Provoz na akumulátory min. 2 hodiny	ANO	ANO	2 hodiny
Možnost budoucího připojení přenositelného modulu pro měření EtCO ₂ s využitím stávajících modulů	ANO	ANO	
Možnost budoucího připojení modulu 4 kanálové EEG s AEP s využitím stávajících modulů	ANO	ANO	
Možnost budoucího připojení přenositelného modulu pro metabolické měření energetické spotřeby	ANO	ANO	
Všechny moduly jako součást monitorovacího systému - neakceptujeme externí zařízení	ANO	ANO	
Příslušenství			
Sada příslušenství pro provoz a měření všech definovaných parametrů	ANO	ANO	
Ostatní			
Záruka min. 24 měsíců (BTK a servis zdarma)	ANO	ANO	24 měsíců

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)