

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
"Monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU"
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Monitory životních funkcí ARIM DIOP (7 ks) CARESCAPE B450, výrobce GE Healthcare			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Kompatibilita			
Kompatibilita se stávajícím vybavením a připojení na stávající centrální stanici CC CS, GE Healthcare a 5 ks monitorů životních funkcí CARESCAPE B450, GE Healthcare	ANO	ANO	
Monitory životních funkcí - VELIKOST 12" 7 ks			
Monitor životních funkcí s barevným displejem min. XGA	ANO	ANO	XGA
Plochá barevná obrazovka min. 12"	ANO	ANO	12"
Dotykový displej	ANO	ANO	
Současné zobrazení min. 6 křivek	ANO	ANO	6 křivek
Trendy grafické i numerické min. 24 hodin s možností rozšíření	ANO	ANO	24 hodin s možností rozšíření na 72 hodin
Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie), Měření diagnostického 12 svodového EKG z 10 elektrod	ANO	ANO	
Respirace	ANO	ANO	
NIBP	ANO	ANO	
SpO ₂	ANO	ANO	
IBP	ANO	ANO	
Hemodynamické kalkulace	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Optické i akustické alarmy IEC	ANO	ANO	
Režim „Stand By“ – při odpojení pacientovi bez alarmů	ANO	ANO	
Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru	ANO	ANO	
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv	ANO	ANO	
Provoz na akumulátory min. 2 hodiny	ANO	ANO	2 hodiny
Modulový box pro min. 2 přídatné moduly	ANO	ANO	
Analogový výstup EKG a IBP	ANO	ANO	
Systém pro fixaci monitoru k poličce	ANO	ANO	
Držák monitoru životních funkcí	ANO	ANO	
Výstup pro externí displej	ANO	ANO	
Multiparametrický modul 7 ks			
Parametry min. EKG (3, 5 a 10 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti, respirace, NIBP, 4xIBP, SpO ₂ , 2 teploty, C.O.	ANO	ANO	
kompatibilní se stávajícími monitory na anesteziologických přístrojích v rámci COS, tj. připojení modulu k stávajícím anesteziologickým monitorům (CARESCAPE, GE Healthcare), bez nutnosti přepojování příslušenství pacienta a následné přenesení naměřených trendů z modulu do lůžkového monitoru a uložení těchto trendů do centrální stanic na neurologické JIP	ANO	ANO	
automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.	ANO	ANO	ze 4 svodů
Multiparametrické moduly fungující jako transportní monitor, autonomní provoz modulu (plná monitorace) min. po dobu min. 90 min po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem)	ANO	ANO	

Přídavné moduly			
přenositelný modul pro měření EtCO ₂ 2 ks	ANO	ANO	
Přenositelný modul pro metabolické měření energetické spotřeby 1 ks	ANO	ANO	
Všechny moduly jako součást monitorovacího systému nikoli jako externí zařízení	ANO	ANO	
Příslušenství			
Sada příslušenství pro provoz a měření všech definovaných parametrů	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)