

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
"Monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU"
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Monitory životních funkcí NEU s centrálou (10+1+1 ks)			
CARESCAPE B650, B450, CARESCAPE CS v.3, výrobce GE Healthcare			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Kompatibilita			
Kompatibilita se stávajícím webovým přístupem k online datům a trendům pacienta v rámci vnitřní sítě. Využití stávajícího systému Mobile Care Server, GE Healthcare instalovaném na ARIM.	ANO	ANO	
Centrální stanice s barevným zobrazováním			
Barevné obrazovky 2 ks	ANO	ANO	
Připojení a přenos dat na centrálu se zobrazením pro 10 pacientů	ANO	ANO	pro 10 pacientů
Možnost rozšíření počtu monitorů až na 16 lůžkových monitorů současně	ANO	ANO	na 16 lůžkových mnitorů současně
Obousměrná komunikace s připojenými monitory	ANO	ANO	
Možnost sledování každého pacienta v reálném čase - počet křivek u každého pacienta současně min. 4 křivky	ANO	ANO	4 křivky
Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrální stanici	ANO	ANO	
Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, kontinuální záznam křivek min. 24 hod	ANO	ANO	24 hodin
Režim pro zobrazení vybraného monitoru, možnost ovládat monitory dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.)	ANO	ANO	
Záložní zdroj UPS	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Laserová tiskárna	ANO	ANO	
Monitor životních funkcí transportní - VELIKOST 12" 1 ks			
Monitor životních funkcí s barevným displejem min. XGA	ANO	ANO	XGA
Plochá barevná obrazovka min. 12"	ANO	ANO	12"
Dotykový displej	ANO	ANO	
Současné zobrazení min. 6 křivek	ANO	ANO	6 křivek
Trendy grafické i numerické, min. 24 hodin s možností rozšíření	ANO	ANO	24 hodin s možností rozšíření na 72 hodin
Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie)	ANO	ANO	
Respirace	ANO	ANO	
NIBP	ANO	ANO	
SPO ₂	ANO	ANO	
IBP	ANO	ANO	
Hemodynamické kalkulace	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Optické i akustické alarmy IEC	ANO	ANO	
Režim „Stand By“ – při odpojení pacientovi bez alarmů	ANO	ANO	
Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru	ANO	ANO	
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv	ANO	ANO	
Provoz na akumulátory min. 2 hodiny	ANO	ANO	2 hodiny
Modulový box min. pro 1 přídatný modul	ANO	ANO	
Analogový výstup EKG a IBP	ANO	ANO	
Systém pro fixaci monitoru k poliče	ANO	ANO	

Držák monitoru vitálních funkcí k uchycení na infuzní tyč	ANO	ANO	
Výstup pro externí displej	ANO	ANO	
Monitor životních funkcí - VELIKOST 15" 10 ks			
Monitor životních funkcí s barevným displejem, min. XGA	ANO	ANO	XGA
Plochá barevná obrazovka min. 15"	ANO	ANO	15"
Dotykový displej	ANO	ANO	
Současné zobrazení min. 6 křivek	ANO	ANO	6 křivek
Trendy grafické i numerické	ANO	ANO	24 hodin s možností rozšíření na 72 hodin
Měření parametry: EKG (3,5,10 svody), analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, ventrikulární fibrilace, atriální fibrilace, ventrikulární tachykardie), Měření diagnostického 12 svodového EKG z 10 elektrod	ANO	ANO	
Respirace	ANO	ANO	
NIBP	ANO	ANO	
SpO ₂	ANO	ANO	
IBP	ANO	ANO	
Hemodynamické kalkulace	ANO	ANO	
Ovládání v českém jazyce	ANO	ANO	
Optické i akustické alarmy IEC	ANO	ANO	
Režim „Stand By“ – při odpojení pacientovi bez alarmů	ANO	ANO	
Přímý tisk na tiskárnu u centrálního monitoru	ANO	ANO	
Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv	ANO	ANO	
Provoz na akumulátory min. 2 hodiny	ANO	ANO	2 hodiny
Modulový box pto min. 2 přídatné moduly	ANO	ANO	
Analogový výstup EKG a IBP	ANO	ANO	
Systém pro fixaci monitoru k poličce	ANO	ANO	
Držák monitoru vitálních funkcí	ANO	ANO	
Výstup pro externí displej	ANO	ANO	
Multiparametrický modul 12 ks			
Parametry min. EKG (3, 5 a 10 svodů), analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti, respirace, NIBP, 4xIBP, SpO ₂ , 2 teploty, C.O.	ANO	ANO	
Kompatibilní se stávajícími monitory na anesteziologických přístrojích v rámci COS, tj. připojení modulu k stávajícím anesteziologickým monitorům (CARESCAPE, GE Healthcare), bez nutnosti přepojování příslušenství pacienta a následné přenesení naměřených trendů z modulu do lůžkového monitoru a uložení těchto trendů do centrálního stanice na neurologické JIP	ANO	ANO	
Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.	ANO	ANO	ze 4 svodů
Multiparametrické moduly fungující jako transportní monitor, autonomní provoz modulu (plná monitorace) min. po dobu min. 90 min po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem)	ANO	ANO	
Přídavné moduly			
Přenositelný modul pro měření EtCO ₂ 2 ks	ANO	ANO	
Přenositelný modul 4 kanálové EEG s AEP 2ks	ANO	ANO	
Přenositelný modul pro metabolické měření energetické spotřeby 1 ks	ANO	ANO	
Všechny moduly jako součást monitorovacího systému nikoli jako externí zařízení	ANO	ANO	
Příslušenství			
Sada příslušenství pro provoz a měření všech definovaných parametrů	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)