

**Vyplněná příloha č. 2\_6 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.****Název části veřejné zakázky: Hluboko mrazící box**

Část veřejné zakázky: 6

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

1 ks Hluboko mrazící box			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Hlubokomrazící box skříňového typu, s možností umístění na stůl a s nízkou hlučností a nízkou spotřebou energie.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Vnitřní užitný objem min. 35 l / max. 50 l.	ANO	Užitný objem 50 ltr.	Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Zařízení pro laboratorní/zdravotnický prostor a materiál ke skladování.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Vakuová izolace.	ANO	VIP Izolace	Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Musí garantovat homogenní rozložení teploty v celém boxu.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Celonerezové pouzdro.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Uzamykatelné dveře s dvojitým těsněním.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Mikroprocesorové řízení teploty.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Digitální ukazatel teploty.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J

Akustické a optické alarmy; alarm v případě vysoké teploty.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmů.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Průchodka pro teplotní senzor s vývodem vč. kabeláže pro externí monitoraci teploty uvnitř mrazáku.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Rozsah nastavení teploty min. -60 °C až -85° C.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Trvale udržitelná teplota -85 °C při práci v klimatické třídě N.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
Napájení 230 V / 50 Hz.	ANO		Příložený přístrojový leták DW-86L51J
<b><u>Příslušenství</u></b>			
Min. 3 klíče k integrovanému zámku dveří.	ANO		4 kusy klíčů

*\* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP) Není ZP
- frekvence provádění BTK Není ZP
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) Nevyžaduje

#### Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s technikou útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající Wifi síť nemocnice je požadováno, aby Wifi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

### **Kybernetická bezpečnost**

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.