

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále OZ)

Č.j. 3651/23/CN

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### Prodávající

**Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**

Sídlo:

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice

IČO/DIČ:

27068641/CZ27068641

Statutární zástupce:

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Prodávající**“)

a

### Kupující

**Domažlická nemocnice, a.s.**

Sídlo:

Kozinova 292, 344 01 Domažlice

IČO/DIČ:

26361078 / CZ699005333

Statutární zástupce:

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Kupující**“)

## 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)**“, Část 17 – **FULL HD LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ S DIGITÁLNÍM UPSCALEM NA 4K**. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

- 2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- 2.3. Účelem Smlouvy je dodání přístroje, který bude sloužit léčbě pacientů ve zdravotnickém zařízení.

### 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnický přístroj, který je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „přístroj“).
- 3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude:
- doprava a dodání přístroje včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
  - vykládka v místě určeném Kupujícím,
  - provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění přístroje,
  - dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce,
  - základní a následné zaškolení k používání a údržbě přístroje podle čl. 8.2. Smlouvy,
  - likvidace případně vzniklého odpadu,
  - poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy,
  - bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje,
  - provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování přístroje,
  - garance provádění PBTk a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby za podmínek uvedených v čl. 4.4. a v čl. 4.5. Smlouvy.
- 3.3. Prodávající odevzdáním přístroje umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
- 3.4. Přístroj musí být nový, kompletní a plně funkční. Dodaný přístroj musí být v souladu s požadavky Kupujícího a nabídkou Prodávajícího ve veřejné zakázce podle čl. 2.1. Smlouvy. Přístroj bude vhodný a plně použitelný pro sjednaný účel jeho použití v rámci této Smlouvy a v rozsahu, v jakém není tento účel konkrétně popsán, také vhodný a použitelný pro účel, k němuž se obvykle používá.
- 3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem přístroje, že na přístroji nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s přístrojem podle této Smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že dodávaný přístroj nemá žádné vady.
- 3.6. Kupující se zavazuje přístroj převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy.

### 4 KUPNÍ CENA

- 4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku přístroje uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy **kupní cenu** ve výši **3 086 410,61 Kč** bez DPH (slovy: **tři miliony osmdesát šest tisíc čtyři sta deset** korun českých a osmdesát čtyři haléřů, bez DPH). Výše Kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí **3 734 556,84 Kč**.

- 4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.
- 4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, instalaci, zaškolení, průběžné školení, BTK, záruční servis, dopravné, skladné, provedení předepsaných zkoušek, zajištění certifikátů, atestů, převod práv, pojištění, daně, poplatky a další náklady spojené s plněním Smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny.
- 4.4. Prodávající garantuje, že po skončení záruční doby dle čl. 7.3. Smlouvy bude poskytovat kompletní pozáruční servis dodaného přístroje po dobu 5 let. Prodávající je povinen pozáruční servis provádět tehdy, vyzve-li jej k tomu Kupující.

Pozáruční servis zahrnuje:

- provádění PBTK, jiné opakované servisní činnosti, elektrické revize, další zkoušky,
  - vystavení protokolu, dodávku náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna),
  - dodávku spotřebního materiálu,
  - náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.
- 4.5. Cena za provedení 1 PBTK za 1ks po dobu pozáručního servisu v pozáruční době, která zahrnuje náklady na činnosti pozáručního servisu uvedené v čl. 4.4. Smlouvy, činí **26 600,-** Kč bez DPH.

## 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající doručí do 10 dnů od předání a převzetí přístroje na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, splatnosti a den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, označení dodaného přístroje, odkaz na Smlouvu, označení projektu (*Název projektu: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení, Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016329*), kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího.

## 6 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 6.1. Prodávající dodá přístroj do **12 týdnů** od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava přístroje do sídla Kupujícího, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.
- 6.2. Přístroj bude dodán do sídla Kupujícího: Domažlická nemocnice, a.s., Kozinova 292, 344 01 Domažlice.

Prodávající oznámí přesný termín dodání přístroje Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem.

- 6.3. Po předání přístroje, instalaci a úvodním zaškolení podepíše Kupující předběžný protokol, ve kterém potvrdí umístění přístroje ve svém sídle. Je-li zařízení předáváno po částech, o každém dílčím předání se pořídí dílčí zápis. Následně Kupující provede technické testování po dobu 7 dnů, kdy si vyzkouší fungování přístroje v provozu a ověří, zda přístroj splňuje požadavky podle této Smlouvy. O výsledku technického testování Kupující předem uvědomí Prodávajícího. Odpovídá-li přístroj Smlouvě, podepíší smluvní strany předávací protokol. Okamžikem podpisu předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví přístroje a nebezpečí škody na něm. V případě nesplnění požadavků a parametrů Kupující přístroj nepřevzme a provede reklamaci v souladu se čl. 7 Smlouvy.
- 6.4. Kupující zajistí Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude přístroj umístěn. Prostory budou uzamykatelné a přístup k přístroji bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran.

## **7 ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě (přístroj) v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.1. Smlouvy. Prodávající odpovídá za vady přístroje v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 7.2. Kupující není povinen převzít dodaný přístroj, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného přístroje dle čl. 3.1. Smlouvy ve výši **24 měsíců**.
- 7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodaný přístroj bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí přístroje od Prodávajícího na základě řádně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.3. Smlouvy.
- 7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem. Součástí záruky za jakost je též provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem přístroje.
- 7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do přístroje Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 7.8. Kupující je povinen ohlásit vady Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Okamžik nahlášení vady Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Bude-li to přípustět charakter vady, je Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji Prodávající odstraní ve své provozovně.

- 7.10. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady přístroje. Prodávající je povinen odstranit závadu a uvést zboží do provozu nejpozději do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta je dodržena též v případě, pokud Prodávající zapůjčí Kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Pokud nebude závada do 48 hodin odstraněna, bude dodáno náhradní odpovídající zařízení až do odstranění závady, jinak je v prodlení.
- 7.11. V této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hod do 16:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.12. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 7.13. Reklamací může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval neoprávněně, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Prodávajícího.
- 7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 7.1., 7.2., 7.8. (bez druhé věty), 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy.
- 7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě (přístroje), jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má přístroj v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na přístroji vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má přístroj při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 7.17. Kupující je povinen přístroj zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí přístroje za účasti zástupce nebo dopravce Prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání přístroje, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
- 7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí přístroje anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem. V režimu práv z vadného plnění Prodávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Prodávající vadu neodstraní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit.

## **8 OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající

je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ a projektu ze strany operačního programu. Prodávající je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu. Prodávající je povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu Smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8.2. Po předání přístroje provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Prodávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.
- 8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele. Prodávající s předstihem písemně oznámí Kupujícímu plánovanou změnu technika uvedeného ve čl. 11.4. Smlouvy. Před zahájením činnosti nového technika poskytne Prodávající Kupujícímu originál nebo ověřenou kopii certifikátu na provádění obsluhy přístrojů od nového technika, příp. další doklady. Nový technik bude oprávněn vykonávat činnost pouze s písemným souhlasem oprávněného zástupce Kupujícího.
- 8.4. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v dodaném přístroji a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.5. Kupující jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Prodávajícímu jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 8.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v kupní ceně.

## 9 SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li přístroj ve lhůtě dle čl. 6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH dle čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení.

- 9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud je včas zapůjčen náhradní přístroj podle čl. 7.10. Smlouvy.
- 9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Neprovede-li Prodávající školení v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé nesplnění povinnosti.
- 9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů.
- 9.6. Změní-li Prodávající odbornou osobu dle čl. 11.4. Smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.7. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů podle čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.8. Pokud bude zjištěno, že dodaný přístroj obsahuje škodlivé látky, jak je specifikováno ve čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.9. Nezajistí-li Prodávající pozáruční servis podle čl. 3.2. a 4.4. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý neprovedený servisní úkon (PBTk a další opakované servisní činnosti) v rámci pozáručního servisu.
- 9.10. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.11. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Prodávajícím nepřekročí 80 % kupní ceny bez DPH.
- 9.12. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
- 9.13. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
- 9.14. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

## **10 UKONČENÍ SMLOUVY**

10.1. Tato Smlouva může být ukončena:

- a) splněním této Smlouvy,
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.

- 10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:
- a) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude řádně dodán v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury,
  - b) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj neobstojí v technickém testování podle čl. 6.3. Smlouvy,
  - c) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím,
  - d) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečně přiměřené lhůtě,
  - e) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. 2.1. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - f) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího,
  - g) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.
- 10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
- 10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.
- 10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě závažných okolností o dobu trvání překážky, nejdéle však o 30 kalendářních dnů, navýšit kupní cenu v případě změny sazby DPH v daňových předpisech a prodloužit předpokládaný termín dodání, z důvodů průtahů v zadávacím řízení.
- 10.7. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

## **11 KOMUNIKACE**


- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
- 11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se přípouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.



11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.

11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

**Smluvní a zásadní záležitosti**




**Technické a provozní záležitosti, osoba odpovědná za provádění záručního servisu**




11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

**Smluvní a zásadní záležitosti**



**Provozní a administrativní záležitosti**



## **12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**



- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 12.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího.
- 12.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 12.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.
- 12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil Kupujícího (zadavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.
- 12.6. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.

12.7. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.

12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

12.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

A stylized, handwritten signature in white ink on a black background. The signature is composed of several loops and curves, with a small registered trademark symbol (®) at the end.A stylized, handwritten signature in white ink on a black background. The signature is composed of several loops and curves, with a small registered trademark symbol (®) at the end.A stylized, handwritten signature in white ink on a black background. The signature is composed of several loops and curves, with a small registered trademark symbol (®) at the end.A stylized, handwritten signature in white ink on a black background. The signature is composed of several loops and curves, with a small registered trademark symbol (®) at the end.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
		Full HD laparoskopická věž s digitálním upscalem na 4K		24	Název: Olympus Visera Elite II, OTV-S200 Sériové číslo: S/N (bude určeno po případném objednání) Výrobce: OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. JAPAN
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>				<b>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO</b>	
Medicínský účel, použití: Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část stávajícího laparoskopického operačního vybavení centrálních operačních sálů.				ANO	
<b>Videoprocessor s integrovaným LED zdrojem světla -</b>				ANO	
Medicínská certifikace.				ANO	
Minimálně Full-HD 1920x1080 pixelů				ANO 1920x1080 pixelů	
Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem v českém jazyce				ANO	
Systém umožňuje využití pro laparoskopickou fluorescenční diagnostiku pomocí ICG kontrastu.				ANO	
Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních (1,0; 1,2; 1,5).				ANO až 1,5x ve 3 stupních (1,0; 1,2; 1,5)	
Výstupy - min. 1x HD-SDI, 1x DVI.				ANO 2x HD-SDI, 1x DVI, 1x Y/C, 1x Composite	
Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu.				ANO, splňuje všechny možnosti	
Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu.				ANO	
Umožňuje registraci a uložení až 20 uživatelských předvoleb.				ANO 20	
Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu.				ANO splňuje všechny možnosti	
Systém podporuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení blízké 4K.				ANO	
Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků pomocí USB rozhraní.				ANO	
Videozáznam je možný pomocí externího zařízení (viz položka záznamové zařízení).				ANO	
LED zdroj studeného světla integrovaný v kamerové jednotce				ANO	
LED lampy s životností min. 10.000 hod.				ANO až 10 000 hod.	
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu.				ANO	
Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole.				ANO	
Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení.				ANO	
Možnost zapojení světlovodných kabelů značek Storz, Wolf a Olympus.				ANO, řešeno adaptérem - součástí nabídky	
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního				ANO (hardwarově řízená filtrace světla pomocí optických filtrů - viz. technický popis)	
<b>Světelný zdroj pro ICG diagnostiku -</b>				ANO řešeno formou samostatného modulu, datově propojeno s kamerovou jednotkou	
Samostatný nebo integrovaný světelný zdroj určený pro zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí				ANO umožňuje zobrazování bílým světlem i IR, možnost přepínání tlačítkem na	
Musí umožňovat také zobrazování bílým světlem, aby přepínání mezi režimem bílého světla a IR během				ANO	
Kompatibilní s nabízenou sestavou.				ANO	
Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W xenon				ANO, 300 W xenon	
Životnost lampy – min. 500 provozních hodin.				ANO min. provozních 500 h	
Integrovaný záložní světelný zdroj s automatickým náběhem v případě vyčerpání životnosti hlavní lampy				ANO	
Automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou – dle světelných podmínek operačního pole.				ANO	
Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení, řízeno hardwarem (nikoliv pouze barevná úprava obrazu)				ANO	
Optika (1ks) pro laparoskopické zobrazení v IR pomocí ICG kontrastní látky. Optika musí umožňovat také zobrazování bílým světlem a úzkopásmovým zobrazením, průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, vč. sterilizačního kontejneru				ANO, optika plně odpovídá požadovaným funkcím a parametrům	
Světlovodný kabel, délka min. 3 m (1 ks).				ANO, 3 m	
<b>Operační monitor -</b>				ANO, 31,5"	
Úhlopříčka min. 31", medicínský atest.				ANO 31,5"	
Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160p.				ANO 3840x2160 p	
Svitivost min. 450 cd/m2.				ANO 450 cd/m2	
Kontrast min. 1000:1.				ANO 1000:1	
Vstupy: min. 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 12G-SDI.				ANO 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI	
Výstupy: min. 1x 3G-SDI, 12G-SDI.				2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI	
Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°.				ANO	
Umístění hlavního monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku.				ANO	

Umístění asistenčního monitoru na separátním pojízdném stojanu, který je součástí nabídky	ANO
Hmotnost monitoru max. 12 kg.	ANO 11,8
<b>3-čipová laparoskopická kamerová hlava – 3</b>	
3-čipová CMOS, min. Full-HD kamerová hlava, medicínský atest.	ANO, 3-čipová, CMOS, Full-HD kamerová hlava, medicínský atest
Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu	ANO
Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování.	ANO
Optický zoom min. až 1,8x (nastavitelný min. ve 3 krocích)	ANO Optický zoom až 1,8x (nastavitelný ve 3 krocích)
Min. 3 programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě.	ANO 3 programovatelná tlačítka
Autoklávovatelné provedení.	ANO
Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců.	ANO
Hmotnost max.: 300 g.	ANO 295 g
Laparoskopická optika, 30°, pr. 10 mm, vč. sterilizačního kontejneru (1 ks).	ANO
Světlovodný kabel, délka min. 3 m (1 ks).	ANO, 3 m
<b>Záznamové zařízení –</b>	
Zařízení s medicínskou certifikací.	ANO
2D/3D Full-HD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové	ANO 2D/3D, Full-HD, ovládání fot/video z kamerové hlavy
Ovládání přes dotykové rozhraní monitoru min. 21".	ANO 21"
Paměť min. 1 TB s možností rozšíření	ANO 1 TB s možností externího rozšíření
V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy.	ANO
Obrazové výstupy: min, DVI	ANO DVI, DP
Obrazový vstup: min. HD-SDI	ANO HD-SDI
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez patientských dat).	ANO
Kompatibilní s DICOM 3.0 vč. worklist.	ANO
Možnost rozšíření na automatické odesílání snímků do PACS	ANO
Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4.	ANO
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM.	ANO Full-HD 1920x1080p, 16:9
Možnost porovnávání záznamů / snímků.	ANO
Možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy, videolaparoskopu, endoskopu	ANO
Indikátor spuštěného nahrávání	ANO
Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy.	ANO
<b>Insuflátor –</b>	
Maximální průtok min. 45 l/min.	ANO 45 l/min
Musí mít automatickou kontrolu a regulaci insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta).	ANO
Připojení na centrální rozvod CO2	ANO
Indikátor stavu láhve s CO2.	ANO
Rozsah tlaku min. 3 - 25 mm Hg.	ANO 3-25 mmHg
Volitelná rychlost průtoku uživatelem – min. 3 nastavené rychlosti.	ANO 3 rychlosti s možností detailního donastavení
Přístroj má desuflační režim, kdy desuflace je automaticky spuštěna elektrochirurgickým generátorem při použití elektrochirurgického nástroje	ANO
Možnost také manuálního spuštění desuflace	ANO
Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu.	ANO
Dětský režim pro insuflacii malých dutin	ANO
Součástí dodávky bude resterilizovatelná insuflační (2 ks), resterilizovatelná desuflační hadice (2 ks), resterilizovatelná ohřívací insuflační hadice (2 ks), antibakteriální filtr (10 ks).	ANO

<b>Multioborový elektrokoagulační systém –</b>	
Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu.	ANO
Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci. (čisté, smíšené, sprej, urologické a gynekologické endoreseky ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití).	ANO
Výkonový rozsah min. 0 – 320 W.	ANO 0-320 W
Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie.	ANO
Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta.	ANO
Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření.	ANO
Možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně.	ANO
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů.	ANO
Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením).	ANO
Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoreseky.	ANO
Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace.	ANO
Módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace	ANO módy bip. řezání, 3 módy bipolární koagulace
Tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci	ANO tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, ANO
Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje	ANO
Možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem. Možnost programování uživatelem.	ANO až 39
Možnost softwarového update	ANO
Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji.	ANO
Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole.	ANO
Generátor umožňuje připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii – součástí nabídky 10 ks multifunkčního instrumentu využívající pokročilou bipolární energii - s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm. Nástroj je plně kompatibilní s daným generátorem bez nutnosti investice do dalších modulů či updateů	ANO
Možnost rozšíření o kompatibilní modul hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatažení cév až do velikosti 7 mm	ANO
Součástí dodávky je 1 ks nožního dvojpedálu a 1 ks nožního single pedálu, 2 ks monopolárního kabelu, 2 ks bipolárního kabelu, 2 ks kabelu pro neutrální elektrodu – vše kompatibilní s daným generátorem	ANO
<b>Přístrojový vozík -</b>	
Izolační transformátor.	ANO
Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor.	ANO
Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů.	ANO
Všechny výše uvedené moduly vč. hlavního monitoru umístěny na vozík	ANO
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná.	ANO, 4 brzděná kolečka
Zásuvka na klávesnici	ANO
Tyčový držák infuzních vaků součástí vozíku – na tyč bude umístěna stávající oplachová/odsávací pumpa pracoviště	ANO
Manipulační madla	ANO
Držák kamerové hlavy	ANO
Držák pro připevnění odpadní nádoby.	ANO
Držák pedálu	ANO
Antistatická povrchová úprava.	ANO
Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů.	ANO