

Vyplněná příloha č. 2_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**Název části veřejné zakázky: Proprioceptivní stimulace vibracemi****Část veřejné zakázky: 2****Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

1 ks Proprioceptivní stimulace vibracemi			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Přístroj pro aplikace fokálních vibrací pro dolní a horní končetiny.	ANO		Viz TL. Str.1
Možnost stimulovat obě končetiny nebo každou zvlášť.	ANO		Viz TL. Str.1
Aplikační polohovací křeslo elektricky nastavitelné.	ANO		Viz TL. Str.1
Polohovací mobilní odlehčovací systém pro dolní končetiny – odlehčení DK u imobilních pacientů.	ANO		Viz TL. Str.1
Odlehčovací systém pro horní končetiny.	ANO		Viz TL. Str.1
Min. 12 dobíjecích stimulačních jednotek.	ANO	12	Viz TL. Str.1
Synchronizované zapojení stimulačních jednotek.	ANO		Viz TL. Str.1
Bezdrátová komunikace stimulačních jednotek s dosahem kolem 10 m.	ANO	10m	Viz TL. Str.1
Řídící dotykové PC s dobíjecí stanicí pro stimulační jednotky.	ANO		Viz TL. Str.1

Terapeutický software v českém jazyce.	ANO		Viz TL. Str.1
<u>Součást dodávky</u>			
Terapeutický mód pro dolní končetiny (min. střídavý pohyb dolních končetin, podpěry, chůze, chůze do schodů, režim spasticity).	ANO		Viz TL. Str.1
Terapeutický mód pro horní končetiny (min. hrubá a jemná motorika, nácvik ADL aktivit).	ANO		Viz TL. Str.1
Mód pro ošetření spasticity.	ANO		Viz TL. Str.1
Aplikační bandáže pro uchycení vibrátorů: - set pro dolní končetiny - set pro horní končetiny - speciální set pro ošetření spasticity.	ANO		Viz TL. Str.1

*** Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.**

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje Ila
- frekvence provádění BTK 1x ročně
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) Přístroj nevyžaduje

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s technikou útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající Wifi síť nemocnice je požadováno, aby Wifi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přístupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.