

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

Obchodní název nabízeného plnění:	TruScan EEG CL 32	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- hlavice s minimálně 32 kanály pro snímání EEG	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- pro medicínské účely	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- určené ke snímání elektrické aktivity mozku	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- pro určení neurologických onemocnění, především epilepsie	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- možnost bipolární zapojení – a možnost změn longitudinální /transverzální snímání	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- referenční zapojení	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- nastavení hranic filtru	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- nastavení citlivosti	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- nahrávací stanice s licencí pro popis a zálohování	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- Součástí dodávky je:		
▪ nahrávací a vyhodnocovací stanice na pojízdném stolku s ramenem pro snímací část	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ fotostimulační lampa	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ 3 ks čepic se snímacími elektrodami pro opakované používání bez omezení počtu cyklu použití	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ hrudní popruh	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ EEG gel	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ 2 ks překlenovacích elektrod	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ 1 pár ušních elektrod	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ 1 pár EKG elektrod	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ aplikační stříkačka na gel	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ 3 ks tupých jehel	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ prací prostředek na EEG čepice	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ monitor s uhlopříčkou min. 24"	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ klávesnice	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ myš	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ zdroj s bezpečnostním oddělovacím transformátorem	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ záložní zdroj UPS	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ externí disk pro zálohování	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ černobílá laserová tiskárna	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
- Softwarové vybavení, snímací a vyhodnocovací EEG software:		
▪ automatická detekce a rejekce technických a biologických artefaktů	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ různé typy filtrování	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ rychlá Furierova transformace (FFT)	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ kompatibilita pro import dat získaných z různých nahrávacích zařízení	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO
▪ možnost budoucího rozšíření o propojení s NIS	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	ANO

V Hronově dne: 16.05.2023

.....  
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)  
Ing. Kamil Holub, jednatel