

## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ke kupní a servisní smlouvě mezi těmito smluvními stranami uzavřenou na dodávku a servis kryostatu vč. příslušenství z veřejné zakázky s názvem „**Kryostat vč. záručních a pozáručních činností II**“ zadanou dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod evidenčním číslem P23V00238326 a nabídkou prodávajícího ze dne 9. 3. 2023 mezi:

### 1. kupujícím:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
se sídlem: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **00179906**  
DIČ: **CZ00179906**  
bankovní spojení: **Česká národní banka**  
**č. ú. 24639511/0710**  
zastoupený: **MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem**

a

### 2. prodávajícím:

název: **INTES BOHEMIA s.r.o.**  
se sídlem: **Vodičkova 41 čp. 791, 112 09 Praha 1**  
IČ: **48110639**  
DIČ: **CZ48110639**  
bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**  
**č.ú. 1211001913/5500**  
zastoupený: **Ing. Jiřím Bejčkem, jednatelem**  
zapsaná(ý) v OR **vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16214**

Preambule – výše uvedené smluvní strany podepsaly dne 12. 5. 2023 kupní a servisní smlouvu na dodávku kryostatu vč. příslušenství v souladu s výše uvedenou veřejnou zakázkou. V průběhu plnění kupní a servisní smlouvy prodávající zjistil, že došlo k výraznému prodloužení doby dodání nabízeného přístroje NX 50 ze strany výrobce. Pro splnění doby dodání prodávající nabízí vyšší model, a to NX 70, který plní veškeré nepodkročitelné parametry ve zmíněné veřejné zakázce.

### 1. Předmět dohody

Předmětem dohody je narovnání vzniklého nesouladu mezi nabídkou prodávajícího uvedenou též v kupní smlouvě a realitou dodávky.

### 2. Cena narovnání


Narovnání vzniklého vztahu jde plně k tíži prodávajícího.

### 3. Ostatní ujednání

Toto narovnání se netýká žádného dalšího ustanovení uzavřené kupní a servisní smlouvy uzavřené dne 12. 5. 2023 na dodávku a servis kryostatu vč. příslušenství z veřejné zakázky s názvem „**Kryostat vč. záručních a pozáručních činností II.**“ zadanou dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod evidenčním číslem P23V00238326.


Příloha č. 1: Specifikace zboží

V Hradci Králové dne .....

  
Datum: 2023.06.23  
14:49:09 +02'00'

.....  
**Za kupujícího:**  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

V Praze dne .....

  
Datum: 2023.06.22  
14:03:17 +02'00'

.....  
**Za prodávajícího:**  
INTES BOHEMIA s.r.o.

# Kryostat CryoStar™ NX70

Typové označení: **CryoStar™ NX70**

Výrobce: **Epredia, Shandon Diagnostics Limited, Runcorn, United Kingdom**

## Technické parametry a užité vlastnosti:

- Kryostat se zabudovaným mikrotomem a chladícím prostorem pro přípravu preparátů ze zmrazených vzorků tkáně
- Manuální nebo automatické krájení
- 4 uživatelsky definované pracovní řezací protokoly
- Velká kryokomora, ovládací dotyková obrazovka
- Nastavitelné LED osvětlení pracovní komory
- Nastavení tloušťky krájení preparátu v rozsahu 0,5-500  $\mu\text{m}$
- Možnost retrakce (20  $\mu\text{m}$ )
- Elektronická i mechanická brzda ručního kola
- Vertikální posun až 64 mm
- Horizontální posun až 48 mm
- Nastavení pozice vzorku osy x, y  $\pm 8^\circ$ , osa z 360°
- Systém programovatelného automatického nebo okamžitého odmrazování
- Vzájemně nezávislé chlazení komory, nože a vzorku
- Teplota kryokomory -25 °C
- Samostatné uživatelsky definované chlazení držáku vzorků až na -50 °C
- Samostatné uživatelsky definované chlazení nože až na -35 °C
- 18 mrazících pozic + 1 pozice rychlomrazícího pultu (Peltierův článek, až -57 °C)
- „Sleep“ režim pro rychlé použití / úsporu energie s automatickým přepnutím z provozního do úsporného režimu bez nutnosti vnějšího zásahu
- Součástí systém studené desinfekce a integrovaný odsávací systém na odpad/napínání řezů
- Rozměry: 100 x 75,5 x 82 - 112 cm (nastavitelná výška)

### Součástí dodávky:

Vlastní kryostat včetně držáku

Terčíky pro vzorek

Nízkoprofilové žiletky

