

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **15/2023/LES**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!**Objednává:**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548
27259 KladnoIČ: 27256537
DIČ: CZ27256537**Dodavatel:**Johnson & Johnson, s.r.o.
Na Radosti 399
155 25 PRAHA 5 -Zlíchov

IČ: 41193075

Tel.: 227012352,227012441,227012449,
Fax:
Email: objednat@its.jnj.com**Datum objednávky:** 24.07.2023**Vyřizuje:****Telefon:****Fax:****Email:****Zakázka č.:** 31029**Prosíme, fakturu zasílejte vždy na vyřizující osobu, děkujeme. Na každou zakázku musí být vypracován cenový návrh, který musí být odsouhlasený.**

Žádám Vás o dodání, instalaci, zprovoznění, veškerou průvodní dokumentaci, zaškolení personálu, ...

00010 05.001.201 Tělo pohonné jednotky, modulární, pro Trauma Recon System 2ks
00020 05.001.231 Víko pro č. 05.001.201 (modulární), pro Trauma Recon System 2ks
00030 05.001.202 Power modul, pro Trauma Recon System 2ks
00040 05.001.223 Nástavec pilový sagitální, pro Trauma Recon System 2ks
00050 05.001.205 Rychlospojka AO/ASIF, pro Trauma Recon System 2ks
00060 05.001.206 Sklíčidlo na vrtáky (rychlost pro vrtání), s klíčem, pro Trauma Recon System, upínací rozsah O 7.3 mm 2ks
00070 05.001.207 Sklíčidlo na vrtáky (rychlost pro frézování), s klíčem, pro Trauma Recon System, upínací rozsah O 7.3 mm 2ks
00080 05.001.210 Nástavec pro frézování acetabula a dřevěové dutiny, pro Trauma Recon System 2ks
00090 05.001.212 Rychlospojka pro dráty Kirschnerovy O 1.0 do 4.0 mm, pro Trauma Recon System 1ks
00100 05.001.240 Tělo pohonné jednotky, Recon pila sagitální, s rukojetí tvaru T, pro Trauma Recon System 1ks
00110 05.001.241 Víko pro č. 05.001.240 (Recon pila), pro Trauma Recon System 1ks
00120 05.001.202 Power modul, pro Trauma Recon System 1ks
00130 05.001.601 Modulární rukojeť UNIUM™ 1ks
00140 05.001.602 Napájecí jednotka UNIUM™ Power Unit 1ks
00150 05.001.603 UNIUM Sterilní kryt 1ks
00160 05.001.604 Adaptér UNIUM™ pro UBC II 1ks
00170 05.001.250 Rychlospojka AO/ASIF pro č. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 a 05.001.175 1ks
00180 05.001.252 Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), s klíčem, upínací rozsah O 4.0 mm 1ks
00190 310.932 Náhradní klíč pro sklíčidlo na vrtáky, upínací rozsah O 4.0 mm 1ks
00200 05.001.188 Rychlospojka pro Kirsch. dráty B 0,6 až 3,2 mm, pro UNIUM™ 1ks
00210 532.021 Nástavec pilový oscilační, pro č. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 a 05.001.175 1ks
00220 05.001.187 Nástavec pro vrtáky, pro č. 532.001, 532.010, 532.101, 532.110 a 05.001.175 1ks

V souladu s CN ze dne 17.7.2023.

Název akce: "Obnova přístrojové techniky ONKL_2023"

Místo určení: COS ortopedie, vrchní sestra pí. Římsová 312 606 324

Návody a prohlášení o shodě (originál i český překlad prohlášení o shodě) prosím jak v tištěné podobě pro oddělení tak v elektronické podobě (flash disk , CD, ...) pro OZT.

Děkuji.

Předpokládaná cena bez DPH:	1 550 253,35 Kč
DPH 21%:	325 553,20 Kč
Předpokládaná cena včetně DPH:	1 875 806,55 Kč

V ceně je zahrnuto: dodání, instalace, veškerá průvodní dokumentace, zaškolení personálu,..

Doba dodání: Co nejdříve

Záruční doba: 24 měsíců

Schválil(a):

Při realizaci objednávky na dodávku zboží doložte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění, kopii prohlášení o shodě, certifikát/oprávnění k servisu/prodeji od výrobce a kopii registrace u SUKL.

Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo montážním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.v aktuálním znění.

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č.447/2001 Sb.