



	Instrumentárium pro dětskou traumatologii	Projekt: A3-029-RT
--	--	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: instrumentárium pro dětskou traumatologii

3. Kompatibilita: kompatibilita není požadována

4. Specifikace:

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Universální zamykací systém velikosti 2,7 mm		
Umožňuje ošetřovat zlomeniny kompresní dlahovou technikou se standardními kortikálními nebo spongiózními šrouby	Ano	Operační technika str. 2
Využívá implantát jako vnitřní fixátor tříštivých zón a zároveň poskytuje stabilní fixaci	Ano	Operační technika str. 2
Používá standardní i zamykací šrouby ve stejné konstrukci	Ano	Operační technika str. 2
Materiál dlah i šroubů je nerezavějící chirurgická ocel (22-13-5 stainless steel)	Ano	Operační technika str. 4
Využívá obousměrnou axiální kompresi uvnitř konstrukce	Ano	Operační technika str. 2
1. Seznam nástrojů		
1.1. čistící tyčka 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.2. čistící kartáček 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.3. momentový nástavec 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.4. 2,7 závitník 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.5. 2.5mm hex šroubovák 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.6. 2.0mm vrták s rychloupínacím koncem dlouhý 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.7. 2.0mm vrták s rychloupínacím koncem krátký 100 mm 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.8. 2.7mm vrták s rychloupínacím koncem dlouhý 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.9. 2.7mm /2.0mm vrtací pouzdro 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.10. T ručka na rychloupínací nástroje 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.11. ručka na rychloupínací nástroje 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.12. 2.7mm závitník 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.13. kleště na šroubky 1ks	Ano	Operační technika str. 20



Příloha č. 1. Technická specifikace

1.14. 2.5mm Hex šroubovák s dřevěnou rukojetí 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.15. Hohmann Retractor 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.16. Hohmann Retractor 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.17. Elevator 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.18. Redukční kleště 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.19. Redukční kleště 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.20. Redukční kleště 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.21. centrovací kostní kleště 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.22. kostní háček 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.23. levá ohýbačka 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.24. pravá ohýbačka 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.25. 2.7mm měřítko 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.26. 2.0mm standartní vrtací pouzdro 4ks	Ano	Operační technika str. 20
1.27. 2.7mm kompresní vrtací pouzdro 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.28. 2.7mm pouzdro držící šroubky 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.29. 2.7mm nástrojové síto 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.30. čistící tyčka 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.31. čistící kartáček 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.32. momentový nástavec 1ks	Ano	Operační technika str. 20
1.33. 2,7 závitník 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.34. 2.5mm hex šroubovák 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.35. 2.0mm vrták s rychloupínacím koncem dlouhý 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.36. 2.0mm vrták s rychloupínacím koncem krátký 100 mm 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.37. 2.7mm vrták s rychloupínacím koncem dlouhý 2ks	Ano	Operační technika str. 20
1.38. 2.7mm /2.0mm vrtací pouzdro 1ks	Ano	Operační technika str. 20
2. Seznam implantátů		
2.1. K- drát s trokarem 1.6mmx150mm,10 ks v balení , 1bal	Ano	Operační technika str. 20
2.2. K- drát s trokarem 2.0mmx150mm, 10 ks v balení, 1bal	Ano	Operační technika str. 20
2.3. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 2 otvory, 26mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.4. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 4 otvory, 49mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.5. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 6 otvorů, 72mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.6. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 7 otvorů, 84mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.7. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 8 otvorů, 95mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.8. 2.7mm zamykací dvojité kompresní dlahy, 9 otvorů, 107mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22



Příloha č. 1. Technická specifikace

2.9.	2.7mm zamykáč dvojité kompresní dlaha, 10 otvorů, 118mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.10.	2.7mm zamykáč dvojité kompresní dlaha, 12 otvorů, 141mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.11.	2.7mm zamykáč dvojité kompresní dlaha, 16 otvorů, 187mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.12.	2.7mm zamykáč T-dlaha, 2 otvory v hlavě, 3 otvory v těle, 39mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.13.	2.7mm zamykáč T-dlaha, 2 otvory v hlavě, 5 otvorů v těle, 62mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.14.	2.7mm zamykáč L dlaha, 3 otvory v těle, Levá, 39mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.15.	2.7mm zamykáč L dlaha, 3 otvory v těle, pravá, 39mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.16.	2.7mm zamykáč L dlaha, 3 otvory v těle, šikmá, Levá, 42mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.17.	2.7mm zamykáč L dlaha, 3 otvory v těle, šikmá, Pravá, 42mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 22
2.18.	2.7mm zamykáč L dlaha, 5 otvorů v těle, levá, 62mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.19.	2.7mm Zamykáč L dlaha, 5 otvorů v těle, pravá, 62mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.20.	2.7mm zamykáč L dlaha, 5 otvorů v těle, šikmá, Levá, 65mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.21.	2.7mm zamykáč L dlaha, 5 otvorů v těle, šikmá, Pravá, 65mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.22.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 6 otvorů, 49mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.23.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 8 otvorů, 65mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.24.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 10 otvorů, 81mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.25.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 12 otvorů, 97mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.26.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 14 otvorů, 113mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.27.	2.7mm zamykáč rekonstrukční dlaha rovná, 16 otvorů, 129mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.28.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 3 otvory, 36mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.29.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 4 otvory, 47mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.30.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 5 otvorů, 59mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.31.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 6 otvorů, 70mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.32.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 7 otvorů, 82mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.33.	Zamykáč 1/4 žlábková dlaha, 8 otvorů, 93mm, 1ks	Ano	Operační technika str. 23
2.34.	2.7mm zamykáč šroub 8 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.35.	2.7mm zamykáč šroub 10 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.36.	2.7mm zamykáč šroub 12 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.37.	2.7mm zamykáč šroub 14 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.38.	2.7mm zamykáč šroub 16 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.39.	2.7mm zamykáč šroub 18 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.40.	2.7mm zamykáč šroub 20 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.41.	2.7mm zamykáč šroub 22 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24



Příloha č. 1. Technická specifikace

2.42.	2.7mm zamykací šroub 24 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.43.	2.7mm zamykací šroub 26 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.44.	2.7mm zamykací šroub 28 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.45.	2.7mm zamykací šroub 30 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.46.	2.7mm zamykací šroub 32 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.47.	2.7mm zamykací šroub 34 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.48.	2.7mm zamykací šroub 36 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.49.	2.7mm zamykací šroub 38 mm, 6ks	Ano	Operační technika str. 24
2.50.	2.7mm zamykací šroub 40 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.51.	2.7mm zamykací šroub 42 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.52.	2.7mm zamykací šroub 44 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.53.	2.7mm zamykací šroub 46 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.54.	2.7mm zamykací šroub 48 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.55.	2.7mm zamykací šroub 50 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.56.	2.7mm zamykací šroub 55 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.57.	2.7mm zamykací šroub 60 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.58.	2.7mm kortikální šroub 6 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.59.	2.7mm kortikální šroub 7 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.60.	2.7mm kortikální šroub 8 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.61.	2.7mm kortikální šroub 9 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.62.	2.7mm kortikální šroub 10 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.63.	2.7mm kortikální šroub 12 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.64.	2.7mm kortikální šroub 14 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.65.	2.7mm kortikální šroub 16 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.66.	2.7mm kortikální šroub 18 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.67.	2.7mm kortikální šroub 20 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.68.	2.7mm kortikální šroub 22 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.69.	2.7mm kortikální šroub 24 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.70.	2.7mm kortikální šroub 26 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.71.	2.7mm kortikální šroub 28 mm, 4ks	Ano	Operační technika str. 24
2.72.	2.7mm kortikální šroub 30 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.73.	2.7mm kortikální šroub 32 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.74.	2.7mm kortikální šroub 34 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24



Příloha č. 1. Technická specifikace

2.75.	2.7mm kortikální šroub 36 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.76.	2.7mm kortikální šroub 38 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.77.	2.7mm kortikální šroub 40 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.78.	2.7mm kortikální šroub 42 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.79.	2.7mm kortikální šroub 44 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.80.	2.7mm kortikální šroub 45 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.81.	2.7mm kortikální šroub 46 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.82.	2.7mm kortikální šroub 48 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24
2.83.	2.7mm kortikální šroub 50 mm, 3ks	Ano	Operační technika str. 24