

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc - Hodolany
CZ

Číslo zákazníka: 2000017065

Senior Territory Manager
Gastroenterology
Medical Sales Division

GSM:
Email:
www.

V Praze, 18.07.2023

Název: Prostějov - EDC Plus

Číslo nabídky: Q-147094

	Objednací číslo	Položka	Počet	Jednotková cena	Celková cena	Sazba DPH	DPH celkem
1	E0425642	EDC Plus model D extension 8	1,00				
2	E0425684	EDC Plus - 1 large item basket	1,00				
3	E0425683	EDC Plus- 8 small item baskets	1,00				
4	E0425677	EDC Plus Y-holders	1,00				
5	E0425685	Držák konektoru "Multi", EDC	2,00				
6	E0425651	EDC Plus adaptér, set Olympus 1	2,00				
7	E0425652	EDC Plus adaptér, set Olympus 2	2,00				
8	E0425655	EDC Plus adaptér, set Olympus 5	1,00				
9	E0425657	EDC Plus adaptér, set Olympus 7	1,00				

Celková cena bez DPH: 673 634,00

Celková sleva bez DPH: 158 634,00

Celková cena po slevě bez DPH: 515 000,00

DPH 21%: 108 150,00

Celková cena včetně DPH: 623 150,00

Další informace, dodací a záruční podmínky

- Cena je platná při standardních cenových podmínkách.
- Platnost nabídky: 90 dnů, dodací lhůta: 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy, záruka: 24 měsíců.
- Doprava, instalace a zaškolení obsluhy jsou v ceně dodávky, servis zajišťuje Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.
- Tato nabídka a její dílčí podmínky a aspekty jsou obchodním tajemstvím společnosti Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazu se na mě, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
Evropská 176, 160 41 Praha 6, tel.:

IČ: 27068641 • DIČ CZ27068641 • Bankovní spojení: UniCredit Bank, Praha 1, Nám. Republiky 3a, 2105630382/2700 (Kč),
UniCredit Bank, Praha 1, Nám. Republiky 3a, č.ú. 2105630390/2700 (€), IBAN: CZ49 2700 0000 0021 0563 0390, BACXCZPP

**Sušící skříň na endoskopy -
specifikace minimálních
požadavků**

Lokace: AGEL Středomoraská
nemocnicní a.s. - Nemocnice

Prostějov

Kód ID: 00006293

Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	Olympus Czech Group, s.r.o. ČLEN KONCERNU
	Název nabízené technologie	EDC Plus Rozšiřovací jednotka pro 8 ks endoskopů
Kompatibilita	Výrobce	Van Vliet Medical Supply B.V.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita se stávajícím endoskopickým vybavením	Plná kompatibilita se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus Exera III, řady 185 a 190; Videoendosonograf lineární Fujifilm EG-580UT; Videoendosonograf radiální Fujifilm EG-580UR; Pentax na pracovišti endoskopického centra zadavatele	ANO, kromě endoskopů fy. Pentax, které nyní nejsou na pracovišti používány. Kompatibilita lze v budoucnu rozšířit na další požadované endoskopy
Medicínský účel		
Sušící skříň pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce	ANO	ANO
Technické parametry		
Pevný závěsný systém	ANO	ANO
Vertikální zavěšení endoskopů	minimálně 8 - 10 pozic	ANO; 8 endoskopů
Vnitřní sušení endoskopu vhnáním stlačeného medicínálního vzduchu připojením na interní kanály	Investor požaduje dodávku sušící skříně společně s připojením na standardní výstup medicínálního vzduchu	ANO
Nastavitelná doba sušení	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; 2 hodiny - 999 hodin
Možnost následného skladování	po dobu minimálně 160 hodin	ANO; cca 7 dnů
Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr	ANO; Uveďte hodnotu	ANO
Ovládací panel s dotykovým displejem	Ovládací panel s displejem, případně dotykový displej	ANO, dotykový displej
Ovládací panel je vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňuje připojení k tiskárně pro tisk protokolu	ANO	ANO, Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr
Otevření skříně pouze přes identifikační kartu RF ID	možnost, uveďte	ANO; RFID kartou
Průtok vzduchu	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; max. 100 l/min.
Rosný bod	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; -43° C
Filtr HEPA – 0,3 µ/99,97DOP	ANO; Uveďte hodnotu	ANO, filtr hepa 0,3µ/99,97DOP
Napájecí napětí 230 V	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; 230 V
Max. spotřeba el. energie	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; max 128 W
Rozměry - vnější	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; V/Š/H max. 2180/180/470 mm
Objem komory	ANO; Uveďte hodnotu	ANO; max 0,65 m ³
Příslušenství		
Adaptéry pro připojení endoskopů	Pokud jsou pro připojení endoskopů potřebné adaptéry, zadavatel požaduje připojení minimálně následujících typů endoskopů: Endoskopy Olympus řady: GIF - H 190, 185, XP190, 2T160, 2TH180, HQ 190, Q 165; TJF 145, 185; CF H180, HQ 190, Q165; CF-VL Videoendosonograf lineární Fujifilm EG-580UT; Videoendosonograf radiální Fujifilm EG-580UR	Splňuje kompatibilitu se všemi endoskopy kromě CF-VL