

CENOVÁ NABÍDKA - ZAKÁZKA číslo:

Nem Olom 8302023

Dodavatel: IČ: 10634291 DIČ: CZ5802067062



Luboš Ševčík OPTING servis
Laboratorní a zdravotnická technika
Bohumínská 788/61
710 00 OSTRAVA 10

+420-596 241 785

+420-603 464 790

www.optingservis.cz
optingservis@optingservis.cz

Zapsaný u Obecního živnostenského úřadu
města Ostravy pod ev.č.380702-3631-01 fyzická osoba

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373580343/0300

SWIFT CODE (BIC): CEKOCZPP
IBAN: CZ44 0300 0000 0003 7358 0343

Naše značka: 830

Odběratel: IČ: 268 73 346 DIČ: CZ26873346
IČ DPH: DIČ skupiny:

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a Hodolany
779 00 Olomouc

Datum zdanitelného plnění:
Datum vystavení:
Splatnost faktury do:
Datum splatnosti:
Způsob úhrady: příkazem k úhradě.

Vaše objednávka (smlouva) č.:

Cenová nabídka na 2 ks Transportní lehátko, ze dne 22.5.2023, určeno pro: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Označení dodávky:	DPH	Ks	Cena bez DPH	Sleva	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
- Transportní lehátko, hydraulické zvedání int. TVH-31, 2x malá kola 200 mm venkovní bantamová s brzdou na obou kolečkách, 2x velká kola 520 mm, plastový kryt podvozku, 2x nerezové zábrany, madlo u nohou, 4x nárazové kolečka, držák role papíru, cena po slevě, původní cena 38.940,-Kč+21% DPH za kus	21%	2	37.900,00		75.800,00	15.918,00	91.718,00
- Přeprava na místo určení, velký balík, 2 ks	21%	2	1.300,00		2.600,00	546,00	3.146,00
Základ daně 15%	0,00						
Základ daně 21%	78.400,00						
DPH 15%	0,00						
DPH 21%	16.464,00						
DPH celkem	16.464,00						
K úhradě v Kč:							94.864,00Kč
Zaplaceno v Kč:							0,00Kč
Celkem k úhradě v Kč:							94.864,00Kč

- Transportní lehátko, barva dle výběru, specifikace:
- Podvozek - BPŽ 230kg, zdvih hydraulický
- Plastový kryt podvozku s odkládacím prostorem
- Kolečka venkovní bantamová 2 x ø200 mm + 2 x ø520 mm
- Ložná plocha - dvoudílná čalouněná
- Zádový díl - polohování s pomocí pístnice
- Držák role hygienického papíru
- Postranice nerezové odklopné

Výše uvedené zboží je majetkem firmy Luboš Ševčík OPTING servis až do jeho celkové úhrady!
Při opožděné úhradě této faktury účtujeme za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05%.

Přílohy:

Vystavil: Luboš Ševčík



Luboš Ševčík
ředitel firmy OPTING servis
Laboratorní a zdravotnická technika
Razítko a podpis

33. LEHÁTKO TRANSPORTNÍ

- minimální technická specifikace

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL

Přerov

Kód ID: 00003313

Množství: 2 ks

Technické parametry	Uchazeč	Luboš Ševčík
	Název nabízené technologie	Transportní lehátko
	Výrobce	Prima Reha
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
TECHNICKÉ PARAMETRY		
Lehátko určené pro transport uvnitř i vně budovy	ANO	ANO
Ložná plocha pevně spojená s nosnou konstrukcí	2 dílná	ANO
Délka ložné plochy	min. 1900 mm	ANO
Šířka ložné plochy	min. 700 mm	ANO
Pevná výška	NE	NE
Hydraulické nastavení výšky v rozsahu	ANO, min. 600 - 850 mm	Hydraulické zvedání
Rozsah nastavení zádového dílu	min. 45° (s podporou plynové vzpěry)	ANO
Rozsah nastavení stehenního dílu	NE	NE
Rozsah nastavení lýtkového dílu	NE	NE
Funkce kardiackého křesla	NE	NE
Šokové polohování	Uvede dodavatel	NE
Držák pro RTG kazetu	NE	NE
Konstrukce uzpůsobena na pro vyšetření pomosí C-ramena	NE	Uchazečem doplněná hodnota parametru
Nárazová kolečka v rozích ložné plochy	ANO	ANO
Skládací podélné zábrany (postranice)	ANO, sklápěné podél lůžka	ANO
Transportní madla	ANO	ANO u nohou 1x
Transportní kolečka	min. 2x 200 mm, 2x 520 mm	ANO
Páté pomocné kolečko s odpružením pro tlumení nárazů pro usnadnění manipulace	NE	NE
Centrální brzda	ANO	ANO + 2x brzdový pedál na malých kolčkách
Nosnost	min. 180 kg	230 kg
Volitelná barva koženky i konstrukce	možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiložte vzorník)	Konstrukce bílá, barva koženky dle výběru z přílohy
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Matrace lehátka omyvatelná a dezinfikovatelná	ANO, dodavatel uvede výšku matrace, zda je oddělitelná a zda má případně integrovaný systém přesun pacienta z lehátka či na lehátko	ANO, 70 mm, vcelku, pevná, integrovaný systém nemá
Držák hygienického papíru	ANO	ANO
Infúzní stojan vč. držáku	NE	NE
Držák tlakové láhve	NE	NE
Lišty na příslušenství	NE	NE
Zajišťovací stavitelné pásy	NE	NE
OSTATNÍ		
Záruka (během záruky BTK a servis zdarma)	ANO, min. 24 měsíců	ANO, 24 měsíců, BTK se během záruky neprovádí
Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení	ANO	ANO