

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technické parametry	Dodavatel	PROMA REHA, s.r.o.
	Název nabízené technologie	Lžko SUPERTA H
	Výrobce nabízené technologie	PROMA REHA, s.r.o.
Požadavky zadavatele na mechanická lůžka - 35 ks	Požadovaná hodnota zadavatele	Dodavatelem uvedená hodnota/popis plnění
Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad	ANO	ANO
Konstrukce lůžka	kovová	ANO, kovová
Zdvih lůžka pomocí hydraulického motoru	minimálně o 39 cm	ANO, o 39cm (39,5 - 78,5cm)
Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka	ANO	ANO
Ovládání zdvihu lůžka	pomocí nožního pedálu dostupného z obou stran lůžka	ANO
Nejnižší poloha ložné plochy	max. 40 cm	ANO, 39,5cm
Dvoudílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti	ANO	ANO
Šířka ložné plochy	min. 85 cm	ANO, 85cm
Délka ložné plochy	min. 200 cm	ANO, 200cm
Vnější rozměry z důvodu prostorového rozmístění a transportu (v případě nasazení postranic)	max. 97 x 215 cm	ANO, 97 x 214cm
Polohování zádového dílu ložné plochy	pomocí plynové pístnice	ANO, pomocí plynové pístnice
Polohování zádového dílu	min. 70°	ANO, 70°
Prodloužení ložné plochy za pomoci nářadí	min. o 20 cm	ANO, o 20cm
Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování zádového dílu	ANO	ANO
Autoregrese zádového dílu	min. 12 cm	ANO, 12cm
Kovová čela s výplní z vysokotlakého laminátu (HPL), pevná - neodnímatelná	ANO + možnost zvolení barevného provedení/tyrkysová/ výběr ze vzorníku	ANO
Příprava pro doplnění o jednoduché ¼ kovové postranice, sklopné podél lůžka, které ve sklopném stavu nepřesahující půdorys lůžka	ANO	ANO
Nasunutí a odejmutí postranic bez použití nářadí (v případě potřeby)	ANO	ANO
Kolečka	o průměru min. 125 mm	ANO, pr. 125mm
Kolečka	3x brzda	ANO, 3x brzda
Kolečka	1x směrové kolečko	ANO, 1x směrová aretace
Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka, nesmí přesahovat půdorys lůžka	ANO	ANO
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan)	v hlavové části i nožní části lůžka	ANO
Nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO
Bezpečné provozní zatížení lůžka	minimálně 250 kg	ANO, 250kg
Povrchová úprava kovových částí	lakování polyesterovými práškovými barvami, barva bílý odstín	ANO, RAL 9016 bílá
Požadavky zadavatele na stolky k lůžkům - 35 ks	Požadovaná hodnota zadavatele	Dodavatelem uvedená hodnota/popis plnění
Oboustranné kovové provedení	ANO	ANO
Rozdělení stolu	zásuvka, nika, dvířka, prostor na obuv	ANO
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí	ANO	ANO
Prostor pro obuv	ve spodní části stolu, přístupný z čela stolu, ne z boku	ANO
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného ABS plastu po celém obvodu	ANO	ANO
Plastová vložka zásuvky z ABS	ANO	ANO

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev	ANO	ANO
Dvojitá plastová brzditelná kolečka	průměr min. 65 mm	ANO, pr. 65mm
Korpus stolku	bílý (stejná barva jako lůžko)	ANO, RAL 9016 bílá
Zásuvky a dvířka z vysokotlakého materiálu HPL	ANO + možnost zvolení barevného provedení/tyrkysová/ výběr ze vzorníku	ANO
Zámek	NE	NE
Rozměry	š x h x v: 40 x 50 x 90 / ± 4 cm	ANO, 41,5 x 51 x 88 cm

Požadavky zadavatele na postranice k lůžkům - 3 páry (6 ks)	Požadovaná hodnota zadavatele	Dodavatelem uvedená hodnota/popis plnění
Sklopné postranice	odnímatelné, nasazovací	ANO
Postranice	po celé délce lůžka nebo 3/4	ANO, 3/4 sklopné
Materiál	kovové, lakované - stejné jako lůžko	ANO
Nasunutí a odejmutí postranic bez použití nářadí (v případě potřeby)	ANO	ANO

