



Příloha č. 1

Technická specifikace a kupní cena stanovená Prodávajícím
dle odstavce 3.4. kupní smlouvy

Projekt	ČAST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	ČIČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lechotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Cloudové úložiště pro stávající záznamová zařízení - 1 kpl	Olympus ISM Premium SoftwareLicense Bundle		
Výrobce	Gyrus ACMI, Inc.		

Cloudové úložiště pro stávající záznamová zařízení - 1 kpl
--

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpouštěného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Cloudové úložiště pro stávající záznamová zařízení - 1 kpl		
Zabezpečená, centralizovaná řešení pro ukládání a správu mediálních dat	základní požadavek	ANO
Integrace do služby Active Directory prostřednictvím LDAP / LDAPS - dodržování požadavků na správu hesel v nemocnici / požadavky na složitost	základní požadavek	ANO
Možnost vzdáleného přístupu EasyView	základní požadavek	ANO
Lékaři mohou prohlížet videa a obrázky	základní požadavek	ANO
Hledat případy podle jména, id, data atd	základní požadavek	ANO
Porovnat současný stav pacienta a se stavem z historických záznamů	základní požadavek	ANO
Zachytit další statické obrázky z videa v databázi, přidávat štítky a popisy	základní požadavek	ANO
Přístup z PC v nemocniční síti či iPad zařízení	základní požadavek	ANO
Rízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy	základní požadavek	ANO
EasyPost funkce umožňuje: nahrávání na pozadí před započítáním samotného nahrávání pro eliminaci nezachycení důležitých momentů	základní požadavek	ANO
EasyPost funkce umožňuje: stih a editaci videa	základní požadavek	ANO
Možnost samostatného HW řešení nebo virtuálního provozu na HW zadavatele	základní požadavek	ANO
Automaticky záznam aktivován založením nového pacienta na připojených záznamových zařízeních pro případné zálohování	základní požadavek	ANO
Licence pro připojení jednotlivých sálů	základní požadavek	ANO
Možnost streamování videa jednosměrně či obousměrně včetně zvuku v závislosti na licenci	základní požadavek	ANO
Podpora integrace do HIS za pomoci HL7	základní požadavek	ANO
Podpora integrace PACS s DICOM 3.0 (video a obrázky)	základní požadavek	ANO
Umožňuje aktualizace zabezpečení pro všechny připojené systémy (WSUS)	základní požadavek	ANO
Umožňuje vzdálenou IT podporu (VPN)	základní požadavek	ANO
Rozšířitelné úložiště pomocí dalších diskových polí na serveru	základní požadavek	ANO
Možnost nastavení automatické správy odmazávání nejstarších záznamů	základní požadavek	ANO
Plně certifikováno dle GDPR	základní požadavek	ANO
Min. požadavky HW server: procesor 2.4 GHz (nebo vyšší), 16GB RAM, 1Tbps, 250 GB pro VSS systém, 1,5Tb pro knihovnu dat VSS	základní požadavek	ANO
EasyCut software pro stih a úpravu videa s možností tvorby prezentací	základní požadavek	ANO
EasyCut SW umožňuje:		
Ukládat klipy jako samostatné filmy nebo je spojit do jednoho filmu	základní požadavek	ANO
Import videa i snímků	základní požadavek	ANO
Pořizování a ukládání obrázků během úprav	základní požadavek	ANO
Odesílání nového obsahu do neklinických prohlídacích výukových knihoven	základní požadavek	ANO
Možnost postupného přehrávání více klipů bez pauzy	základní požadavek	ANO
Zvýraznění záložek a umístění klipů na obrazovce	základní požadavek	ANO
Úpravy z místního disku nebo ze sítě	základní požadavek	ANO
Snadná instalace do více SW systémů	základní požadavek	ANO
Podpora aplikace PowerPoint pro propojené i vložené video	základní požadavek	ANO
Volitelně překoduje video z MP4 do formátu WMV	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x CD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splnění. Uchazeč ve slo

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktov

Dne 24-05-2022

Dne

RICHARD KRUTINKA

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNE ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Operační stůl		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS Gynekologie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochtínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační stůl gynekologie 1kpl	Maquet Meera		
Výrobce	MAQUET GmbH		

Operační stůl gynekologie – 1 kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerespasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce		ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostních technických prohlídek, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační stůl gynekologie – 1 kpl		
operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru - dolu, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, laterální náklony, zářová sekce, nožní segmenty, motorický podélný posun desky nebo bez posunu, ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu 600 až 1050 mm	základní požadavek	ANO
základna včetně podvozku z ocelové litiny, 4 dvojitá kola s integrovanou v základně chráněna proti znečištění	základní požadavek	ANO, kolečka skryta v základně, výšuvná
vysoká stabilita zajištěná dosednutím základny na podlahy	základní požadavek	ANO
operační stůl s min. pěti segmentovou operační deskou o maximální šířce 590 mm včetně eurolišť (základní pánevní díl, zářový díl, hlavová podložka sklopná, nastavitelná ve dvou polohách, nožní díl s možností abdukce)	základní požadavek	ANO
operační deska stolu RTG transparentní	základní požadavek	ANO
napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami, bez dotahování šroubů (vyjma položky hlavy)	základní požadavek	ANO
ednolačková předvolba pozice polosed „plážové lehátko“ a „místek“	základní požadavek	ANO
možnost uložení až 10 předvolených nastavení operačního stolu do paměti	základní požadavek	ANO, až 30 poloh
funkce na dálkové ovládní - IR bezkabelový ovladač nebo kabelový přípojny ovladač, : ovladač s displejem a komunikací v českém jazyce, výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, polohování zářové sekce a podložek nohou, zobrazení stavu nabíjení baterie stolu	základní požadavek	ANO, ovladač v ČJ, barevný dotykový displej
možnost připojení dvou kabelových ovladačů současně (může být nožní pro lékaře, ruční pro sestru)	základní požadavek	ANO
ovládání na boku základny stolu s indikací aktuálního stavu baterií - akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu	základní požadavek	ANO
možnost oboustranného sestavení operační desky (tzn. záměru zářového segmentu za nožní segment a opačně)	základní požadavek	ANO
Trendelenburgové a anti-Trendelenburgové polohy v minimálním rozsahu 25°/35°	základní požadavek	ANO 25°/35°
kombinace Trendelenburgové polohy a náklonu min. 25°/20°	základní požadavek	ANO 25°/20°
laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°	základní požadavek	ANO 20°
zářová sekce - polohování v rozsahu +70° / -40°	základní požadavek	ANO +70°/-40°
elektricky stavitelné podložky nohou v rozsahu + 80° / - 90°	základní požadavek	ANO + 80°/ - 90°
nosnost operačního stolu musí být 450 kg, v reverzní pozici minimálně 250kg	základní požadavek	ANO 454 kg, 250 kg reverz
polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu	základní požadavek	ANO
komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – 80 mm vysoké, dvouvrstvé	základní požadavek	ANO 80 mm
longitudinální posun 310 mm motorický (možná varianta s posunem i bez)	základní požadavek	ANO 310 mm
možnost elektrického posunu pro snazší manipulaci se stolem	základní požadavek	ANO
nosnost v šautech 160 kg	základní požadavek	ANO 160 kg
možnost flexe (zlomení stolu) 220°	základní požadavek	ANO 220°
rozsah zdvihů stolu 600 – 1050 mm	základní požadavek	ANO 600 - 1050 mm
Kompletní gynekologické příslušenství	základní požadavek	ANO
Vyhřívací podložka pod pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné školení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (přílohy).

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTIK



Projekt	ČAST 1 PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY - intenzivní medicína - Operační stůl		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS Chirurgie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:	[REDACTED]		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační stůl chirurgie 1kpl	AXIS 500		
Výrobce	Schaerer Medical AG		

Operační stůl chirurgie – 1 kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i požáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a požáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační stůl chirurgie – 1 kpl		
Mobilní operační stůl s bateriovým napájením s vestavěným nabíjecím systémem	základní požadavek	ANO
Elektrohydraulicky ovládané pohony	základní požadavek	ANO
Excentricky umístěný teleskopický sloup s nerezovým povrchem (ne guma nebo plast) pro snadný přístup C ramena bez nutnosti podélného posuvu desky stolu.	základní požadavek	ANO
Stůl musí umožnit v základní poloze transparentnost od nohou až po ramena (délka min 1400 mm) bez nutnosti manipulace s pacientem	základní požadavek	ANO, 1400 mm
Zdvojené napájecí a pohonné systémy (záloha pohonů a napájení, paralelní pracující)	základní požadavek	ANO
Kapacita baterií na jedno nabití min na 5 dní provozu	základní požadavek	ANO
Nabíjecí systém v noze operačního stolu	základní požadavek	ANO
Ovládní pomocí ručního ovladače a nouzový ovladač na op. stole (pro všechny polohy stolu vč. aretace)	základní požadavek	ANO
Aretace stolu pomocí hydraulických válců, (ne zabrzděním jezdových kol)	základní požadavek	ANO
Stabilní jezdová kola s průměrem minimálně 120 mm pro snadnou manipulaci stolu s pacientem	základní požadavek	ANO
Možnost aretace jezdových kol pro přímý směr vpřed i vzad pro snadnou manipulaci	základní požadavek	ANO
Nejméně 7 dílná ložní plocha s antidekubitním čalouněním (tl. min 60 mm), RTG transparentní	základní požadavek	ANO, tloušťka 69 mm
Všechny plochy stolu odnímatelné, dezinfikovatelné, antidekubitní matrace.	základní požadavek	ANO
Nosnost minimálně 220 kg v dynamickém režimu (pohyb s pacientem)	základní požadavek	ANO
Nosnost maximální ve statickém režimu 350 kg	základní požadavek	ANO
Eurolišty pro montáž příslušenství (podél celé délky stolu)	základní požadavek	ANO
Možnost konfigurace stolu do pozice „Beach chair“	základní požadavek	ANO
Odnímatelné nožní segmenty pro snadnou montáž ortopedického příslušenství	základní požadavek	ANO
Motorické funkce:		
Trendelenburg /Antitrendelenburg +28° / -28°	základní požadavek	ANO +28°/-28°
Boční náklon levý /pravý +18° / -18°	základní požadavek	ANO +18°/-18°
Deska sedací nahoru / dolů +76° / -40°	základní požadavek	ANO +76°/-40°
Flex/reflex (zlomení stolu do tvaru písmene A / do tvaru písmene V- beach chair) 220° / 104°	základní požadavek	ANO, 220°/104°
Zvedání/klesání stolu v rozsahu 686 -1092 mm	základní požadavek	ANO, 686-1092 mm
Nulová pozice jedním tlačítkem	základní požadavek	ANO
Manuální funkce:		
Deska hlavová nahoru/dolů +30° / -30°	základní požadavek	ANO +30°/-30°
Desky nožní nahoru/dolů +15° / -95°	základní požadavek	ANO +15°/-95°
Desky nožní – vyklonění o min 90° do stran	základní požadavek	ANO
Aretace jezdových koleček pro přímý směr	základní požadavek	ANO
Ortopedicko-traumatologické příslušenství pro horní, dolní a boční extenzi	základní požadavek	ANO
Vyhřívací podložka pod pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCDI/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUT



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - Operační světlo		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	OS Chirurgie, Gynekologie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:	[REDACTED]		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační světlo 4ks	Maquet Volista Access		
Výrobce	MAQUET GmbH		

Operační světlo – 4 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační světlo – 4ks		
Zdroj - monochromatické bílé diody LED	základní požadavek	ANO, bílé LED jednobarevné
Intenzita podle Ec - až 160 000 lx	základní požadavek	ANO, až 160 000 lx
Barevná teplota – 4 300 K	základní požadavek	ANO 4300 K
Index podání barvy CRI Ra – min. 95	základní požadavek	ANO 95
Plynulé nastavení osvětlení v rozmezí 30 až 100%	základní požadavek	ANO 10 - 100%
Nastavení průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvm	základní požadavek	ANO
Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED, jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsích nebo ramenech není přípustná	základní požadavek	ANO, zelený endo mod
Ovládání na závěsu lampy, případně na nástěnném panelu	základní požadavek	ANO, na lampě i nástěnném panelu
Standardní příprava pro HD kameru	základní požadavek	ANO
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUT





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Hystero-resektoskop – 2 ks	Olympus TCRis Hystero-Resectoscope		
Výrobce	Olympus Winter & Ibe GmbH		

Hystero-resektoskop – 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Hystero-resektoskop – 2 ks		
1 kompletní sada obsahuje:	základní požadavek	
HD teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 12°, délka 190 mm, podpora funkce selektivního barevného zobrazování	základní požadavek	ANO
světlovodný kabel, pr. 2,8 mm, délka 3m, autoklávovatelný	základní požadavek	ANO
vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr 8.5 mm, připojení hadic pomocí konktorů s kohoutem	základní požadavek	ANO
rotační dvojití pro single flow resekci v solném roztoku s obturátorem	základní požadavek	ANO (obturátor včetně vnitřního pláště)
pasivní pracovní element	základní požadavek	ANO
vnitřní plášť obsahuje vysoce odolnou keramickou izolační špičku	základní požadavek	ANO (včetně obturátoru)
ergonomický design a vyvážený nástroj pro minimalizaci únavy operátora	základní požadavek	ANO
ochrana proti pulzování operačního pole	základní požadavek	ANO
snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání - „zacvakávání“, bez nutnosti šroubování nebo manuálního uzamykání	základní požadavek	ANO
možnost připojení resekčních klíčků různých velikostí (malá, střední, velká)	základní požadavek	ANO
možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku	základní požadavek	ANO
možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt	základní požadavek	ANO
možnost připojení jehlové incizní elektrody	základní požadavek	ANO
možnost připojení kulčkové koagulační elektrody	základní požadavek	ANO
Bipolární resektoskop vč. teleskopu, HF kabelu a světlovodného kabelu jsou sterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C	základní požadavek	ANO
system zaručující možnost opakovaného použití s odolností vůči běžně užívaným typům dezinfekčních prostředků	základní požadavek	ANO
součástí dodávky je:	základní požadavek	
sterilizační kontejner plastový s víkem a vnitřním pořadačem,	základní požadavek	ANO
HF kabel bipolární pro připojení na generátor	základní požadavek	ANO
příslušenství nutné pro uvedení do provozu – pracovní resekční elektrody – klička resekční velká, jehlová incizní elektroda a kulčková koagulační elektroda	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKAZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	CHIR	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení Intrakorporální litotriptor - 1 ks	Shockpulse_SE	
Výrobce	Olympus	

Intrakorporální litotriptor - 1 ks.

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakýchkoli výjimek na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Intrakorporální litotriptor – 1 ks		
určeno pro fragmentaci konkrémentů v močových cestách na drobné částičky a jejich odsáti sondou během samotné litotrypse (sondy mají odsávací kanál)	základní požadavek	ANO
obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou (více prostoru pro odsávání větších konkrémentů), ne kombinaci více sond najednou	základní požadavek	ANO
obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky	základní požadavek	
použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro ultrasonoskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK), perkutánní mini nefroskopie (tzv. miniPEK) i pro řešení litázy v měchýři	základní požadavek	ANO
možnost použití resterilizovatelných i jednorázových sond	základní požadavek	ANO
sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS mají odsávací kanál	základní požadavek	ANO
barevné označení sond pro snadné rozpoznání na sále	základní požadavek	ANO
funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor	základní požadavek	ANO
ovládání přístroje start / stop přímo z měniče v ruce operátora = snížení počtu ovládacích pedálů na operačním sále	základní požadavek	ANO
lze připojit i nožní pedál pro ovládání přístroje	základní požadavek	ANO
nastavení úrovně odsávání konkrémentů přímo na měniči v ruce operátora	základní požadavek	ANO
nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operátora	základní požadavek	ANO
plug and play zapojení, snadná obsluha	základní požadavek	ANO
ultrazvuková energie: 19,500 Hz - 21,500 Hz, výstup max. 100W	základní požadavek	ANO
přístupnost resterilizovatelné v parní sterilizátoru (mimo jednorázových sond)	základní požadavek	ANO
umístění řídicí jednotky nabízeného endoskopického vozíku	základní požadavek	ANO
použití s jakou centrální odsáváním	základní požadavek	ANO
instalace bez nutnosti stavebních úprav	základní požadavek	ANO
možnost zachycování konkrémentů do zachytné nádoby	základní požadavek	ANO
resterilizovatelné příslušenství	základní požadavek	ANO
Nabídka musí obsahovat:		
generátor s ruční aktivací – 1ks	základní požadavek	ANO
měnič pro dodání obou energií – 1ks	základní požadavek	ANO
momentový klíč pro aretaci sond na měnič – 1ks	základní požadavek	ANO
nožní pedál – 1 kus	základní požadavek	ANO
3ks-sondy resterilizovatelné pro přenos obou technologií najednou pro PEK a cystolitázu, průměr 3,40mm (10,2 Fr.)	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCDI/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produ

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Operační cystoskop - 1 ks	Operační cystoskop		
Výrobce	Olympus		

Operační cystoskop - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Operační cystoskop - 1 ks		
Operační cystoskop	základní požadavek	ANO
30° teleskopem	základní požadavek	ANO
průměr pracovního kanálu - 4mm, šikmý okulár	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:	základní požadavek	
operační cystoskop včetně zavaděče, 1 ks	základní požadavek	ANO
vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, 25 Fr., 1 ks	základní požadavek	ANO
kohoutové sekce s 2 kohouty, 1 ks	základní požadavek	ANO
sterilizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2.8 mm, délka kabelu min 3m, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště tři ramenné, 3,25x 400 mm, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště se zoubky na, 3,25x 400 mm, 1 ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklávatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne **24-05-2022**

.....

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: **RIČHA**





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochoťínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Rigidní cystoskop terapeutický - 1ks	Diaagnostický rigidní cystoskop 17 Fr.		
Výrobce	Olympus		

Rigidní cystoskop terapeutický - 1ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks		
rigidní cystoskop	základní požadavek	ANO
zahnuté anatomické tvarování distální části pro snazší zavádění pro mužské pacienty	základní požadavek	ANO
průměr cystoskopu max. 17Fr.	základní požadavek	ANO
cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty a snadným sestavením	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:	základní požadavek	
rigidní cystoskop včetně standardního zavaděče s úzkým kanálem pro trvalou irigaci v průběhu zavádění, slouží pro dilataci močových cest v průběhu zavádění, 1 ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 70° 1ks	základní požadavek	ANO
Cystoskopický most pro 4 mm optiku	základní požadavek	ANO
sterilizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2.8 mm, délka kabelu min 3m , 1ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.


Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICH





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEREJNÉ ZAKAZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks	Terapeutický rigidní cystoskop 21 Fr.		
Výrobce	Olympus		

Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Rigidní cystoskop terapeutický - 1 ks		
rigidní cystoskop	základní požadavek	ANO
zahnuté anatomické tvarování distální části pro snazší zavádění pro mužské pacienty	základní požadavek	ANO
průměr cystoskopu max. 21Fr.	základní požadavek	ANO
cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty a snadným sestavením	základní požadavek	ANO
Dodávka obsahuje:	základní požadavek	
rigidní cystoskop včetně standardního zavaděče s úzkým kanálem pro trvalou irigaci v průběhu zavádění, slouží pro dilataci močových cest v průběhu zavádění, 1 ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 70° 1ks	základní požadavek	ANO
HDTV teleskop, 4mm, 12° 1ks	základní požadavek	ANO
Albaranův můstek s ovládním a nastavením úhlu na distálním konci, jeden vstup do pracovního kanálu s možností použít nástroj s průměrem min. 7Fr., 1 ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště se zoubky na branžích 7Fr., délka min 330 mm, 1ks	základní požadavek	ANO
úchopové kleště 9 Fr. délka min 330 mm, 1 ks	základní požadavek	ANO
sterilizační kontejner včetně víka 1 ks	základní požadavek	ANO
včetně světlovodného kabelu, svazek min. 2.8 mm, délka kabelu min 3m , 1ks	základní požadavek	ANO
všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školiitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data) v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEREJNÉ ZAKAZKY - intenzivní medicína - urologické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	CHIR		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Flexibilní video-cystoskop	CYF-VH_Cysto-Nephro-Videoskop		
Výrobce	Olympus		

Flexibilní video-cystoskop - 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpávaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Flexibilní video-cystoskop - 1 ks		
CCD čip v distálním konci flexibilního video-cystoskopu v HDTV rozlišení	základní požadavek	ANO
širokoúhlé HDTV zobrazení pro plné využití plochy připojeného HDTV monitoru	základní požadavek	ANO
vestavěný konektor pro připojení video-endoskopu do video-systému	základní požadavek	ANO
vestavěný světlovodný kabel pro připojení do zdroje světla	základní požadavek	ANO
pohyb distálního konce nahoru / dolu: 220° / 130°	základní požadavek	ANO
endoskop má aretační funkci pro fixaci zahnutí distálního konce – pro cílené biopsie	základní požadavek	ANO
přímý směr pohledu 0°	základní požadavek	ANO
průměr zaváděcího tubusu 16,5 Fr.	základní požadavek	ANO
zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění, průměr 2,7 mm	základní požadavek	ANO
hloubka ostrosti v rozmezí 3 – 50 mm	základní požadavek	ANO
zorné pole 120° pro lepší panoramatický přehled	základní požadavek	ANO
průměr pracovního kanálu 6,6 Fr. (2,2 mm)	základní požadavek	ANO
pracovní délka 380 mm	základní požadavek	ANO
připojný adaptér na pracovní kanál se dvěma vstupy a s možností plynulé regulace opakovaně použitelného těsnění kolem nástro	základní požadavek	ANO
podpora funkce úzko-pásmového zobrazení (NBI) pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických urologických pacientů a detekci iničiálních stádií karcinomů a jejich léčbu. Tento přínos je doložen v četných studiích, a také v doporučení Evropské urologické společnosti (vEAU Guidelines)	základní požadavek	ANO
endoskop má 4 programovatelná tlačítka pro ovládání video-systému včetně zkoušky těsnosti	základní požadavek	ANO
úchopové kleště 5 Fr. x 640 mm	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUT



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEREJNÉ ZAKAZKY - intenzivní medicína - Vozík zdravotnický		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Chirurgie, interna		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Vozík zdravotnický 10ks	METAL LINE PROFÍ MAXI		
Výrobce	KLARO, spol. s r.o.		

10ks Vozík zdravotnický

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	Ano
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	Ano
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	Ano
Základní technické požadavky:		
10ks Vozík zdravotnický		
konstrukce: ocel s práškovou barvou - antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha	základní požadavek	Ano
prac. deska: nerez ocel AISI304 - jemný prolis s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg	základní požadavek	Ano, nosnost 20 kg
plechová zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS); 3/4 zásuvka MINI (nosnost: 10 kg)	základní požadavek	Ano, nosnost 10 kg
čelo zásuvky dle vzorníku barev	základní požadavek	Ano
teleskopické kuličkové plinovýsy s dotahem a dotlumením	základní požadavek	Ano
centrální zamykání	základní požadavek	Ano
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku	základní požadavek	Ano
tláčné madlo: ocel s práškovou barvou (šedá)	základní požadavek	Ano
4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky	základní požadavek	Ano, kolo d=12,5cm, 2x brzda
celková nosnost: 150 kg	základní požadavek	Ano, 150 kg
š102 cm x h50 cm x v102 cm bez příslušenství	základní požadavek	Ano, š102 x h50 x v105 cm
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	Ano
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	Ano
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	Ano

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".


V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

24 -05- 2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD





Projekt	ČÁST 1 PŘEDMETU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - internivní medicína - EKG Holter	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	interna kardió	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[redacted]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DÍČ: CZ04115490
Typové označení EKG Holter	Cardioday, Seer1000	
Výrobce	Getemed	

1kpl EKG Holter pro interní oddělení

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
1kpl EKG Holter pro interní oddělení		
EKG záznamník:	základní požadavek	ANO
požadovaný počet záznamníků: 4 ks	základní požadavek	ANO, 4 ks
hmotnost max 53 g bez baterie	základní požadavek	ANO, 53 g
zobrazení live křivky na obrazovce PC přes Bluetooth	základní požadavek	ANO
pacientský kabel:5 vodičový pro záznam 3 kanálového EKG, 4 ks	základní požadavek	ANO
délka záznamu - min. 7 dní	základní požadavek	ANO, 7 dní
detekce kardiostimulátoru ve všech monitorovaných kanálech	základní požadavek	ANO
výdrž přístroje bez nutnosti výměny akumulátoru/baterie nebo dobíjení min. 7 dní	základní požadavek	ANO
záznam události u pacienta jedním tlačítkem	základní požadavek	ANO
USB kabel, PC aplikace a Bluetooth Kit pro záznamníky	základní požadavek	ANO
Paměťové médium - Digitální paměť, pevná	základní požadavek	ANO
Detekce odpojeného svodu	základní požadavek	ANO
Min stupeň krytí IP43	základní požadavek	ANO, IP43
Rozměry záznamníku Výška: 64 mm Šířka: 71 mm bez kabelu Šířka: 84 mm s kabelem Hloubka: 20 mm	základní požadavek	ANO, 64x71x20mm
Vyhodnocovací stanice SW:		
holterovská analýza EKG křivky	základní požadavek	ANO
HR a ST analýza	základní požadavek	ANO
Detekce Afib.	základní požadavek	ANO
detekce stimulatoru	základní požadavek	ANO
histogramy RR intervalu	základní požadavek	ANO
zadávaní demografických údajů pacientů	základní požadavek	ANO
nastavení vzorových zpráv lékaře s možností následné editace	základní požadavek	ANO
systém musí mít možnost export EKG zprávy do systému MUSE	základní požadavek	ANO
instalace na PC uživatele	základní požadavek	ANO
program v ČJ	základní požadavek	ANO
systém musí umožnit připojení a zpracování EKG záznamů z monitorů vitálních funkcí	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předloženém nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce

Dne ... 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTIK



Projekt	ČAST 1 PŘEDMETU VEREJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Chir - OS		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[redacted]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Harmonický skalpel pro CHIR-OS – 1 kpl	Systém Olympus Thunderbeat	Hybridní generátor USG-410, převodník TD-TB400, hybridní instrumenty Thunderbeat	
Výrobce	Olympus Medical Systems Corp.		

Harmonický skalpel pro CHIR-OS – 1 kpl

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce		24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Harmonický skalpel pro CHIR-OS - 1kpl:		
5ks Hybridní operační jednorázový instrument pro laparoskopickou i otevřenou operativu	základní požadavek	ANO, 5ks v balení
Hybridní spojení bipolární a ultrazvukové energie (tzv. vessel sealing) synergické působení v jednom nástroji v jeden okamžik	základní požadavek	ANO
Provedení pro laparoskopickou i otevřenou operativu, kleště pro operaci thyroidů	základní požadavek	ANO
na všestranné použití = řez, zatavení, koagulace, disekce a uchopení tkání bez nutnosti výměn nástrojů za jiné.	základní požadavek	ANO
Funkce disekce a ůchopu tkáně	základní požadavek	ANO
Schopnost bezpečného zatavení cév až do průměru 7mm	základní požadavek	ANO, 7mm
Systém pro koherentní rozložení ůchopových sil po celé délce branží	základní požadavek	ANO
zakřivení ultrazvukové sondy pro minimalizaci kavitačního efektu	základní požadavek	ANO
hrot branží umožňující precizní preparaci tkání	základní požadavek	ANO
Schopnost bodové koagulace	základní požadavek	ANO
Mód použití pro koagulaci tkání a zatavení cév využívající bipolární elektrickou energii	základní požadavek	ANO
Mód použití spojení ultrazvukové energie ve spojení s bipolární energií pro rychlý a bezpečný řez tkáně s maximální hernosláží	základní požadavek	ANO
Možnost aktivace pedálem	základní požadavek	ANO
Převodník – transducer – resterilizovatelný kabel pro vícenásobné použití (norma životnosti 1 rok/100 výkonů)	základní požadavek	ANO, 1rok/100 výkonů
1ks Ultrazvuková bipolární jednotka	základní požadavek	ANO, hybridní
multicoborový generátor nové generace pro otevřenou a laparoskopickou operativu	základní požadavek	ANO
automatické rozpoznání připojeného nástroje	základní požadavek	ANO
možnost uložení ůživatelských nastavení s textovým popisem	základní požadavek	ANO
ruční nebo nožní ovládání	základní požadavek	ANO
nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje	základní požadavek	ANO
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji	základní požadavek	ANO
menu v českém jazyce	základní požadavek	ANO
podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole	základní požadavek	ANO
hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm	základní požadavek	ANO, až do 7mm
kompaktní rozměry - 370 š x 100 v x 360 h	základní požadavek	ANO, 370x106x360
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) ůživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako ůčastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. ůchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze „ano“, nebo „ne“.

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), ůchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného ůchazeče z nabídkového řízení.

ůchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (přiloženo k nabídce)

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení	
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.	
Pracoviště	Laparoskopie	
Vyřizuje	Ing. Karel Matas	
Kontaktní mail	[REDACTED]	
Dodavatel:		
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IČ: 04115490
Adresa dodavatele	Lochtínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490
Typové označení 3D4K operační monitor - 1ks	Sony LMD-X310ST	
Výrobce	Sony Corporation	

3D4K operační monitor – 1 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezpasovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
3D4K operační monitor 1 ks:		
úhlopříčka 31", medicínská certifikace	základní požadavek	ANO, 31"
Rozlišení obrazu 4096 x 2160	základní požadavek	ANO, 4096 x 2160
Svitivost 435 cd/m2	základní požadavek	ANO, 435 cd/m2
Umožňuje zobrazení 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru nebo pomocí ovládacího programovatelným tlačítkem z kamerové hlavy nebo videolaparoskopu	základní požadavek	ANO
Umožňuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu s nižším rozlišením na rozlišení 4K a to i pro zobrazení ve 3D	základní požadavek	ANO
Vstupy 3G-SDI, SDI 4x, DVI a HDMI	základní požadavek	ANO, 3G-SDI, SDI 4x, DVI a HDMI
funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°	základní požadavek	ANO
Kontrast 1450:1	základní požadavek	ANO, 1450:1
Hmotnost max. 12 kg	základní požadavek	ANO, 11,8 kg
Monitor je opatřen ochranným sklem s antireflexní úpravou, odolným proti běžně používaným typům dezinfekčních prostředků	základní požadavek	ANO
Umístění monitoru na kloubové pohyblivé kloubové rameno stávajícího přístrojového vozíku	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky budou 2 ks standardních 3D brýlí a 1 ks 3D klipu na dioptrické brýle	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky bude pohyblivé kloubové rameno pro umístění stávajícího monitoru na stranu stávajícího přístrojového vozíku	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktová data), v anglickém jazyce.

Dne 24-05-2022

Dne

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA



Projekt	CAST 1 PŘEDMĚTU VEREJNÉ ZAKÁZKY - intenzivní medicína - laparoskopické vybavení		
Místo	Nemocnice Strakonice, a.s.		
Pracoviště	Laparoskopie		
Vyřizuje	Ing. Karel Matas		
Kontaktní mail	[REDACTED]		
Dodavatel:			
Název dodavatele	Z Technik s.r.o.	IC: 04115490	
Adresa dodavatele	Lochotínská 275, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy	DIČ: CZ04115490	
Typové označení Videolaparoskop - 2ks	Olympus Endoeye 3D 10 mm		
Výrobce	Olympus Winter & Ibe GmbH		

Videolaparoskop pro volitelné 3D/2D zobrazení – 2 ks

Popis požadavku	Požadavek	Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:		
Dodávka nového, nepoužitého, nerezapovaného přístroje	základní požadavek	ANO
Záruční doba v délce	24 měsíců	ANO, 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému	základní požadavek	ANO
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostní technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně.	základní požadavek	ANO
Základní technické požadavky:		
Videolaparoskop pro volitelné 3D/2D zobrazení - 2 ks:		
Integrovaný stereoskopický optický 3D systém, který spojuje rigidní endoskop (optiku), kamerovou hlavu s adaptérem a světlovodný kabel do jednoho nerozebíratelného a sterilizovatelného kompletu	základní požadavek	ANO
Rotace obrazu bez ztráty horizontality využítí videolaparoskopu pro všechny typy laparoskopických operačních výkonů jak v hrudníku, tak i v dolní pánvi.	základní požadavek	ANO
Zorné pole : 67° , úhel pohledu: 30°	základní požadavek	ANO
Min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky.	základní požadavek	ANO, 3 programovatelná tlačítka
Průměr: 10 mm, pracovní délka: 330 mm	základní požadavek	ANO
Funkce 3D a 2D zobrazení s možností přepínání na hlavě kamery	základní požadavek	ANO
Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazování	základní požadavek	ANO
Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům	základní požadavek	ANO
Parní sterilizace v autoklávu při 134°C	základní požadavek	ANO, 134°C
Integrovaný světlovodný kabel délky min. 2,7 m	základní požadavek	ANO, 2,7 mm
Součástí dodávky je sterilizační kontejner.	základní požadavek	ANO
Součástí dodávky je 1ks multioborový elektrochirurgický generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu	základní požadavek	ANO
kompletní řada 25-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čistě, smíšené, sprej), nová generace urologické a gynekologické endoresektomy ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití včetně módu pro bipolární morcelátor)	základní požadavek	ANO
výkonový rozsah 0 – 320 W	základní požadavek	ANO
možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně	základní požadavek	ANO, 4 nástroje
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta	základní požadavek	ANO
Další požadavky na plnění		
dokument prohlášení o shodě	základní požadavek	ANO
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje)	základní požadavek	ANO
bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma	základní požadavek	ANO

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečným údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.

Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota“ uvede pouze "ano", nebo "ne".

V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.

Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce (produktový list, technický list, ...)

Dne 24 -05- 2022

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: RICHARD KRUTINA