



## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je pořízení alkoholtesterů, včetně souvisejícího příslušenství, a to dle Položkového ceníku, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Součástí předmětu plnění je dále dodání potřebné dokumentace a provedení instruktáže personálu Kupujícího.

Alkoholtestery jsou požadovány v následující technické specifikaci:

- rozměry, hmotnost: není určeno, minimalizace vzhledem k omezení prostoru, kufříkové balení;
- podmínky prostředí během skladování min -10 °C až +45 °C;
- napájení: optimálně Lithium-iontová baterie (dobíjení přes připojení USB-C) nebo alkalická verze;
- technologie senzoru: elektro chemický, pracovní použití v rozmezí min -5 °C až +45 °C, specifický pouze pro alkohol;
- zahřívací doba: max. 10 sekund;
- módy s aktivním a pasivním měřením;
- možnost ukládání dat, tisku, konfigurace přístroje;
- měřitelný rozsah: 0,00– min 3,00 ‰, vizuální signál při překročení mezí měření;
- kalibrace a možnost ev. i certifikace;
- volitelné příslušenství pro ochranu přístroje, zaškolení v celkové ceně;
- délka záruční lhůty je požadována v délce min 24 měsíců;
- prodávající garantuje pozáruční servis (ne bezplatný) v autorizovaném servisu včetně kalibrace a zajištění náhradních dílů po dobu 10 let;
- součástí dodávky bude ke každému alkoholtesteru kufřík nebo brašna, kabel USB-C a dále 15 000 ks jednorázových náústků.