

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka **Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 1: Videomanagement operačních sálů**

Ev. č. VVZ Z2023-019517

Zadavatel Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Způsob zadání Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 5. 6.2023.

Dotaz č. 1:

Návštěva druhý termín

- ve vypsáném výběrovém řízení byla umožněna prohlídka místa plnění a to dne 25.05.2023 v 13:00 hodin (tento termín bohužel nevyhovoval naší firmě)- tím, že je posunut termín podání nabídek až na 13. července, je možné ještě vybrat jeden termín pro návštěvu v rámci měsíce června pro posouzení budoucí nabídky na celé řešení videomanagementu?

ODPOVĚĎ ONN na dotaz č. 1:

Zadavatel provedeme druhé kolo prohlídky místa plnění a to v termínu 15. 6. 2023 (čtvrtek) od 14.00 hodin. Sraz účastníků u hlavní brány do areálu nemocnice . Kontaktní osoba: Bc. Kapustová Michaela, tel. 727 986 414.

V průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatel či jiná osoba zadavatele zastupující poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé veškeré dotazy vzešlé z prohlídky místa plnění uplatnili prostřednictvím písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel na dotaz č. 4 ve Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1 uveřejněných na profilu Zadavatele 11.7.2023, který se týkal vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)“ a dále „Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu“ odpověděl „Nabízené řešení nelze akceptovat z důvodu možnosti ztráty dat (např. v kritických momentech operačních výkonů je požadováno zachování celého záznamu, což by mohlo být narušeno popisovaným principem).“.

Bude Zadavatel akceptovat nabízené řešení v případě, že zařízení ukládá veškerý záznam po celou dobu spuštění bez ohledu na zásah uživatele a lze tak vždy zpětně nahrát celý výkon a nemůže tak tedy dojít ke ztrátě dat jak Zadavatel uvádí?

ODPOVĚĎ ONN:

Popisované řešení je zcela na jiném principu, generuje velké množství dat a na uživatele klade podstatně vyšší nároky z pohledu narušení stávajícího i plánovaného workflow. Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek a VZD Č.1.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové