

Formulář technické specifikace dodávky pro: ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
	25 ks	
V rámci veřejné zakázky bude soutěženo chladicí a mrazicí zařízení pro oddělení transfúzní stanice nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s.		
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
<i>*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny</i>		
Obchodní název a typové označení přístroje		
Výrobce přístroje		
Požadované parametry		
Mrazicí box pro skladování plazmy (-40 °C) 360 ks TU	5 ks	ARCTIKO LAF700
Nastavení teploty v rozsahu	-10 °C až -40 °C	ANO, nastavitelná teplota -10°C až -40°C
Homogenní rozložení teploty v celém boxu	ANO	ANO
Nucená ventilace vzduchu	ANO	ANO
Kapacita pro současně využívané koše o rozměrech (hloubka x výška x šířka) 600 x 180 x 180 mm	min. 15 košů	ANO, konfigurace s 5 policemi, na každou polici lze umístit 3x koš požadovaných rozměrů
Plné dveře	ANO	ANO
Součástí police	min. 5	ANO, 5 ks polic
Nerezové provedení interiéru	ANO	ANO
Součástí 4 ks koleček	ANO	ANO
Ergonomické madlo pro otevírání dveří po celé délce dveří	ANO	ANO
Digitální displej zobrazující aktuální a požadovanou teplotu	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty	ANO	ANO
Akustický / optický alarm pro: <ul style="list-style-type: none">• min / max teplotu• otevřené dveře• výpadek napětí• poruchu sondy	ANO	ANO
Bateriově zálohovaný displej s alarmy	ANO	ANO
Automatické odmrazování, teplota během odmrazovacího cyklu nevystoupá nad – 25 °C	ANO	ANO
Zámek dveří	ANO	ANO

Formulář technické specifikace dodávky pro: ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Volitelně záměnné dveře levá / pravá	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Ekologické chladivo	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	230V/50Hz
Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení, že teplota během odtávacího cyklu nepřekročí -25°C	ANO	ANO
Mrazicí box pro NAT (-25 °C)	4 ks	Evermed LDF 440 W xPro
Zajištění skladovací teploty v rozmezí	-15 °C až -30 °C	ANO, nastavitelný rozsah teploty -15°C až -30°C
Vnitřní objem	min. 440 l	ANO, 440 litrů
Homogenní rozložení teploty v celém prostoru mrazicího boxu	ANO	ANO
Plně izolační dveře	ANO	ANO
Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze	ANO	ANO
Součástí police	min. 5 ks	ANO, součástí 5 polic
Nucená cirkulace vnitřního prostoru	ANO	ANO
Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot	ANO	ANO
LED osvětlení interiéru	ANO	ANO
Digitální řídicí systém	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty s přesností	0,1 °C	ANO, regulace s přesností 0,1°C
Zobrazení aktuální a požadované teploty	ANO	ANO
Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití	ANO	ANO
Uživatelské heslo	ANO	ANO
Akustický a optický alarm: <ul style="list-style-type: none"> • min / max teplota • alarm otevřených dveří 	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	ANO, 230V/50Hz
Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory	ANO	ANO
Chladicí box pro vzorky (+2 až +6 °C)	4 ks	Evermed MPR 440 W xPro
Zajištění skladovací teploty v rozmezí	+2 °C až +6 °C	ANO, regulace teploty 0°C až +15°C
Vnitřní objem	min. 440 l	ANO, 440 litrů
Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky	ANO	ANO
Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo	ANO	ANO, trojvrstvé sklo
Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze	ANO	ANO
Součástí drátěné police	min. 5 ks	ANO, 5 ks polic
Nucená cirkulace vnitřního prostoru	ANO	ANO
Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot,	ANO	ANO

Formulář technické specifikace dodávky pro: ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty		
LED osvětlení interiéru	ANO	ANO
Digitální řídicí systém	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty s přesností	0,1 °C	ANO, regulace 0,1°C
Zobrazení aktuální a požadované teploty	ANO	ANO
Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití	ANO	ANO
Uživatelské heslo	ANO	ANO
Akustický a optický alarm pro: <ul style="list-style-type: none"> • min / max teplotu • alarm otevřených dveří 	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	ANO, 230V /50Hz
Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory	ANO	ANO
Chladicí box pro diagnostika (+2°C až +8°C)	4 ks	Evermed MPR 440 W xPro
Zajištění skladovací teploty v rozmezí	+2 °C až +8 °C	ANO, regulace teploty 0°C až +15°C
Vnitřní objem	min. 440 l	ANO, 440 litrů
Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky	ANO	ANO
Proskené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo	ANO	ANO, trojvrstvé sklo
Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze	ANO	ANO
Součástí zásuvné police	min. 5 ks	ANO, 5 ks polic
Nucená cirkulace vnitřního prostoru	ANO	ANO
Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty	ANO	ANO
LED osvětlení interiéru	ANO	ANO
Digitální řídicí systém	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty s přesností	0,1 °C	ANO, regulace 0,1°C
Zobrazení aktuální a požadované teploty	ANO	ANO
Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití	ANO	ANO
Uživatelské heslo	ANO	ANO
Akustický a optický alarm: <ul style="list-style-type: none"> • min / max teplota • alarm otevřených dveří 	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	ANO, 230V/50Hz
Vstupní validace – ověření teploty ve 3 bodech komory	ANO	ANO
Chladicí box pro skladování transfuzních přípravků – krevní banka (+2°C až +6°C) 360 ks TU	6 ks	Evermed BBR 625 S xPro
Minimální počet skladovaných vaků 360 ks o objemu 450 ml	ANO	ANO, 360 ks

Formulář technické specifikace dodávky pro: ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Zajištění skladovací teploty v rozmezí	+2 °C až +6 °C	ANO, nastavitelný rozsah teploty +2°C až +6°C
Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky	ANO	ANO
Udržení požadované teploty i při velkém zatížení boxu, opakované vstupy při výdeji většího množství transf. přípravků	ANO	ANO
Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo	ANO	ANO, trojvrstvé sklo
Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze	ANO	ANO
Součástí zásuvky	min. 7 ks	ANO, 7 ks zásuvek
Zásuvky musí být plně výsuvné, s možností kompletního vyjmutí pro přenesení celé zásuvky	ANO	ANO
Zásuvky umožňující vizuální orientaci o obsahu zásuvky	ANO	ANO
Zásuvky bez fixně zabudovaných přepážek s možností rozdělení pomocí přenastavitelných přepážek	ANO	ANO
Nucená cirkulace vnitřního prostoru	ANO	ANO
Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty	ANO	ANO
LED osvětlení interiéru	ANO	ANO
Digitální řídicí systém	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty s přesností	0,1 °C	ANO, regulace 0,1°C
Zobrazení aktuální a požadované teploty	ANO	ANO
Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití	ANO	ANO
Uživatelské heslo	ANO	ANO
Akustický a optický alarm: <ul style="list-style-type: none"> • min / max teplota • alarm otevřených dveří 	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Nerezový interiér a exteriér	ANO	ANO
Zdravotnický prostředek tř. II.a	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	ANO , 230V/50Hz
Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení teploty v požadovaném rozsahu +2 až +6°C	ANO	ANO, validace chladicí a mrazicí techniky pro skladování krve v souladu s doporučením ČLS JEP č. STL2015_11 z 2.11.2015 v.1
Chladicí box pro skladování transfuzních přípravků – krevní banka (+2°C až +6°C) 159 ks TU	2 ks	Evermed BBR 440 S xPro
Minimální počet skladovaných vaků 159 ks o objemu 450 ml	ANO	ANO, 180 ks
Zajištění skladovací teploty v rozmezí	+2 °C až +6 °C	ANO, regulace teploty +2°C až +6°C
Homogenní rozložení teploty v celém prostoru chladničky	ANO	ANO
Udržení požadované teploty i při velkém zatížení boxu,	ANO	ANO

Formulář technické specifikace dodávky pro: ReactEU-100_Chladicí a mrazicí zařízení

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

opakované vstupy při výdeji většího množství transf. přípravků		
Prosklené izolační dveře, minimálně trojvrstvé sklo	ANO	ANO, trojvrstvé sklo
Samouzavíratelné dveře s možností aretace v otevřené poloze	ANO	ANO
Možnost umístění vaků do zásuvek	ANO	ANO
Součástí zásuvky	min. 5 ks	ANO, součástí 5 ks zásuvek
Zásuvky musí být plně výsuvné, s možností kompletního vyjmutí pro přenesení celé zásuvky	ANO	ANO
Zásuvky bez fixně zabudovaných přepáček s možností rozdělení pomocí přenastavitelných přepáček	ANO	ANO
Nucená cirkulace vnitřního prostoru	ANO	ANO
Automatické odmrazování s minimálními výkyvy teplot, během odmrazování nesmí teplota překročit horní limit požadované teploty	ANO	ANO
LED osvětlení interiéru	ANO	ANO
Digitální řídicí systém	ANO	ANO
Digitální nastavení teploty s přesností	0,1°C	ANO, regulace 0,1°C
Zobrazení aktuální a požadované teploty	ANO	ANO
Blokace tlačítek proti neoprávněnému použití	ANO	ANO
Uživatelské heslo	ANO	ANO
Akustický a optický alarm: <ul style="list-style-type: none"> • min / max teplota • alarm otevřených dveří 	ANO	ANO
Možnost připojení čidla pro externí monitoring	ANO	ANO
Nerezový interiér a exteriér	ANO	ANO
Zdravotnický prostředek tř. II.a	ANO	ANO
Elektrické napájení	230 V / 50 Hz	ANO, 230V/50Hz
Provedení vstupní 9ti bodové teplotní mapy, 12hod, potvrzení teploty v požadovaném rozsahu +2 až +6°C	ANO	ANO, validace chladicí a mrazicí techniky pro skladování krve v souladu s doporučením ČLS JEP č. STL2015_11 z 2.11.2015 v.1
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ANO	ANO